



Disassemblaggio



Ispezione a vista e controllo funzionale



Assemblaggio



Lubrificare con olio Synthes (può essere usato olio 519.970 o 05.001.095)



Nota per l'assemblaggio



Indica il punto da lubrificare



Pulizia manuale\*



Dispositivo difettoso  
Eliminare il dispositivo



Pulizia automatizzata con prepulizia manuale e pulizia a ultrasuoni\*



Dispositivo riparabile



Sterilizzazione a vapore\*



Non sterilizzare!



Un simbolo barrato da una croce, indica che l'azione non è consentita



Chiave



Chiave di Allen



Movimento rettilineo limitato



Movimento in una direzione (tirare/spingere)



Direzione della rotazione continua (ruotare)



Tenere stretto



Non piegare i cavi o i tubi flessibili

\* Istruzioni dettagliate sulla pulizia manuale, automatizzata e a vapore sono disponibili nell'opuscolo generale di Synthes "Informazioni importanti".