



Demontaż



Sprawdzenie wzrokowe i kontrola działania



Montaż



Smarowanie olejem Synthes
(stosować produkt 519.970 lub 05.001.095)



Uwaga dotycząca montażu



Wskazuje miejsce stosowania oleju



Czyszczenie ręczne*



Urządzenie uszkodzone
Urządzenie do utylizacji



Czyszczenie automatyczne z ręcznym
czyszczeniem wstępnym i czyszczeniem
ultradźwiękowym*



Urządzenie do naprawy



Sterylizacja parą wodną*



Nie sterylizować!



Jeśli symbol jest przekreślony znakiem
krzyża, oznaczone działanie jest zabronione



Klucz



Klucz imbusowy



Ograniczony ruch prostoliniowy



Ruch w jednym kierunku
(pociągnięcie/popchnięcie)



Kierunek ciągłego obrotu (obrót)



Trzymać mocno



Nie zaginać przewodów i węży

* Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia ręcznego, czyszczenia automatycznego i sterylizacji parą wodną, zawiera ogólna ulotka Synthes "Ważne informacje".