
Важна информация
(с инструкции за почистване и стерилизация)

Важна информация

Този важен документ с информация трябва да се използва във връзка със съответните инструкции за употреба на продукта, когато е приложимо.

Основни инструкции за употребата на имплантите и инструментите Synthes

Описание на продукта

Хирургичните импланти и инструменти предлагат решения за ортопедични хирургични операции на човешката мускулно-скелетна система. Те играят и обща поддържаща роля при лечението, застрашаването на фрактури и реконструктивната хирургия (остеосинтеза и корекции на дегенеративни заболявания). Въпреки това, имплантите не са подходящи за постоянна замяна на нормални телесни структури или поемане на тежестта на тялото (вижте специфичните за продукта инструкции).

Важни съображения

Имайте предвид следните точки, когато лекувате травматични и/или дегенеративни скелетни промени:

1. Подбор на имплант/система. Важно е да се подбере подходящо изделие. При имплантите се уверете, че избирате продукт с подходяща големина и форма за предназначението.

Инфекцията може да окаже влияние върху резултата от операцията. Важно е ефективно да се контролира инфекцията и да се определи подходящият момент за процедурата по импланиране.

Характеристиките на човешките кости и меки тъкани налагат ограничения по отношение на размера и издръжливостта на имплантите. От никой продукт, който поема частично или не поема тежестта, не може да се очаква да издържи цялото тегло на тялото, без опора. Пациентът трябва да ограничи физическата си активност, която би причинила натоварване върху импланта или би довела до движение на мястото на фрактурата и по този начин би забавила застрашаването. Следователно пациентът трябва да бъде информиран.

2. Фактори, свързани с пациента. Серия от фактори, свързани с пациента, могат да имат силно влияние върху успеха на хирургичната намеса:

а Тегло. Пациент с наднормено тегло или със затлъстяване може толкова много да натовари продукта, че той да се повреди, дори да опорочи ефекта от хирургичната намеса.

б Професия или активност. Професионалните дейности създават риск, когато външни сили излагат тялото на съществени физически натоварвания. Това може да доведе до повреда на продукта и дори до опорочаване на постигнатото при хирургичната намеса.

в Сенилност, психично заболяване или алкохолизъм. Тези състояния могат да накарат пациента да пренебрегва определени необходими ограничения и предпазни мерки, което да доведе до повреда на продукта или други усложнения.

г Определени дегенеративни заболявания и пушене. В някои случаи дадено дегенеративно заболяване може да е толкова напреднало към момента на импланиране, че може съществено да намали очаквания полезен живот на импланта. В подобни случаи продуктите служат само като средство за забавяне или временно облекчаване на заболяването.

д Чувствителност към чужди тела. Когато има съмнения за свръхчувствителност към даден материал, трябва да се пред приемат подходящи изследвания преди избиране или импланиране на материала.

3. Правилна работа. Правилната работа с имплантите и инструментите е изключително важна. Ако формата на импланта трябва да се промени, изделието не трябва да се огъва рязко, да се огъва назад, да се прорязва или надраскава. Такива манипулатии, в допълнение към всички други неправилни начини на работа или употреба, могат да доведат до дефекти по повърхността и/или да концентрират натиск в сърцевината на импланта. Това, на свой ред, може в крайна сметка да причини повреда на продукта.

4. Следоперативната грижа е от основно значение. Пациентите трябва да бъдат информирани за ограниченията на натоварването на импланта, следоперативното им поведение и увеличаващото се физическо натоварване. Ако това не се направи, може да се стигне до лошо подравняване, забавено костно застрашаване, повреда на импланта, инфекции, тромбофлебит и/или раневи хематоми.

5. Отстраняване на остеосинтетичния продукт. Въпреки че лекарят взема окончателното решение за това кога да отстрани импланта, препоръчително е – ако е възможно и подходящо за конкретния пациент – продуктите за фиксация да се отстраният след завършването на процеса на застрашаване. Това се отнася особено за млади и активни пациенти.

6. Съвместимост. Synthes гарантира съвместимостта на различните си оригинални импланти и/или инструменти според предназначението им. Трябва да се спазват специфичните за продукта инструкции за употреба, описани от Synthes. Ако не е упоменато друго, не се препоръчва да се смесват продуктите на Synthes с тези на други производители, тъй като дизайнът, материалите, механиката и конструкцията не са хармонизирани. Synthes не поема отговорност за усложнения, възникнали поради смесване на компоненти или поради използване на изделия от други производители. Ако не се споменава друго, не е препоръчително да се смесват имплантанти от различни метали. Смесването на метали може да доведе до галванична корозия и освобождаване на иони. Това може да причини възпалителен отговор, реакции на чувствителност към металите и/или дългосрочни вредни системни ефекти. Освен това корозионният процес може да намали механичната издръжливост на имплантанта.

SE_023827 AO

7. Информация и квалификация. Здравните специалисти трябва да бъдат подробно информирани за предназначението на продуктите и приложимите хирургични техники и трябва да са квалифицирани чрез съответното обучение.

8. Потенциални нежелани събития, нежелани странични ефекти и остатъчни рискове

- Повреда на импланта вследствие на избор на неподходящ имплант и/или претоварване на остеосинтезата
- Инфекция
- Увреждане на меката тъкан
- Аллергични реакции от несъвместимост на материалите
- Забавено застрашаване от съдови нарушения
- Болка, причинена от имплант

Съответните инструкции за употреба описват подробно потенциалните нежелани събития, нежеланите странични ефекти и остатъчни рискове, ако са приложими.

9. ЯМР - Ядрено-магнитен резонанс

Когато дадено изделие е оценено за употреба в МР среда, информацията за ЯМР може да се намери в инструкциите за употреба на www.depuySynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.

Продукти за еднократна употреба

Продукти, предназначени за еднократна употреба, не трябва да се използват повторно (вижте специфичните за продукта инструкции и "Обяснение на символите"). Повторното използване или клиничната повторна обработка могат да наруши структурната цялост на изделието и/или да доведат до повреждането му. Това може да доведе до нараняване, заболяване или до смърт на пациента. Освен това повторната употреба или обработка на изделия, които са предназначени за еднократна употреба, може да създаде риск от замърсяване, например вследствие на пренасяне на инфекционен материал от един пациент на друг. Това би могло да доведе до нараняване или смърт на пациента или потребителя.

Не обработвайте повторно замърсени импланти и инструменти за еднократна употреба. Импланти и инструменти за еднократна употреба на Synthes, които са замърсени с кръв, тъкан и/или телесни течности/материи, никога не трябва да се използват повторно и с тях трябва да се борави съгласно с болничния протокол. Въпреки че използваните и замърсените импланти и инструменти за еднократна употреба може да изглеждат неповредени, те може да имат малки дефекти и вътрешни напрежения, които може да причинят умора на материала.

Стерилни продукти

Продукти, доставяни в стерилно състояние, са обозначени със "STERILE" (Стерилно) (вижте "Обяснение на символите"). Изваждайте продуктите от опаковката по асептичен начин. Производителят не може да гарантира стерилност, ако пломбата на опаковката е счупена, повредена или ако опаковката е отворена неправилно, и не поема отговорност в подобни случаи.

Нестерилни продукти

Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилен състояние, трябва да се почистят и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване, отстранете и изхвърлете всички оригинални опаковъчни материали за еднократна употреба (напр. силиконови гумени предпазители, предпазители на върховете, защитни капачки, блистери, пакети, пликове, опаковъчна пяна, картон и т.н.). Почиствайте продуктите преди първата и при всяка следваща употреба, както и преди въръщането за поддръжка и поправка. Преди парна стерилизация поставете продукта в одобрена обвивка или контейнер за стерилизиране.

Първата и най-важната стъпка при повторната обработка на всички инструменти за многократна употреба е щателното (ръчно и/или механично) почистване и изплакване. Щателното почистване е комплексен процес, чийто успех зависи от много взаимно свързани фактори: Качество на водата, количество и вид на почистващия препарат, метод на почистване (ръчно, упратуване, изплакване и подсушаване, правилна подготовка на продукта, време, температура и старание на лицето, отговаряющо за почистването).

Останъчна органична материя и/или голям брой микроорганизми могат да намалят ефективността на процеса на стерилизация.

Намиране на инструмента или на фрагменти от инструменти

Инструментите на Synthes са проектирани и произведени да функционират безопасно в рамките на предназначението си.

Въпреки това, ако даден метален инструмент (напр. от стомана, алuminий, титан и негова сплав и т.н.) се счупи по време на употреба, намирането на фрагментите и/или компонентите на инструмента може да се под помогне от медицински апарат за образни изследвания (напр. КТ, рентгенови апарати и т.н.).

Извърляне на медицински изделия

Ако не е упоменато друго, изделията трябва да се изхвърлят като медицинско изделие съгласно процедурите на заведението.

Сериозен инцидент

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се съобщи на производителя и на компетентните органи в държавата-членка, където са установени потребителят и/или пациентът.

Повторно обработване на изделия за многократна употреба на Synthes – инструменти, табли и кутии за инструменти

Тези препоръки са за обработване на изделия за многократна употреба на Synthes. Изделията за многократна употреба на Synthes включват определени хирургични инструменти, табли и кутии за инструменти. Предоставената информация не се отнася за импланти на Synthes. Тези препоръки трябва да се следват, освен ако не е посочено друго в листовките на специфичните продукти.

Внимание

- Всички изделия трябва да се почистват щателно и да се проверяват преди стерилизиране. Дългите, тесни лумени, глухите отвори, подвижните и сложните части имат нужда от особено внимание по време на почистване и проверка. За почистването използвайте само почистващи препарали, на чийто етикет е посочено, че са за медицински изделия, и спазвайте инструкциите на производителя (напр. температура, време за контакт и време за изплакване). Препоръчват се почистващи препарали с pH на разтвора в диапазона 7 – 9,5. Силно алкалните условия (pH >11) могат да доведат до повреда в компонентите/изделията, като например алюминиеви материали. Не използвайте физиологичен разтвор, дезинфектанти за околната среда (включително хлорни разтвори) или хирургични антисептици (като продукти, съдържащи йод или хлорхексидин). Не използвайте помощ при почистване, която може да повреди повърхността на инструментите, като стоманена вълна, абразивни почистващи препарали или телена четка.
- Поставяйте изделията на Synthes в ултразвукова баня само заедно с продукти с подобен метален състав.
- Замърсени или използвани изделия на Synthes не трябва да се зареждат в кутия за почистване в механичен ушер. Замърсените изделия на Synthes трябва да се обработват отделно от таблите и кутиите. Кутиите на Synthes са предвидени да бъдат организационен инструмент за процеса на парна стерилизация, инструмент за съхранение за всички медицински изделия и организационен инструмент за хирургични намеси.
- Параметрите за стерилизация са валидни само за изделия, които са адекватно почиствани.
- Изброените параметри са валидни само за правилно инсталирани, поддържани, калибрирани и съответстващи на стандартите ISO 15883 и ISO 17665 оборудване за повторна обработка.
- Ръкохватките и приставките на електрическите инструменти не трябва да се потапят във вода или почистват с разтвор за клинично обработване. Не почиствайте електрическо оборудване с ултразвук. Вижте специфичната за продукта литература за електрическите инструменти.
- Хирургичните пациенти, идентифицирани като рискови по отношение на болестта на Кройцфелд-Якоб (CJD) и свързани с нея инфекции, трябва да се лекуват с инструменти за еднократна употреба. След хирургична намеса изхвърляйте инструментите, използвани или за които има съмнение, че са използвани при пациент с CJD, и/или следвайте актуалните национални препоръки.
- За допълнителна информация направете справка с националните разпоредби и правила. Изисква се и съответствие с вътрешните болнични политики и процедури, както и с препоръките на производителите на почистващи препарали и всякакво оборудване за клинично обработване.

Ограничения за повторно обработване

- Циклите на повторна обработка, както са описани в тези инструкции, имат минимални ефекти върху хирургическите инструменти на Synthes.
- Край на живота на дадено изделие нормално се определя от износването и повреждането по време на употреба. Признаките на повреждане и износване на дадено изделие могат да включват, но не се ограничават до корозия (напр. ръжда, образуване на дупки), промяна в цвета, прекомерно надраскане, лющеще, износване и наличие на пукнатини. Неправилно функциониращите устройства, устройствата с неразпознаваема маркировка, липсващи или премахнати (заличен) номера на частите, повредени и прекомерно износени устройства не трябва да се използват.
- Повече подробности за показателите за края на живот могат да се намерят при Вашия търговски представител или да се изтеглят от уебсайта www.depuySynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.
- Инструментите може да изискват тестване преди стерилизиране с цел да се осигури правилно функциониране. Методът за функционалното тестване, когато е приложимо за инструмента, е предоставен в специфичните за продукта инструкции за употреба и в документа за функционален контрол на адрес www.depuySynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.

Грижа на мястото на лечение

- Изтривайте кръвта и/или остатъците от изделието по време на цялата хирургична процедура, за да предотвратите засъхването им по повърхността.
- Промивайте канюлираните изделия със стерилна или пречистена вода, за да предотвратите засъхването на замърсяванията и/или остатъците по вътрешната повърхност.
- Замърсените изделия трябва да бъдат отделени от незамърсените изделия, за да се избегне контаминация на персонала или околната среда.
- Изделията трябва да се покриват с кърпа, напоена със стерилна или пречистена вода, за да се предотврати засъхването на кръвта и/или остатъците.

Заштитна опаковка и транспортиране

- Изделията, използвани в хирургията, може да се смятат за биологично опасни и трябва да се транспортират в съответствие с местните правила до зоната за обработка.

Подготовка за почистване (за всички методи на почистване)

- Препоръчително е изделията да се обработват колкото е практически възможно по-скоро след употреба.
- Разглобете изделието, ако може да се разглоби, преди повторното обработване. Допълнителни подробни инструкции за разглобяване на инструментите могат да се получат от местния търговски представител или да се изтеглят от www.depuySynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.
- Отворете изделията със зъбни колела, заключващи механизми тип box lock или шарнири.
- Трябва да се внимава при боравенето и почистването на остри изделия. Препоръчва се те да се почистват отделно, за да се намали риска от нараняване.
- Лумени/канюлите на изделията трябва да се обработват ръчно преди почистване. Лумени/канюлите трябва първо да се прочистят от остатъци. Лумени/канюлите трябва да се почистват щателно с четка с меки влакна с подходящ размер с въртеливо движение. Четките трябва да съответстват пълно на лумена. Размерът на четката трябва да е с приблизително същия диаметър като лумена/канюлацията, която ще се почиства. При използване на четка, която е прекалено голяма или прекалено малка за диаметъра на лумена/канюлацията, може да не се почисти ефективно повърхността на даден лумен/канюлация.
- Накиснете и/или изплакнете силно замърсените или канюлираните изделия преди почистване, за да се освободи всяко засъхнало замърсяване или остатък. Използвайте разтвор на неутрален или мек алкален почистващ препарат. Следвайте инструкциите за употреба на производителя на почистващия препарат за използване на правилно време на експозиция, температура, качество на водата и концентрация. Използвайте студена чешмяна вода за изплакване на изделията.
- Изделията на Synthes трябва да се почистват отделно от таблите с инструменти на Synthes и кутиите на Synthes. При процеса на почистване капациите трябва да се свалят от кутиите, ако е приложимо.

Почистване - ръчен метод

1. Изплакнете замърсното изделие с течеща студена чешмияна вода най-малко за две минути. Използвайте четка с меки влакна, за да подпомогнете отстраняването на грубото замърсяване и остатъците.
2. Накиснете изделието в разтвор на неутрален или мек алкален почистващ препарат в продължение на минимум десет минути. Следвайте инструкциите за употреба на производителя на почистващия препарат за използване на правилно време на експозиция, температура, качество на водата и концентрация.
3. Изплакнете изделието със студена вода най-малко за две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите, канали и други трудни за достигане области.
4. Почистете ръчно изделието най-малко за пет минути в прясно приготвен разтвор на неутрален или мек алкален почистващ препарат. Използвайте четка с меки влакна, за да отстранит замърсяването и остатъците. Задействайте подвижните свързания, дръжките и другите подвижни части на изделието, за да изложите всички зони на действието на разтвора на почистващия препарат, ако е приложимо. Почистете изделието под вода, за да предотвратите аерозолирането на замърсителите. Забележка: свежият разтвор е прясно направен, почистващ разтвор.
5. Изплакнете изделието щателно с чешмияна вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите и канали. Задействайте подвижните свързания, дръжките и другите подвижни части на изделието, за да изплакнете щателно под течеща вода, ако е приложимо.
6. Оглеждане на изделието. Повторете стъпки 2–6, докато по изделието не остане видимо замърсяване.
7. Ултразвуков процес: Стъпки 1–6 от предварителното почистване се извършват преди тази стъпка.
8. Подгответе нов разтвор на почистващия препарат за ултразвуковата вана, като използвате неутрален или мек алкален разтвор на препарата. Следвайте инструкциите за употреба на производителя на почистващия препарат за използване на правилно време на експозиция, температура, качество на водата и концентрация. Забележка: свежият разтвор е прясно направен, почистващ разтвор.
9. Изплакнете изделието на Synthes с ултразвук най-малко за 15 минути, като използвате минимална честота 38 KHz.
10. Оглеждане на изделието. Повторете стъпки 2–10, докато по изделието не остане видимо замърсяване.
11. Извършете последно изплакване на изделието, като използвате DI или PURW вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко 15 секунди.
12. Подсушете изделието с помощта на чиста, мека кърпа за еднократна употреба без власинки или медицински компресиран въздух. Уверете се, че всички лumenи и съчленени части са изсушени с компресиран въздух.
13. Следвайте насоките в раздела за дезинфекция на тези важни информационни инструкции за автоматична термична дезинфекциация, тъй като ръчната дезинфекция не е препоръчителна.

Почистване - автоматизиран метод на дезинфекция

1. Изплакнете замърсното изделие с течеща студена чешмияна вода най-малко за една минута. Отстранете грубото замърсяване, като използвате четка с меки влакна или мека кърпа без власинки.
2. Почистете ръчно изделието най-малко за две минути в прясно приготвен разтвор на неутрален или мек алкален почистващ препарат. Следвайте указанията на производителя на почистващия препарат за използване на правилното разреждане, температура, качество на водата и време на експозиция. Използвайте четка с меки влакна, за да отстранит замърсяването и остатъците. Задействайте подвижните свързания, дръжките и другите подвижни части на изделието, за да изложите всички зони на действието на разтвора на почистващия препарат, ако е приложимо. Почистете изделието под вода, за да предотвратите аерозолирането на замърсителите. Забележка: свежият разтвор е прясно направен, почистващ разтвор.
3. Изплакнете изделието с чешмияна вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко една минута. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите и канали. Задействайте подвижните свързания, дръжките и другите подвижни части на изделието, за да изплакнете щателно под течеща вода, ако е приложимо.
4. Подгответе нов разтвор на почистващия препарат за ултразвуковата вана, като използвате неутрален или мек алкален разтвор на препарата. Следвайте указанията на производителя на почистващия препарат за използване на правилното разреждане, температура, качество на водата и време на експозиция. Забележка: нов разтвор означава новоприготвен, чист разтвор.
5. Почистете изделието на Synthes с ултразвук най-малко за 15 минути, като използвате минимална честота 38 KHz.
6. Изплакнете изделието, като използвате дейонизирана или пречистена вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите и канали. За последното изплакване трябва да се използва DI или PURW вода.
7. Оглеждане на изделието. Повторете стъпки 2–7, докато по изделието не остане видимо замърсяване.
8. Автоматизирано измиване трябва да се извърши във валидиран ушер-дезинфектор в съответствие с ISO 15883-1 и -2, или с еквивалентен стандарт. Заредете компонентите на изделието в ушер-дезинфектора в съответствие с инструкциите на производителя, като се уверите, че изделията и лumenите могат свободно да се дренират. Автоматизираното измиване може да се включи като част от валидиран цикъл на измиване, дезинфекция и/или подсушаване, в съответствие с инструкциите на производителя. Пример за валидиран цикъл, използван за валидиране на почистването, включва:

Цикъл	Време на рециркулация (минути)	Качество/температура на водата	Вид почистване
Предварително измиване	2	Студена чешмияна вода $< 40^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Измиване I	2	Студена чешмияна вода $< 40^{\circ}\text{C}$	Почистващо средство*
Измиване II	5	Топла чешмияна вода $> 40^{\circ}\text{C}$	Почистващо средство*
Изплакване	2	Топла DI или PURW вода $> 40^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Термична дезинфекция	5	Критична вода (RO, DI или дестилирана вода) $\geq 93^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Подсушаване	40	$\geq 90^{\circ}\text{C}$	Неприложимо

* вижте раздел "Допълнителна информация"

Термична дезинфекция

За автоматизирано почистване-дезинфекция: дезинфекцирайте термично най-малко при 93°C най-малко за 5 минути (викте "Почистване - автоматизиран метод на дезинфекция" включително изискванията за качество на водата). За изделия с канюлации или лumeni, ориентирайте частите така, че лumeni или канюлацията да са във вертикално положение. Ако това не е възможно поради ограничения в пространството в рамките на автоматизирана/механичен ушер, използвайте иригираща стойка/носител за товар със свързания, който е проектиран да осигури адекватен поток на обработващи течности към лumeni или канюлацията на изделието, ако е необходимо.

Подсушаване

Ако в механичния ушер не е включен цикъл на подсушаване:

- Подсушете всяко изделие щателно отвътре и отвън, за да предотвратите ръждясване и неправилно функциониране.
- Използвайте чиста, мека кърпа за еднократна употреба без власинки, за да избегнете повреждане на повърхността.

Обърнете специално внимание на резбите, зъбните колела и шарнирите или областите, където може да се събере течност. Отваряйте и затваряйте изделията, така че да се достигнат всички области. Подсушете кухите части (lumeni, канюлации), като използвате въздушната струя с медицински компресиран въздух.

Оглед

- Инструментите на Synthes трябва да се огледат след обработване, преди стерилизация, за показатели за край на живота им, като:
- Чистота, ако по време на огледа се открие каквото и да било остатъчно замърсяване, повторете стъпките за почистване при тези изделия, докато всяко видимо замърсяване се отстрани от тях.
 - Без влага, огледайте внимателно лumenите и подвижните части на изделието. Ако се открие влага, трябва да се извърши ръчно подсушаване.
 - Повреждане, включително, но без да се ограничава до корозия (напр. ръжда, образуване на дупки), промяна в цвета, прекомерно надраскване, лющене, наличие на пукнатини и износване.
 - Правилна функция, включително, но без да се ограничава до острота на режещите инструменти, отгъване на гъвкавите изделия, движение на шарнирите/подвижните свързания/заключващите механизми тип "box lock" и подвижните части, като например дръжки, зъбни колела и куплунги. Повредени или износени изделия не трябва да се използват.
- Повече подробности за контрола на функционирането и показателите за края на живот могат да се намерят при Вашите търговски представители или да се изтеглят от уебсайта www.deploysynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.

Смажете инструментите с подвижни части, като например шарнири и подвижни свързания, пружинни лагери и части с резба. Препоръчително е инструментите на Synthes да се смазват и поддържат само със специалното масло на Synthes.

Разглобените изделия трябва да се слгобят отново преди стерилизация, освен ако е отбелоязано друго или кутията не е конфигурирана за слглобено изделие. Допълнителни подробни инструкции за разглобяване на инструментите могат да се получат от местния търговски представител или да се изтеглят от www.deploysynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.

Опаковане

Поставете почиствените, сухи изделия в правилното местоположение в кутията на Synthes. В допълнение използвайте подходяща обивка за стерилизация (единична или двойна обивка) или твърда контейнерна система за стерилизация за многократна употреба, като например система със стерила бариера съгласно ISO 11607, и техники за обиваване като описаните в ANSI/AAMI ST79. Пример за одобрен опаковъчен материал е обивката HALYARD® KIMGUARD® ONE-STEP®. Трябва да се внимава имплантите и заострени и остри инструменти да се предпазят от контакт с други предмети, които могат да повредят повърхността.

Стерилизиране

Трябва да се извърши парно стерилизиране (с влажна топлина) в локално одобрен цикъл с предварително вакуумиране (форсирано отстраняване на въздуха). Парният стерилизатор трябва да е валидиран съгласно изискванията на всички местни стандарти и указания, като например EN 285 или AAMI/ANSI ST8, включително съответствие с изискванията на ISO 17665. Парният стерилизатор трябва да е инсталiran и да се поддържа съгласно инструкциите на производителя и местните изисквания. Уверете се, че е избран цикълът на парния стерилизатор, проектиран за отстраняване на въздуха от изделия с пори или лumeni, в съответствие с инструкциите на производителя, и че не се превишават критериите за максимално натоварване на стерилизатора.

Следните цикли на парна стерилизация са пример за валидирани цикли:

Тип цикъл	Приложимост	Време на експозиция при стерилизация (минути)*	Температура на експозиция при стерилизация*	Време на подсушаване (минути)**
Отстраняване на въздуха с насытена пара чрез предварително вакуумиране (предварително вакуумиране, три импулса)	USA извън САЩ	4 3	132 °C 134 °C	20 до 60 20 до 60

* За спазване на местните разпоредби (извън САЩ) може да се използва удължен цикъл за експозиция на парна стерилизация, напр. 134 °C за 18 минути.

** Когато се прилагат времената за подсушаване за кутии на Synthes и техните принадлежности, може да са необходими времена за подсушаване извън стандартните параметри за стерилизация с предварително вакуумиране. Това е особено важно за кутии/табли на основата на полимери (пластмаса), използвани съвместно с много устойчиви нетъкани обивки за стерилизация. Препоръчваните към момента времена за подсушаване за кутии на Synthes могат да са в диапазон от стандартните 20 минути до удължена продължителност от 60 минути. Времето за подсушаване най-често се влияе от наличието на материали на основата на полимери (пластмаса); по тази причина промени, като елиминирането на силиконови подложки и/или промяната на стерилната бариерна система (напр. много устойчива към по-малко устойчива обивка), може да намалят необходимото време за подсушаване. Потребителят трябва да използва методи, които могат да се потвърдят (напр. визуални огледи), за да потвърди адекватното подсушаване. Времето за подсушаване по принцип варира от 20 до 60 минути поради разлики в опаковъчните материали (стерила бариерна система, напр. обивки или твърди контейнерни системи за многократна употреба), качеството на парата, материалите на изделието, общата маса, функционирането на стерилизатора и вариращото време за охлаждане. Не превишавайте 140 °C по време на сушенето.

Съхранение

Опакованите продукти трябва да се съхраняват в суха, чиста среда, защитени от пряка слънчева светлина, вредители и екстремни температура и влажност. Вижте инструкциите за употреба на производителя на обивката за стерилизация или твърдия контейнер за ограниченията по отношение на времето за съхранение на стерилен продукт и изискванията за съхранение за температура и влажност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за употребата на специфични почистващи препарати, ултразвукови ушери, ушер-дезинфектор, опаковъчни материали или стерилизатори по време на валидиращите изпитвания, е налична при поискване. Synthes са използвали следните почистващи препарати по време на валидирането на тези препоръки за повторна обработка:

- Ръчно почистване: ръчно предварително почистване с ензимен препарат Enzol® 8 mL/L при 16–17 °C, deconex® POWER ZYME 3 mL/L при 19–21 °C, Endozime® 6,24 g/L при 33–34 °C и ултразвуково почистване с ензимен препарат Enzol® 8 mL/L при 18–25 °C.
- Автоматично почистване: Ръчно предварително почистване с Enzol® ензимен детергент 8 mL/L при 16–17 °C и ултразвуково почистване с Enzol® ензимен детергент 8 mL/L при 18–25 °C. Почистване с воден дезинфектант с (измиване 1) Prolystica® 2X концентрат на ензимен почистващ препарат от 1 mL/L при 23–26 °C и (измиване 2) Prolystica® 2X неутрален почистващ препарат 1 mL/L при 44–46 °C, NpH Klenz® 0,78 g/L при 41–42 °C, neodisher® MediZym 5 mL/L при 45 °C.
- Кърпа без власинки: Berkshire Durx 670.
- Обивка за стерилизация: HALYARD® KIMGUARD® ONE-STEP полипропиленова обивка KC600 (еквивалентна на 2 слоя обивка от CSR).

Дадените по-горе препоръки са валидирани от производителя на медицинското изделие като достатъчни за подготовката на нестерилен медицинско изделие на Synthes. Тези инструкции за употреба са проверени и валидирани в съответствие с ISO 17664, AAMI TIR 12, ANSI/AAMI/ISO 17665-1, ANSI/AAMI ST79 и ANSI/AAMI ST77. Остава отговорност на обработващия да гарантира, че обработката реално е извършена с използване на оборудване, материали и персонал в учреждението за повторна обработка, и че постига желания резултат. Това изисква валидиране и рутинно наблюдение на процеса. По подобен начин, всяко отклонение от страна на обработващия от дадените препоръки трябва съответно да се оцени за ефективност и потенциални нежелани последствия. Химичното качество на водата, използвана по време на повторната обработка, може да повлияе върху безопасността на изделието. Лечебните заведения трябва да използват препоръчителните изисквания за качество на водата за повторна обработка на изделието в съответствие с местните указания (като AAMI TIR 34, Вода за повторна обработка на медицински изделия) и настоящите инструкции за употреба.

Контакт с производителя

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител на Synthes.

Обработване на нестерилни импланти и инструменти за еднократна употреба на Synthes

Тези препоръки са за обработване на нестерилни импланти и инструменти за еднократна употреба на Synthes. Предоставената информация се отнася само за неизползвани и незамърсени импланти и инструменти за еднократна употреба на Synthes. Експлантирани импланти на Synthes никога не трябва да се обработват повторно и при изваждане с тях трябва да се борави съгласно болничния протокол. С всеки имплант или инструмент за еднократна употреба, който не е използван, но е бил замърсен, трябва да се борави съгласно болничния протокол. Не обработвайте повторно замърсени импланти или инструменти за еднократна употреба. Тези препоръки трябва да се следват, освен ако не е посочено друго в листовките на специфичните продукти.

Внимание

- Всеки имплант и инструмент за еднократна употреба, който не е използван, но е бил замърсен с кръв, тъкан и/или телесни течности/материи, трябва да се борави съгласно болничния протокол. Synthes не препоръчва повторно обработване на замърсения имплант или инструмент за еднократна употреба.
 - Не използвайте имплант или инструмент за еднократна употреба на Synthes, ако повърхността му е повредена.
 - Имплантите и инструменти за еднократна употреба на Synthes не трябва да се обработват или транспортират с каквито и да било замърсени или контаминирани материали.
 - Всички изделия трябва да се почистват щателно и да се проверяват преди стерилизиране. По време на почистването използвайте само почистващи препарати, които са предназначени за употреба върху медицински изделия и в съответствие с инструкциите на производителя. По време на почистване използвайте само дегергенти, на чийто етикет е обозначено, че са за употреба при медицински изделия и в съответствие с инструкциите на производителя. Препоръчват почистващи препарати с използвано pH на разреждане в рамките на 7-9,5. По-високата алкална концентрация (pH >11) може да повреди компоненти/изделия, като алуминиеви материали. Не използвайте физиологичен разтвор, дезинфектанти за околна среда (включително хлорни разтвори) или хирургични антисептици (като продукти, съдържащи йод или хлорхексидин). Не използвайте помоzi при почистване, която може да повреди повърхността на имплантите, като стоманена вълна, абразивни почистващи препарати или телена четка. Вижте "Съвместимост на материалите на инструментите и имплантите на Synthes при клинично повторна обработка".
 - Имплантите на Synthes не трябва да се смазват.
 - Имплантите и инструментите за еднократна употреба на Synthes са изделия от критична важност и трябва да бъдат окончателно стерилизирани преди употреба.
 - Парараметрите за стерилизация са валидни само за изделия, които са адекватно почиствани.
 - Само твърди контейнери за стерилизация, одобрени за стерилизация с влажна топлина, могат да се използват с изделията и заредените кутии (кутия с всички или част от определените за нея компоненти) на Synthes.
 - Изброените параметри са валидни само за правилно инсталарирано, поддържано, калибирано и съответстващо на стандартите ISO 15883 и ISO 17665 оборудване за повторна обработка.
- Възможностите при използване на твърди контейнери за стерилизация с изделия и заредени кутии на Synthes са следните:
- Не повече от една (1) напълно заредена кутия може да се постави директно в твърд контейнер за стерилизация.
 - Табли с инструменти от не повече от една (1) заредена кутия могат да се поставят в твърдия контейнер за стерилизация.
 - Самостоятелни модули/стойки или единични изделия трябва да се поставят, без нареждане едни върху други, в кошница на контейнер, за да осигури оптимална вентилация.
 - Твърдият контейнер за стерилизация трябва да има максимално съотношение на обем към вентилационна площ, не по-голямо от 322 cm²/cm².
 - Само твърди контейнери за стерилизация, одобрени за стерилизация с пара с предварително вакуумиране, могат да се използват с изделията и заредените кутии на Synthes.
 - За допълнителна информация направете справка с националните разпоредби и правила. Изиска се и съответствие с вътрешните болнични политики и процедури, както и с препоръките на производителите на почистващи препарати и всякакво оборудване за клинично обработване.

Ограничения за повторно обработване

- Циклите на повторна обработка, както са описани в тези инструкции, имат минимални ефекти върху имплантите и инструментите за еднократна употреба на Synthes.
- Имплантите или инструментите за еднократна употреба може да изискват тестване преди стерилизиране с цел да се осигури правилно функциониране. Методът за функционалното тестване, когато е приложимо за импланта или инструмента, е предоставен в специфичните за продукта инструкции за употреба и в документа за функционален контрол на адрес www.depuyssynthes.com/ifu и/или www.e-ifu.com.
- Имплантите и инструментите за еднократна употреба на Synthes трябва да се проверяват за корозия, повреди като например надрасквания и вдълбнатини, фрагменти, промяна в цвета или остатъци.
- Промяната в цвета няма нежелан ефект върху имплант от титан или титанова сплав. Защитният оксиден слой се запазва напълно.
- Всеки имплант и инструмент за еднократна употреба с корозия, надрасквания, вдълбнатини, остатъци или фрагменти трябва да се изхвърли.

Грижа на мястото на лечение

- Имплантите и инструментите за еднократна употреба трябва да останат покрити, докато станат необходими, за да се избегне замърсяването или контамирането им. Трябва да се борави само с такива, които ще бъдат имплантирани или използвани.
- Необходимо е минимално боравене с имплантите, за да се предотврати повреждане на повърхността.

Задържане на имплант и инструмент

- Имплантите и инструментите за еднократна употреба не трябва да влизат в допир със замърсени изделия и/или оборудване.
- Избягвайте кръстосано замърсяване на имплантите и инструментите за еднократна употреба със замърсени инструменти по време на транспортиране.

Подготовка за обработка

Synthes не препоръчва повторно обработване на замърсения имплант или инструмент за еднократна употреба.

Почистване - ръчен метод

1. Изплакнете изделието с течеща студена чешмична вода за най-малко две минути. Използвайте четка с мек късъм, за да почистите изделието.
2. Накиснете изделието в разтвор на неутрален или мек алкален почистващ препарат в продължение на минимум десет минути. Следвайте указанията на производителя на почистващия препарат за използване на правилното разреждане, температура, качество на водата и време на експозиция.
3. Изплакнете изделието със студена вода най-малко за две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите, канали и други трудни за достигане области.
4. Накиснете изделието в разтвор на почистващия препарат, като се уверите, че всички лumeni или подвижни части са промити, за да се осигури контакт. Ръчно почистете изделията за най-малко пет минути в новопригответия неутрален или мек алкален разтвор на почистващия препарат, като използвате четка с мек късъм. Почистете изделията под вода, за да предотвратите аерозолирането на замърсителите. Забележка: новопригответ разтвор означава чист разтвор, пригответ наново.
5. Изплакнете изделието щателно с чешмична вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лumenите и канали.
6. Подгответе нов разтвор на почистващия препарат за ултразвуковата вана, като използвате неутрален или мек алкален разтвор на препарата. Следвайте указанията на производителя на почистващия препарат за използване на правилното разреждане, температура, качество на водата и време на експозиция. Забележка: свежият разтвор е прясно направен, почистващ разтвор.
7. Почистете изделията на Synthes с ултразвук за най-малко 15 минути с честота на ваната минимум 38 kHz.
8. Изплакнете изделието щателно с чешмична вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко две минути. Задействайте подвижните съвързания, дръжките и другите подвижни части на изделието, за да изплакнете щателно, ако е приложимо. Уверете се, че всички лumeni са промити. За последното изплакване трябва да се използва дейонизирана или пречистена вода.
9. Подсушете изделието с помощта на чиста, мека кърпа за еднократна употреба без власинки или медицински компресиран въздух. Всички лumeni и подвижни части трябва да бъдат изсушени със сгъстен въздух.
10. Следвайте насоките в раздела за дезинфекция на тези важни информационни инструкции за автоматична термична дезинфекция, тъй като ръчната дезинфекция не е препоръчителна.

Почистване - автоматизиран метод на дезинфекция

1. Изплакнете изделията с течща студена чешмяна вода най-малко за една минута. Използвайте четка с меки влакна и/или мека кърпа без власинки, за да почистите изделията.
2. Подгответе нов разтвор на почистващия препарат за ултразвуковата вана, като използвате неутрален или мек алкален разтвор на препарата. Следвайте указанията на производителя на почистващия препарат за използване на правилното разреждане, температура, качество на водата и време на експозиция. Забележка: свежият разтвор е пряко направен, почистващ разтвор.
3. Накиснете изцяло изделията в разтвора на почистващия препарат, като се уверите, че всички лумени или подвижни части са промити, за да се осигури контакт. Почистете изделията на Synthes с ултразвук най-малко за 15 минути, като използвате минимална честота 38 kHz.
4. Изплакнете изделието, като използвате дейонизирана или пречистена вода със стайна температура ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) за най-малко две минути. Използвайте спринцовка, пипета или водна струя за промиване на лумените и канали. За последното изплакване трябва да се използва DI или PURW вода.
5. Оглеждане на изделието. Повтаряйте стъпки 2-5, докато изделията станат видимо чисти.
6. Автоматизирано измиване трябва да се извърши във валидиран ушер-дезинфектор в съответствие с ISO 15883-1 и -2, или с еквивалентен стандарт. Заредете компонентите на изделието в ушер-дезинфектора в съответствие с инструкциите на производителя, като се уверите, че изделията и лумените могат свободно да се дренират. Автоматизираното измиване може да се включи като част от валидиран цикъл на измиване, дезинфекция и/или подсушаване, в съответствие с инструкциите на производителя. Пример за валидиран цикъл, използван за валидиране на почистването, включва:

Цикъл	Време на рециркулация (минути)	Качество/температура на водата	Вид почистване
Предварително измиване	2	Студена чешмяна вода $< 40^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Измиване I	2	Студена чешмяна вода $< 40^{\circ}\text{C}$	Почистващо средство*
Измиване II	5	Топла чешмяна вода $> 40^{\circ}\text{C}$	Почистващо средство*
Изплакване	2	Топла DI или PURW вода $> 40^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Термична дезинфекция	5	Критична вода (RO, DI или дестилирана вода) $\geq 93^{\circ}\text{C}$	Неприложимо
Подсушаване	40	$\geq 90^{\circ}\text{C}$	Неприложимо

* вижте раздел "Допълнителна информация"

Термична дезинфекция

За автоматизирано почистване-дезинфекция: дезинфекцирайте термично най-малко при 93°C най-малко за 5 минути (вижте "Почистване - автоматизиран метод на дезинфекция" включително изискванията за качество на водата). За изделия с канюлации или лумени, ориентирайте частите така, че лument или канюлацията да са във вертикално положение. Ако това не е възможно поради ограничения в пространството в рамките на автоматизирана/механичен ушер, използвайте иригираща стойка/носител за товар със свързвания, който е проектиран да осигури адекватен поток на обработващи течности към лумена или канюлацията на изделието, ако е необходимо.

Оглед

Имплантите и инструментите за еднократна употреба на Synthes трябва да бъдат огледани в чиста среда под добро осветление, след обработка, преди стерилизация, за да се уверите, че изделията нямат ясно наличие на замърсявания, повреди или влага.

Оглеждайте изделията за:

- Без влага, огледайте внимателно лумените и подвижните части на изделието. Ако се открие влага, трябва да се извърши ръчно подсушаване.
- Чистота, ако по време на огледа се открие каквото и да било остатъчно замърсяване, повторете стъпките за почистване при тези изделия, докато всяко видимо замърсяване се отстрани от тях.
- Повреждане, включително, но без да се ограничава до корозия (напр. ръжда, образуване на дупки), промяна в цвета, надрасквания, лющене, наличие на пукнатини и износване.
- Правилна функция, включително, но без да се ограничава до острота на режещите инструменти, отвори на гъвкавите изделия, движение на шарнирите/подвижните свързвания/заключващите механизми тип "box lock" и подвижните части, като например зъбни колела и купулуни и липсващи или отстранени номера на части.

Неправилно функциониращите изделия, изделия с неразпознаваща се маркировка, липсващи или премахнати (заличени) номера на частите, повредени и износени изделия трябва да се изхвърлят.

Опаковане

Поставете почиствените сухи имплантанти или инструменти за еднократна употреба в правилното местоположение в кутията на Synthes. В допълнение използвайте подходяща обивка за стерилизация (единична или двойна обивка) или твърда контейнерна система за стерилизация за многократна употреба, като например система със стерилина бариера съгласно ISO 11607, и техники за обиване като описаните в ANSI/AAMI ST79. Пример за одобрен опаковъчен материал е обивката HALYARD® KIMGUARD® ONE-STEP®. Трябва да се внимава имплантанти и заострени и остри инструменти да не влизат в контакт с други предмети, които могат да повредят повърхността.

Стерилизиране

Трябва да се извърши парно стерилизиране (с влажна топлина) в локално одобрен цикъл с предварително вакуумиране (форсирano отстраняване на въздуха). Парният стерилизатор трябва да е валидиран съгласно изискванията на всички местни стандарти и указания, като например EN 285 или AAMI/ANSI ST8, включително съответствие с изискванията на ISO 17665. Парният стерилизатор трябва да е инсталiran и да се поддържа съгласно инструкциите на производителя и местните изисквания. Уверете се, че е избран цикъл на парния стерилизатор, проектиран за отстраняване на въздуха от изделия с пори или лumeni, в съответствие с инструкциите на производителя, и че не се превишават критерийите за максимално натоварване на стерилизатора.

Следните цикли на парна стерилизация са пример за валидирани цикли:

Тип цикъл	Приложимост	Време на експозиция при стерилизация (минути)*	Температура на експозиция при стерилизация*	Време на подсушаване (минути)**
Отстраняване на въздуха с наситена пара чрез предварително вакуумиране (предварително вакуумиране, три импулса)	USA извън САЩ	4 3	132 °C 134 °C	20 до 60 20 до 60

* За спазване на местните разпоредби (извън САЩ) може да се използва удължен цикъл за експозиция на парна стерилизация, напр. 134 °C за 18 минути.

** Когато се прилагат времената за подсушаване за кутии на Synthes и техните принадлежности, може да са необходими времена за подсушаване извън стандартните параметри за стерилизация с предварително вакуумиране. Това е особено важно за кутии/табли на основата на полимери (пластмаса), използвани съвместно с много устойчиви нетъкани обивки за стерилизация. Препоръчваните към момента времена за подсушаване за кутии на Synthes могат да са в диапазон от стандартните 20 минути до удължена продължителност от 60 минути. Времето за подсушаване най-често се влияе от наличието на материали на основата на полимери (пластмаса); по тази причина промени, като елиминирането на силиконови подложки и/или промяната на стерилната бариерна система (напр. много устойчива към по-малко устойчива обивка), може да намалят необходимото време за подсушаване. Времената за подсушаване могат да варира силно поради разлики в опаковъчните материали (напр. нетъкани обивки), околните условия, качеството на парата, материалите на изделието, общата маса, функционирането на стерилизатора и вариращото време за охлаждане. Потребителят трябва да използва методи, които могат да се потвърдят (напр. визуални огледи), за да потвърди адекватното подсушаване. Не превишавайте 140 °C по време на сушенето.

- За продукти, които се продават стерилини, вижте листовката за конкретното изделие за повторна стерилизация.
- Инструкции и съображения при използване на твърди контейнери за стерилизация
- За да се гарантира правилна стерилизация на имплантите и инструментите за еднократна употреба на Synthes, когато се използва твърд контейнер за стерилизация, трябва да се вземе предвид следното:
 - Трябва да се следват инструкциите за употреба на производителя на твърдия контейнер за стерилизация. Ако възникнат въпроси по отношение на употребата на твърдия контейнер за стерилизация, Synthes препоръчва да се свържете с производителя на конкретния контейнер за насоки.
 - Възможностите при използване на твърди контейнери за стерилизация с изделия и заредени кутии на Synthes са следните:
 - Не повече от една (1) напълно заредена кутия може да се постави директно в твърд контейнер за стерилизация.
 - Табли с инструменти от не повече от една (1) заредена кутия могат да се поставят в твърдия контейнер за стерилизация.
 - Самостоятелни модули/стойки или единични изделия трябва да се поставят, без нареддане един върху други, в кошница на контейнер, за да се осигури оптимална вентилация.
 - Когато избирате твърд контейнер за стерилизация за изделия и заредени кутии на Synthes, твърдият контейнер за стерилизация трябва да има максимално съотношение на обем към вентилационна площ, не по-голямо от 322 cm³/cm². За всяка въпроси относно съотношението на обем към вентилационна площ, моля, свържете се с производителя на контейнера.
 - Само твърди контейнери за стерилизация, одобрени за стерилизация с пара с предварително вакуумиране, могат да се използват с изделията и заредените кутии на Synthes, като се следват параметрите, посочени в таблицата по-горе.

Съхранение

Опакованите продукти трябва да се съхраняват в суха, чиста среда, защитени от пряка слънчева светлина, вредители и екстремни температура и влажност. Вижте инструкциите за употреба на производителя на обивката за стерилизация или твърдия контейнер за ограниченията по отношение на времето за съхранение на стерилния продукт и изискванията за съхранение за температура и влажност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за употребата на специфични почистващи препарати, ултразвукови ушери, ушер-дезинфектор, опаковъчни материали или стерилизатори по време на валидиращите изпитвания, е налична при поискване. Synthes са използвали следните почистващи препарати по време на валидирането на тези препоръки за повторна обработка:

- Ръчно почистване: ръчно предварително почистване с Prolystica® 2X концентрат на ензимен почистващ препарат от 1 mL/L при 14–16 °C, deconex® POWER ZYME 3 mL/L при 19–21 °C, Endozime® 6,24 g/L при 33–34 °C и ултразвуково почистване с Prolystica® 2X концентрат на ензимен почистващ препарат от 1 mL/L при 12–21 °C.
- Автоматично почистване: ръчно предварително почистване с Prolystica® 2X концентрат на ензимен почистващ препарат от 1 mL/L при 14–16 °C, NpH Klenz® 0,78 g/L при 41–42 °C, neodisher® MediZym 5 mL/L при 45 °C. Почистване с воден дезинфектант с (измиване 1) Prolystica® 2X концентрат на ензимен почистващ препарат от 1 mL/L при 23–26 °C и (измиване 2) Prolystica® 2X неутрален почистващ препарат от 1 mL/L при 44–46 °C.
- Кърпа без власинки: Berkshire Durx 670.
- Обивка за стерилизация: HALYARD® KIMGUARD® ONE-STEP полипропиленова обивка KC600 (еквивалентна на 2 слоя обивка от CSR).

Дадените по-горе препоръки са валидирани от производителя на медицинското изделие като достатъчни за подготовката на нестерилен медицински изделия на Synthes. Тези инструкции за употреба са проверени и валидирани в съответствие с ISO 17664, AAMI TIR 12, ANSI/AAMI/ISO 17665-1, ANSI/AAMI ST79 и ANSI/AAMI ST77. Остава отговорност на обработващия да гарантира, че обработката реално е извършена с използване на оборудване, материали и персонал в учреждението за повторна обработка, и че постига желания резултат. Това изисква валидиране и рутинно наблюдение на процеса. По подобен начин, всяко отклонение от страна на обработващия от дадените препоръки трябва съответно да се оцени за ефективност и потенциални нежелани последствия.

Химичното качество на водата, използвана по време на повторната обработка, може да повлияе върху безопасността на изделието. Лечебните заведения трябва да използват препоръчителните изисквания за качество на водата за повторна обработка на изделието в съответствие с местните указания (като AAMI TIR 34, Вода за повторна обработка).

Контакт с производителя

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител на Synthes.

Съвместимост на материалите на инструментите и имплантите на Synthes при клинична обработка

Познаването на използваните материали и техните свойства е от основна важност за това да се гарантира, че инструментите се обработват и поддържат правилно.

Неръждаеми стомани

Инструментите на Synthes се произвеждат предимно от стомани, устойчиви на корозия, които могат да се разпознат по техния лъскав или матов метален цвят. В резултат от високото им съдържание на хром и никел, устойчивите на корозия стомани образуват предпазен оксиден слой, известен като пасивен слой, върху металната повърхност. Този пасивен слой защитава инструмента от корозия и ръжда. Неправилно или небрежно боравене с продукта (напр. повреда на повърхността) и атаки от химично, електрохимично или физично естество, могат да повлияват отрицателно върху устойчивостта на корозия.

Използвани са два вида неръждаеми стомани, диференцирани въз основа на състава и свойствата им:

- Мартензитните стомани, които са устойчиви на корозия и чиято висока твърдост може да се повлияе и регулира чрез третиране с топлина, имат висока устойчивост на износване и висока степен на запазване на режещия ръб. Тези стомани се използват за режещи и заострени инструменти, напр. свредели, римиращи глави, шила, борери или режещи ръбове на клещи.
- Аустенитните стомани, които не могат да се втвърдят чрез третиране с топлина, имат висока устойчивост на корозия, еластичност и якост и по принцип са немагнитни. Тези стомани се използват за нережещи инструменти, напр. водачи за свредели, измерители и насочващи изделия.

- Synthes препоръчва дезинфектанти, почистващи препарати или дегергенти с pH 7–11 за всички неръждаеми стомани.

Алуминий, титан и неговите сплави

Тъй като алуминият е лек материал, той се използва, например, за графични кутии, дръжки на инструменти и някои други части на инструменти. Електрохимично третиране на повърхността (анодиране, "Ematal" или твърдо анодиране) създава устойчив оксиден слой върху алуминия, който може да се оцвети.

Титанът и титановите сплави се използват широко като материали за импланти. При инструментите титанът се използва само за малко приложения, основно за цветово кодиране на инструментите. Повърхността на титановите сплави също се третира електрохимично (анодиране), като се създава устойчив оксиден слой. Като се използва този слой могат да се нанесат различни цветни нюанси.

Въпреки че анодираните алуминий, титан и неговите сплави имат добра устойчивост на корозия, контактът със силно алкални дегергенти и дезинфектанти и разтвори, съдържащи йод или някои метални соли, може да доведе до химична атака и разтваряне на повърхността в зависимост от специфичния състав на дегергента. Ето защо Synthes препоръчва дезинфектанти, почистващи препарати или дегергенти с pH 6–9,5. Продукти с по-висока стойност на pH, особено над pH 11, трябва да се използват само в съответствие с изискванията за съвместимост на материалите, посочени в спецификациите им и друга информация от производителя на дегергента.

Пластмаси

За определени части на инструментите, напр. дръжки, рентгенопрозрачни части, се използват разнообразни пластмаси. В допълнение към чистите пластмаси, в някои случаи се използват и композитни материали, напр. подсилен с тъкан фенолна смола с дървесен вид за дръжки на отвертки, распоратори, резци и т.н., или усилен с въглеродни влакна пластмаси за насочващи рамена. Всички използвани пластмаси могат да издръжат правилната обработка. Някои пластмаси може да омекнат по време на парна стерилизация, но не получават постоянна деформация при нормални стерилизационни температури под 140 °C. И все пак материалът може да се повреди, например чрез многократно потапяне в дезинфектанти извън обхват на pH от 4–9,5 и чрез прекомерно наготовяване. Освен това, някои изплакващи средства могат да доведат до промяна в цвета или повишаване на крехкостта на пластмасите и композитите при многократна употреба.

Препоръчителни температури и нива на pH

Материал	Температура*	pH
Неръждаема стомана	до 149 °C	7–11
Алуминий	до 150 °C	6 – 9,5
Титанови сплави	до 150 °C	6 – 9,5
Пластмаси	до 140 °C	4 – 9,5
Нитинол	до 149 °C	6 – 9,5

* Препоръчителните температури на обработка вземат предвид свойствата на материалите и вътрешно валидиранияте параметри за обработка.

Причини за корозия и промяна или повреда на повърхността

Повърхността на инструментите може да бъде атакувана и повредена вследствие на неправилно боравене с тях или контакт с разнообразни вещества. Познаването на следните възможни причини за корозия и повреда на материала може да помогне да се избегне възникването им.

Кръв, гной, секрети и т.н.

Повечето човешки телесни течности и остатъци съдържат хлорни иони, които могат да доведат до корозия, ако се оставят да залепнат по инструмента или да застанат върху него за дълги периоди от време. Следователно инструментите трябва да се почистват и подсушават незабавно след всяка употреба.

Физиологични разтвори, йодни тинктури, вода

Хлорните и йодните иони в тези разтвори причиняват корозия с образуване на дупки. Поддържайте на минимум контакта с тези иони. Изплаквайте щателно инструментите с дестилирана вода* за отстраняване на всички остатъци. Нормалната чешмска вода често съдържа и хлориди, както и други минерали във високи концентрации, които могат да образуват петна с остро отграничени ръбове по повърхността на инструмента. Те обикновено могат да се отстранит с дестилирана вода* и неабразивни почистващи препарати за неръждаема стомана. Никога не оставяйте инструментите

мокри за дълъг период; винаги ги подсушавайте незабавно. Влажността вследствие на кондензация по време на стерилизация може да се избегне чрез удължаване на фазата на подсушаване.

* За дестилираната вода се препоръчва проводимост < 0,5 μS.

Дегергенти, дезинфектанти, изплакващи средства и други адитиви

Прекалено високите концентрации на тези продукти или силно киселинни или алкални дегергенти могат да атакуват предпазния оксиден слой на неръждаемата стомана, титана и алюминия и да доведат до корозия, промяна в цвета или други промени на материалите, свойствата им и условията на повърхността. Когато използвате такива продукти, внимателно следвайте препоръките на производителя по отношение на концентрациите, времето на контакт, температурите и съвместимостта на материалите. Препоръчват се продукти с нива на pH между 7 и 9,5. По време на многократна и продължителна употреба някои изплакващи средства могат да атакуват някои пластмаси и да доведат до промяна в цвета или повишаване на крехкостта. Ако инструментите се почистват в автоматизиран ушер-дезинфектор, следвайте насоките на производителята на ушер-дезинфектора, дегергентите, изплакващите средства и другите адитиви.

Стоманена вълна, стоманени четки, пили и други абразивни почистващи инструменти

Никога не използвайте много фини или нормална стоманена вълна, стоманени четки, пили или други почистващи инструменти с абразивен ефект върху металите за почистване на хирургичните инструменти, тъй като това ще доведе до механично повреждане на пасивния слой, водейки до корозия и нарушен функция.

Контакт между инструменти, направени от различни метали

Ако инструменти от неръждаема стомана се оставят в контакт за дълги периоди от време с инструменти с повредена повърхност и едновременно се навлажнат с електролит, може да се образува ръжда на мястата на контакт. Парата, вода, разтворите за ултразвуково почистване или други течности и разтвори могат да действат като електролити. Такива феномени се наблюдават понякога по време на автоматизирано почистване. Корозионните продукти, които вече се образували, могат да се прехвърлят и върху други инструменти чрез електролитите, образуващи по този начин ръжда по повърхността. Ако е възможно, инструментите, направени от различни материали, трябва да се почистват и стерилизират отделно. Следователно инструменти с корозия или ръждиви петна трябва винаги да се изключват и подменят с неповредени. Инструментите трябва да се почистват в отворено и разглобено състояние, за да се избегне не само недостатъчното почистване, но и образуването на пукнатини и разяздаща корозия. Пасивният слой в процепите или отворите на подвижните съвръзания може да се повреди от химично или механично въздействие, водещо до корозия.

Недостатъчно смазване

Подвижните части на инструментите, напр. свързвания, пълзгачи се части, разглобяеми връзки с резба и т.н., трябва да се смазват редовно. Постоянната метална абразия увеличава повреждането на пасивния слой и така повишава силно риска от корозия. Имплантите на Synthes не трябва да се смазват.

Остатъци от дегергент в опаковъчните кърпи

Кърпите, използвани за опаковане на изделията за стерилизация, не трябва да съдържат дегергент или други остатъци. Такива остатъци могат да се прехвърлят върху повърхността на изделието чрез парата и могат да взаимодействват с повърхността.

Прекалено натоварване на инструментите

Инструментите са проектирани само за конкретна цел и трябва да се използват в съответствие с това. Неправилната употреба може да доведе до механично претоварване, нарушен функция и трайна повреда на инструментите и това на свой ред повишава податливостта им на корозия.

Задележка за латекс

Тъй като инструментите на Synthes не съдържат никакъв латекс, те могат да се използват безопасно при пациенти с алергия към латекс.

Задележка за специалното масло на Synthes

Специалното масло на Synthes е синтетично масло и е нетоксично. Препоръчително е инструментите на Synthes да се смазват и поддържат само със специалното масло на Synthes.

Поправка на инструментите на Synthes и поръчване на резервни части

Дефектни инструменти могат да се изпращат за поправка на местния отдел за обслужване на клиенти на Synthes. Отделът за обслужване на клиенти ще оцени дали инструментът може да се поправи. Не забравяйте да включите към дефектния инструмент бележка за доставка, която съдържа следната информация:

- Адрес на болницата, лице за контакт и телефонен номер
- Номер на артикул на дефектния инструмент, който се връща
- Описание на проблема

Ако изпращате електрически инструменти за поправка, могат да се осигурят машини под наем (ако са налични), които да Ви позволят да продължите да оперирате. Консултирайте се с местния отдел за обслужване на клиенти за информация относно наличността на машини под наем.

Местният отдел за обслужване на клиенти може да достави резервни части за дефектни или липсващи компоненти на прости инструменти, съставени от много части (напр. измерители за дължина, ръкави за пробиване). Консултирайте се с местния отдел за обслужване на клиенти за информация относно наличността на резервни части.

Идентификатор за опасно вещества:

Тук е посочена информация за артикулите, чийто етикет посочва наличието на опасно вещество (повече от 0,1 тегловен процент). Номерата, посочени под символа на етикета, указват наличието на материали, изброени в таблицата по-долу. Множество номера показват, че има повече от едно опасно вещество.

	Наличен материал	Остатъчен рисък
 #		
 1	Кобалт CAS номер 7440-48-4 ЕС номер 231-158-0	Това изделие или един или повече от компонентите му съдържат следното вещество, дефинирано като CMR 1B в концентрация над 0,1 тегловен процент. Настоящите научни доказателства подкрепят тезата, че произведените от кобалт медицински изделия не причиняват повишен риск от рак или нежелани репродуктивни ефекти.
 2	Дибутилtin дилаурат CAS номер 77-58-7 ЕС номер 201-039-8	Това изделие или един или повече от компонентите му съдържат следното вещество, дефинирано като CMR 1B в концентрация над 0,1 тегловен процент. За повече информация посетете уебсайта на ECHA на адрес https://echa.europa.eu .

Обяснение на символите



Референтен номер



Номер на партида



Сериен номер



Производител



Упълномощен представител



2008-12

Дата на производство



2008-12

Срок на годност



Нестерилно



Стерилно



Европейско съответствие



Стерилизирано с етиленов оксид



Внимание, вижте инструкциите за употреба



Стерилизирано с обльчване



Температурен индикатор



Да не се използва повторно



Ограничение за температура



Да не се стерилизира повторно



Долна граница на температурата



Да не се използва, когато опаковката е повредена



Горна граница на температурата



Съдържание или наличие на естествен каучуков латекс



Да се пази от слънчева светлина

SSt

TiCP

Материал Неръждаема стомана Чист титан

0123

Нотифициран орган

TAN

(Ti6Al7Nb)

Материал Сплав от титан, алуминий и ниобий

TAV

(Ti6Al4V)

Материал Сплав от титан, алуминий и ванадий



Направете справка в инструкциите за употреба



Индикатор за стерилизация



Да се пази на сухо място



Съвместимо с МР при определени условия



Небезопасно за МР



Медицинско изделие

MATERIAL

Материал



Двойна стерилна бариерна система



Съдържание на опаковката



Съдържа опасно вещество



За многоократна употреба при един пациент



Единична стерилна бариерна система



Съдържа лекарствено вещество



0123



Synthes GmbH

Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf

Switzerland

Tel: +41 61 965 61 11

www.jnjmedicaldevices.com