
Uputstvo za upotrebu Niski neurološki profil™

Ovo uputstvo za upotrebu nije namenjeno za distribuciju u SAD.

Uputstvo za upotrebu

Niski neurološki profil

Pročitajte ova uputstva za upotrebu, DePuy Synthes brošuru "Važne informacije" i odgovarajuću brošuru Niski neurološki profil (036.000.347) pažljivo pre upotrebe. Po-brinite se da ste upoznati sa odgovarajućom hirurškom tehnikom.

Materijal(i)

Materijal(i):	Standard(i):
Implantati:	
TiCP	ISO 5832-2:1999
TAN	ISO 5832-11:1994
Instrumenti:	
Nerđajući čelik	ISO 7153-1:1991+A1:1999

Svrha upotrebe

Sistem ploče i šrafova DePuy Synthes Niski neurološki profil je namenjen za zatvaranje kranijalnih kosti i/ili fiksiranje kosti.

Indikacije

kraniotomije, zalečivanje kranijalne traume i rekonstrukcija.

Kontraindikacije

upotrebu u zonama aktivne ili latentne zarate ili nedovoljnog kvantiteta ili kvaliteta kosti.

Nuspojave

Kao i kod svih većih hirurških procedura, može doći do rizika, neželjenih efekata i neželjenih događaja. Iako može doći do mnogih reakcija, u najčešće spadaju: Problemi koji proističu od anestezije i pozicioniranja pacijenta (npr. mučnina, povraćanje, dentalne povrede, neurološka oštećenja itd.), tromboza, embolija, infekcija, oštećenje nerva i/ili korena zuba ili drugih važnih struktura uključujući krvne sudove, prekomerno krvarenje, oštećenje mekih tkiva uklj. otok, abnormalno formiranje ožiljka, funkcionalno oštećenje mišićno-skeletnog sistema, bol, nelagodnost ili abnormalni osećaj usled prisustva uređaja, alergijske ili hipersenzitivne reakcije, nuspojave vezane za šticanje, olabljivanje, savijanje ili lom uređaja, loše povezivanje ili nepovezivanje ili odloženo povezivanje što može dovesti do loma implantata, i ponovne operacije.

Sterilan uređaj

STERILE R Sterilisan pomoću iradijacije

Skladištite implantate u njihovom originalnom zaštitnom pakovanju i izvadite ih iz pakovanja tek neposredno pre upotrebe.

Pre upotrebe, proverite datum isteka roka trajanja proizvoda i potvrdite ispravnost sterilnog pakovanja. Ne koristite ako je pakovanje oštećeno.

Uređaj za jednokratnu upotrebu

 Ne koristite ponovo

Proizvodi koji su namenjeni za jednokratnu upotrebu se ne smeju ponovo koristiti.

Ponovna upotreba i obrada (npr. čišćenje i sterilizacija) mogu da ugroze strukturnu celovitost uređaja i/ili da dovedu do kvara uređaja što može dovesti do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.

Štaviše, ponovna upotreba ili obrada uređaja za jednokratnu upotrebu može stvoriti rizik od kontaminacije, npr. usled prenosa inficiranog materijala sa jednog pacijenta na drugog. Ovo može dovesti do povrede ili smrti pacijenta ili korisnika.

Kontaminirani implantati se ne smeju ponovo obrađivati. Svi DePuy Synthes implantati koji su kontaminirani krvlju, tkivom i/ili telesnim tečnostima/materijalom nikada se ponovo ne smeju koristiti i sa njima treba postupati u skladu sa bolničkim protokolom. Čak iako mogu da izgledaju da su neoštećeni, implantati mogu da imaju male defekte i unutrašnje uzorce naprezanja koji mogu dovesti do zamora materijala.

Mere predostrožnosti

Isecite implantat odmah pored otvora za šrafove.

Vodite računa da zaštite meko tkivo od skraćenih ivica.

Zamenite pohabane i oštećene instrumente za sečenje ako funkcija sečenja nije odgovarajuća.

Prekomerno i ponavljajuće savijanje implantata povećava rizik od loma implantata.

Kada koristite ploče, postaraјte se da otvori sa proširenjem za glavu šrafa budu usmereni nagore.

DePuy Synthes preporučuje prethodno bušenje guste kosti kada se koriste šrafovi od

5 mm ili 6 mm. Broj obrtaja prilikom bušenja ne sme nikada da pređe 1800 o/min. Veći broj obrtaja može dovesti do nekroze kosti izazvane topotom, kao i bušenja otvora prekomerne veličine. Neželjeni efekti otvora prekomerne veličine obuhvataju smanjeni silu izvlačenja, jednostavnije ispadanje šrafova iz kosti i/ili neoptimalnu fiksaciju. Uredajima rukujte pažljivo i odložite istrošene instrumente za sečenje kosti u kontejner za oštре predmete.

Bušite uz odgovarajuću irrigaciju.

Koristite isključivo bit za bušenje od 1,3 mm za prethodno bušenje.

Postavite osnovinu pod pravim uglom u odnosu na glavu šrafa.

Postavite samobušći šraf od 1,6 mm pod pravim uglom u odnosu na kost u odgovarajući otvor na ploči. Pazite da ne zategnete šraf prekomerno.

Da bi odredio odgovarajući stepen fiksiranja zbog stabilnosti, hirurg treba u obzir da uzme veličinu i oblik frakture ili osteotomije. Kompanija DePuy Synthes preporučuje korišćenje najmanje tri ploče prilikom sanacije osteotomija. Dodatna fiksacija se preporučuje u cilju obezbeđivanja stabilnosti velikih frakturnih i osteotomija.

Prilikom korišćenja mrežice za veće nedostatke, preporučuje se korišćenje dodatnih šrafova za fiksiranje.

Nakon postavljanja implantata, odložite sve fragmente ili izmenjene delove i odobreni kontejner za oštре predmete. Obavite irrigaciju i primenite sukciju u cilju uklanjanja ostataka koji mogu nastati tokom implantacije.

Upozorenja

Nije namenjen za korišćenje kod pacijenata koji još uvek nemaju razvijeni skelet. Rezortivne proizvode za fiksaciju treba smatrati kao alternativu.

Ovi uređaji se mogu polomiti tokom upotrebe (kada se izlože prekomernim silama ili kada se ne koristi preporučena hirurška tehnika). Iako hirurg treba da doneše konačnu odluku u vezi sa uklanjanjem polomljenog dela na osnovu povezanog rizika, preporučujemo da kada je moguće i praktično kod individualnog pacijenta, polomljeni deo uklonite.

Imajte na umu da implantati nisu čvrsti kao prirodna kost. Implantati izloženi značajnom opterećenju mogu postati neispravni.

Okruženje magnetne rezonance

OPREZ:

Osim ako drugačije nije naznačeno, uređaji nisu procenjeni na bezbednost i kompatibilnost unutar MR okruženja. Zapamtite da postoje potencijalne opasnosti koje uključuju ali nisu ograničene na:

- Zagrevanje ili migracija uređaja
- Artefakti na snimcima magnetne rezonance

Obrada pre nego što se uređaj upotrebí

DePuy Synthes proizvodi koji su dopremljeni u nesterilnom stanju moraju da se očiste i sterilišu parom pre hirurške upotrebe. Pre čišćenja, uklonite sva originalna pakovanja. Pre parne sterilizacije, stavite proizvod u odobren omot ili spremnik. Pratite uputstva za čišćenje i sterilizaciju koja su data u DePuy Synthes "Važnim informacijama".

Specijalna uputstva za rukovanje

1. Izaberite implantat
Izaberite odgovarajuće implantate.
Sistem ploče i šrafova Niski neurološki profil sadrži različite ploče, poklopce za trepanacione otvore, mrežice i šrafove.
2. Skratite implantat (po potrebi)
Implantati se mogu iseći i dimenzije se mogu prilagoditi anatomiji pacijenta i potrebnama specifičnog slučaja.
3. Oblikujte implantat (po potrebi)
Implantat se dodatno može oblikovati tako da odgovara anatomiji pacijenta.
4. Postavite implantat
Postavite implantat na željenu lokaciju koristeći odgovarajući nosač.
5. Prethodno izbušite otvore za šrafove (opcionalno)
6. Pričvrstite implantat
Ako samobušći ili samopunktirajući (srebrni) šraf ne postiže dobro zadržavanje, zamenite ga šrafom za hitne slučajeve od 1,9 mm (plavi) iste dužine.

Tehnički vrh

Pre postavljanja koštanog grafta na pacijenta, pogodno je da se prvo implantati pričvrste na koštani graft.

1. Pričvrstite željene ploče za koštani graft.
2. Postavite koštani graft na pacijenta.
3. Pričvrstite ploče za lobanju.

Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu višekratnih uređaja, tacni za instrumente i posuda su opisana u DePuy Synthes brošuri „Važne informacije“. Uputstva za sklapanje i rasklapanje instrumenata „Rasklapanje instrumenata iz više delova“ se mogu preuzeti sa adresi <http://www.synthes.com/reprocessing>

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
www.synthes.com