
Návod k použití VEPTR™

Tento návod k použití není určen pro
distribuci v USA.



Authorized Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Návod k použití

VEPTR™

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, „Důležité informace“ Synthes a odpovídající popis chirurgické techniky (www.synthes.com/lit). Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

Materiál

| | |
|-----------|-------------|
| Materiál: | Norma: |
| TAN | ISO 5832-11 |
| CPTI | ISO 5832-2 |

Zamýšlený účel

Třírozměrný torakální přístup k léčbě pacientů se složitými deformitami hrudníku a/ nebo páteře, pokud hrudník nemůže poskytnout podporu pro normální dýchání a růst plic (syndrom torakální nedostatečnosti).

Navrženo k mechanické stabilizaci a rozšíření hrudníku pro zlepšení dýchání a růstu plic u dětských a dospívajících pacientů.

Prostředky VEPTR řeší a mohou napravit skoliózu.

Prostředky se upevňují kolmo k přirozeným žebřům pacienta (horní bod upevnění) a dále ke kaudálním žebřům, lumbální páteři nebo k iliu (spodní bod upevnění). Provádí se to přes standardní torakotomickou incizi provedením otevřené klínové torakostomie.

Pravidelné rozšiřování, anatomická distrakce a náhrada součástí miniinvasivní operací.

Cíle léčby:

- Zvýšení hrudního objemu.
- Korekce skoliózy.
- Zavedení torakální symetrie prodloužením konkavity, omezený hemitorax.
- Zlepšená funkce hrudníku.
- Vyloučení zákroků inhibujících růst.
- Zachování těchto zlepšení po celou dobu růstu dítěte.

Indikace

- Prostředek je indikován pro následující:
- primární syndrom hrudní nedostatečnosti (TIS, thoracic insufficiency syndrome) v důsledku třírozměrné deformity hrudníku,
 - progresivní, hrudní vrozená skolióza s konkávně srostlými žebry,
 - progresivní, hrudní vrozená skolióza s volným hrudníkem v důsledku chybějících žebér,
 - progresivní, hrudní vrozená, neurogenní nebo idiopatická skolióza bez abnormality žebér,
 - syndrom hypoplazie hrudníku, včetně:
 - Jeuneův syndrom,
 - Jarcho-Levinův syndrom,
 - cévní mozkový žeberní mandibulární syndrom,
 - jiné.
 - vrozený defekt hrudní stěny, posterolaterální,
 - získaný defekt hrudní stěny, posterolaterální:
 - resekce nádoru hrudní stěny,
 - traumatický volný hrudník,
 - chirurgické oddělení siamských dvojčat.

Sekundární hrudní nedostatečnost z důvodu bederní kyfózy (jiná než Gibbova).

Kontraindikace

- Prostředek VEPTR by neměl být používán za následujících podmínek:
- nedostatečná pevnost kosti (žebra/páteř) pro upevnění prostředku VEPTR,
 - absence proximálních a distálních žebér pro upevnění prostředku VEPTR,
 - chybějící funkce bránice,
 - nedostatečné množství měkké tkáně pro zakrytí prostředku VEPTR,
 - věk po dosažení dospělé kostry pro použití prostředku VEPTR.
 - věk pod 6 měsíců,
 - známá alergie na materiály prostředku,
 - infekce v místě operace.

Možná rizika

Stejně jako u všech velkých chirurgických zákroků existují rizika, vedlejší účinky a může dojít k nežádoucím účinkům. Přestože může dojít k mnoha různým reakcím, nejběžnější z nich zahrnují:

Problémy vyplývající z anestezie a polohování pacienta (např. nevolnost, zvracení, zranění zubů, neurologické poruchy atd.), trombóza, embolie, infekce, nadměrné krvácení, iatrogenní nervové a cévní poranění, poškození měkkých tkání včetně otoků, abnormální tvorba jizev, funkční porucha pohybového aparátu, komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS), alergické reakce/hypersenzitivity a vedlejší účinky spojené s

přítomností technického prostředku, nedostatečná fúze, chybějící fúze, pokračující bolesti; poškození přilehlých kostí (nebo sesedání), plotének (např. degenerace sousední úrovně) nebo měkkých tkání, trhlina dury nebo únik mozkomíšního moku; komprese nebo pohmoždění míchy, částečné posunutí štěpu, vybočení obratle, posun žeberního háku, posun háku ala.

Prostředek na jedno použití



Nepoužívejte opakovaně

Produkty určené na jedno použití nesmí být použity opakovaně.

Opakované použití nebo opakovaná příprava (např. čištění či opětovná sterilizace) mohou narušit konstrukční pevnost prostředku nebo způsobit poruchu prostředku, což může vést k zranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Dále, opakované použití nebo opakovaná příprava produktů pro jednorázové použití navíc představují riziko kontaminace, například v důsledku přenosu infekčního materiálu z jednoho pacienta na druhého. Mohlo by pak dojít k újmě na zdraví či úmrtí pacienta nebo uživatele.

Kontaminované implantáty nesmí být znovu připravovány. Žádný implantát Synthes, který byl kontaminován krví, tkání nebo tělesnými tekutinami, by neměl být znovu používán a je třeba s ním nakládat podle nemocničního protokolu. I když se takový implantát jeví jako nepoškozený, může mít drobné defekty a poruchy vnitřní struktury, které mohou způsobit únavu materiálu.

Bezpečnostní opatření

Obecná rizika spojená s operací nejsou v tomto návodu k použití popsána. Další informace viz příručka společnosti Synthes „Důležité informace“.

Varování

Pacienti s implantovaným prostředkem VEPTR by neměli používat korzet.

Prostředek VEPTR je navržen k tomu, aby umožnil růst torakální dutiny a omezující povaha nošení korzetu by byla v rozporu s tímto účelem.

Pacienti mohou vyžadovat dodatečnou ochranu rány k prevenci neúmyslného drbání nebo nárazů do rány.

U pacientů s diagnózou spina bifida by se nemělo používat stahovací krytí místa rány pro udržení tohoto místa v suchu.

Důrazně se doporučuje, aby implantaci prostředku VEPTR prováděli chirurgové, kteří jsou obeznámeni s obecnými problémy operací páteře a schopní zvládnout chirurgické techniky specifické pro produkt. Implantace musí proběhnout s nástroji pro doporučený chirurgický postup. Chirurg odpovídá za správné provedení operace.

Výrobce neodpovídá za jakékoli komplikace v důsledku nesprávné diagnózy, výběru nesprávného implantátu, nesprávně kombinovaných součástí implantátu anebo operačních technik, přítomností technického prostředku, zakrytí kůže a pleurálního roztržení, omezení léčebných metod nebo nedostatečně aseptických podmínek.

Kombinace zdravotních prostředků

Společnost Synthes nezkoušela kompatibilitu těchto prostředků s prostředky jiných výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

Prostředí magnetické rezonance

Podmíněně vhodné pro MR:

Neklinické zkoušení nejhoršího případu prokázalo, že implantáty VEPTR jsou podmíněně vhodné pro prostředí MR. Tyto prvky mohou být bezpečně snímány za následujících podmínek:

- Statické magnetické pole 1,5 Tesla a 3,0 Tesla.
- Prostorový gradient pole 300 mT/cm (3000 Gauss/cm).
- Maximální průměrná míra specifické absorpce (SAR, specific absorption rate) pro celé tělo je 2 W/kg při 15 minutách snímání.

Na základě neklinického zkoušení bylo zjištěno, že implantát VEPTR dosahuje zvýšení teploty nejvýše 4,2 °C při maximální celotělové specifické míře absorpce (SAR) 2 W/kg, jak bylo posouzeno kalorimetrií pro 15 minutové MR snímání v MR skenerech 1,5 Tesla a 3 Tesla.

Kvalita MR zobrazení může být narušena, pokud je zájmová oblast v přesně stejné oblasti nebo relativně blízko k prostředku VEPTR.

Ošetření před použitím prostředku

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním sejměte veškeré původní obaly. Před sterilizací parou produkty obalte schváleným materiálem nebo je vložte do schválené nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v části „Důležité informace“ v příručce Synthes.

Příprava/opětovná příprava prostředku

Podrobné pokyny pro přípravu a opětovnou přípravu zařízení pro opakované použití, podnosů a pouzder na nástroje jsou popsány v příručce Synthes „Důležité informace“. Pokyny pro montáž a demontáž nástrojů „Rozebírání vícedílných nástrojů“ je možné stáhnout na adrese: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel.: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com