

---

# Gebrauchsanweisung Platten- und Schraubenimplantate

Diese Gebrauchsanweisung ist nicht für den  
Vertrieb in den USA bestimmt.



## **Authorised Representative**

DePuy Ireland UC  
Loughbeg  
Ringaskiddy  
Co. Cork Ireland

# Gebrauchsanweisung

## Platten- und Schraubenimplantate

Zugehörige Produktsysteme für diese Gebrauchsanweisung:  
2,4 mm durchbohrte Schraube  
2,4 mm LCP volares extraartikuläres distales Radiussystem mit variablem Winkel  
2,4/2,7 mm winkelstabile Tarsalplatten  
Winkelplatten für Erwachsene  
Winkelstabile X-Platte und 2-Loch-Platte  
Durchbohrtes Osteotomiesystem für Kinder (CAPOS)  
Durchbohrte Schrauben 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3  
DCP und LC-DCP Systeme  
DHS/DCS System  
Femurhalssystem (FNS)  
HCS 1,5  
HCS 2,4/3,0  
HCS 4,5/6,5  
LCP anteriolaterale distale Tibiaplatte 3,5  
LCP Klavikula-Hakenplatte  
LCP Compact Foot / Compact Hand  
LCP Compact Hand  
LCP Compact Hand 1,5  
LCP Kondylenplatte 4,5/5,0  
LCP DHHS  
LCP volare Dia-Meta distale Radiusplatten  
LCP distale Fibulaplatzen  
LCP distale Humerusplatten  
LCP distales Radiussystem 2,4  
LCP distale Tibiaplatte  
LCP distale Ulnaplatte  
LCP extraartikuläre distale Humerusplatte  
LCP Hakenplatte 3,5  
LCP Locking Compression Plate  
LCP mediale distale Tibiaplatzen mit niedrigem Kopfprofil 3,5 mm  
LCP mediale proximale Tibiaplatte 3,5  
LCP mediale proximale Tibiaplatte 4,5/5,0  
LCP Metaphysenplatte für distale mediale Tibia  
LCP Metaphysenplatten  
LCP Olekranonplatte  
LCP Pädiatrie-Plattensystem  
LCP periartikuläre proximale Humerusplatte 3,5  
LCP posteriomediale proximale Tibiaplatte 3,5  
LCP proximale Femur-Hakenplatte 4,5/5,0  
LCP proximale Femurplatte 4,5/5,0  
LCP proximale Radiusplatten 2,4  
LCP proximale Tibiaplatte 3,5  
LCP proximale Tibiaplatte 4,5/5,0 mit periartikulären Zielbügel-Instrumenten  
LCP superiore anteriore Klavikulaplatte  
LCP superiore Klavikulaplatte  
LCP Ulna-Osteotomiesystem 2,7  
LCP volare distale Radiusplatten 2,4 mm  
LCP Handgelenks-Arthrodesenset  
LISS und LCP DF  
LISS und LCP PLT  
Verriegelbarer Plattenaufsatz  
Fusionsbolzen Ø 6,5 mm für den Mittelfuß  
Beckenimplantate und Instrumente  
PHILOS und PHILOS lang  
PHILOS mit augmentation  
Quadrilaterale Platten 3,5  
Rotationskorrekturplatten 1,5 und 2,0  
Sakrum-Stäbe  
Schraubensystem für die Fixierung der Epiphysiolysis capitis femoris (SCFE)  
Krallenplatten 3,5

Standard DHS Zugschraube mit LCP DHHS Seitenplatte  
Die Kalkaneus-Platte  
Die Kalkaneus-Verriegelungsplatte  
TomoFix  
TomoFix mediales distales Femur (MDF)  
TomoFix mediale Tibiakopfplatte (MHT)  
VA LCP Sprunggelenk-Traumasystem 2,7/3,5  
VA LCP anteriore Klavikulaplatte  
VA LCP Kondylenplatte 4,5/5,0  
VA-LCP distale Humerusplatten 2,7/3,5  
VA-LCP Fusionsplatten für die mediale Säule 3,5  
VA-LCP Olekranonplatten 2,7/3,5  
VA-LCP proximale Tibiaplatte 3,5  
VA Kalkaneus-Verriegelungsplatten 2,7  
VA-Locking interkarpales Fusionssystem  
LCP 1. MTP-Fusionsplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
LCP dorsale distale Radiusplatte 2,4 mit variablem Winkel  
LCP Vorfuß/Mittelfuß-System 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
LCP Maschenplatte 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
LCP Opening-Wedge-Platten 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
LCP Tarsalplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
LCP TMT-Fusionsplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel  
Volare 2,4 mm LCP distale Zwei-Säulen-Radiusplatte mit variablem Winkel/Steriles Kit für distalen Radius  
Volare 2,4/2,7 mm LCP distale Zwei-Säulen-Radiusplatte mit variablem Winkel, extra lang  
VA LCP distale Radiusplatte 2,4, volare Kante mit variablem Winkel  
Handsystem mit Verriegelung in variablem Winkel

Vor der Verwendung bitte diese Gebrauchsanweisung und die Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ sorgfältig lesen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der geeigneten Operationstechnik vertraut sind. Platten- und Schraubenimplantate bestehen aus verschiedenen implantierbaren Platten und Schrauben, die einzeln verpackt und unsteril und/oder steril (zugehörige Artikelnummer mit Suffix „S“) sowie in steriler Röhrenverpackung (zugehörige Artikelnummer mit Suffix „TS“) erhältlich sind.

Wichtiger Hinweis für medizinische Fachkräfte und Angehörige des OP-Personals: Diese Gebrauchsanweisung enthält nicht alle Informationen, die für die Auswahl und Verwendung eines Produkts erforderlich sind. Alle erforderlichen Informationen sind der vollständigen Dokumentation (zugehöriger Leitfaden zur Operationstechnik, „Wichtige Informationen“ und produktspezifische Auszeichnung) zu entnehmen.

### Material(ien)

Material(ien):	Norm(en):
Edelstahl – 316L	ISO 5832-1
Edelstahl – 22-13-5	ASTM F 1314
TiCP	ISO 5832-2
CoCrMo-Legierung	ISO 5832-12
Titanlegierung:	
Ti-6Al-7Nb (TAN)	ISO 5832-11
Ti-6Al-4V (TAV)	ISO 5832-3
Ti-15Mo	F 2066

### Verwendungszweck

Platten- und Schraubenimplantate sind für die vorläufige Fixierung, Korrektur oder Stabilisierung von Knochen in verschiedenen anatomischen Regionen bestimmt.

### Indikationen

Siehe Tabelle am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

### Kontraindikationen

Siehe Tabelle am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

### Potenzielle Risiken

Wie bei allen großen chirurgischen Eingriffen können Risiken, Nebenwirkungen und unerwünschte Ereignisse auftreten. Es sind zahlreiche Reaktionen möglich. Zu den häufigsten gehören:

Probleme aufgrund der Anästhesie und Patientenlagerung (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Zahnverletzungen, neurologische Ausfälle usw.), Thrombose, Embolie, Infektion, starke Blutung, iatrogene Nerven- und Gefäßverletzungen, Weichteilverletzungen einschließlich Schwellung, abnorme Narbenbildung, Funktionsstörung des Muskel-Skelett-Systems, Morbus Sudeck, Allergie-/Überempfindlichkeitsreaktionen sowie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit vorstehenden Metallteilen, Fehlheilung, Pseudarthrose.

**Steriles Produkt**

**STERILE R** Sterilisiert durch Bestrahlung

Implantate in ihrer Originalschutzverpackung aufbewahren und erst unmittelbar vor der Verwendung aus der Verpackung nehmen. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.

Vor der Verwendung das Ablaufdatum des Produkts prüfen und die Unversehrtheit der sterilen Verpackung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt oder das Verfallsdatum abgelaufen ist.

 Nicht resterilisieren

Implantierbare Produkte, die mit dem Symbol „Nicht resterilisieren“ ausgezeichnet sind, dürfen nicht resterilisiert werden, da eine erneute Sterilisation die strukturelle Integrität des Produkts gefährden und/oder zum Ausfall des Produkts führen kann. Eine erneute Sterilisation von implantierbaren Produkten kann dazu führen, dass das Produkt nicht steril ist und/oder Leistungsspezifikationen nicht erfüllt und/oder andere Materialeigenschaften aufweist.

**Einmalartikel**

 Nicht wiederverwenden

Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das für eine einzige Verwendung bzw. für die Verwendung bei einem einzigen Patienten während eines einzigen Eingriffs bestimmt ist.

Die Wiederverwendung oder klinische Aufbereitung (z. B. Reinigung und Resterilisation) kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen und/oder zum Produktversagen führen und Verletzungen, Erkrankungen oder den Tod des Patienten zur Folge haben.

Darüber hinaus kann eine Wiederverwendung oder Aufbereitung von Einmalprodukten ein Kontaminationsrisiko schaffen, z. B. durch Übertragung von infektiösem Material von Patient zu Patient. Dies kann zu Verletzungen oder zum Tod des Patienten oder Anwenders führen.

Kontaminierte Implantate dürfen nicht aufbereitet werden. Jegliches Synthes Implantat, das durch Blut, Gewebe und/oder Körperflüssigkeiten bzw. -substanzen kontaminiert wurde, darf unter keinen Umständen wiederverwendet werden und ist gemäß den Krankenhausvorschriften zu behandeln. Selbst augenscheinlich unbeschädigte Implantate können kleine Mängel und interne Belastungsmuster aufweisen, die zu Materialermüdung führen können.

**Vorsichtsmaßnahmen**

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bitte den „Wichtigen Informationen“ entnehmen. Für anwendungsspezifische Vorsichtsmaßnahmen zu Platten- und Schraubenimplantaten muss unbedingt der jeweilige Leitfaden zur Operationstechnik ([www.depuyssynthes.com/ifu](http://www.depuyssynthes.com/ifu)) des verwendeten Produktsystems beachtet werden.

**Warnhinweise**

Allgemeine Warnhinweise bitte den „Wichtigen Informationen“ entnehmen. Für anwendungsspezifische Warnhinweise zu Platten- und Schraubenimplantaten muss unbedingt der jeweilige Leitfaden zur Operationstechnik ([www.depuyssynthes.com/ifu](http://www.depuyssynthes.com/ifu)) des verwendeten Produktsystems beachtet werden.

**Kombination von Medizinprodukten**

Synthes hat die Kompatibilität mit Produkten anderer Hersteller nicht geprüft und übernimmt in derartigen Fällen keine Haftung.

**Magnetresonanzumgebung**

Sofern ein Produkt für die Verwendung in der MR-Umgebung bewertet wurde, sind die MR-Informationen in der Operationstechnik auf [www.depuyssynthes.com/ifu](http://www.depuyssynthes.com/ifu) zu finden.

**Behandlung vor der Verwendung des Produkts**

Im unsterilen Zustand gelieferte Synthes Produkte müssen vor der chirurgischen Verwendung gereinigt und dampfsterilisiert werden. Vor der Reinigung die Originalverpackung vollständig entfernen. Das Produkt vor der Dampfsterilisation in ein Vlies oder einen Behälter mit entsprechender Zulassung legen. Die Reinigungs- und Sterilisationsanweisungen in „Wichtige Informationen“ von Synthes befolgen.

**Klinische Bearbeitung/Aufbereitung des Produkts**

Ausführliche Anweisungen für die Bearbeitung von Implantaten und die Aufbereitung von wiederverwendbaren Produkten, Instrumentensieben und -behältern sind in der Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ beschrieben. Montage- und Demontageanweisungen für Instrumente stehen unter dem Titel „Zerlegen von mehrteiligen Instrumenten“ auf <http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance> zum Download bereit.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>2,4 mm durchbohrte Schraube</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Intraartikuläre Frakturen der Handwurzel-, Mittelhand-, Fußwurzel- und Mittelfußknochen</li> <li>– Fixierung von kleinen Knochenfragmenten</li> <li>– Bunionektomien und Osteotomien</li> <li>– Arthrodesen kleiner Gelenke</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>2,4 mm LCP volares extraartikuläres distales Radiumsystem mit variablem Winkel</b>	Die volaren 2,4 mm LCP extraartikulären distalen Radiusplatten mit variablem Winkel sind für die Fixierung von intra- und extraartikulären Frakturen und Osteotomien des distalen Radius indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>2,4/2,7 mm winkelstabile Tarsalplatten</b>	Die 2,4 mm/2,7 mm winkelstabilen Tarsalplatten von Synthes sind zur Fixierung von Frakturen, Osteotomien, Pseudarthrosen, Replantationen und Fusionen von Würfelbein- und Fußwurzelknochen und Kahnbein bestimmt, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Winkelplatte für Erwachsene</b>	<p><b>Winkelplatte mit 130°-Winkel</b> Frakturen und Revisionen des proximalen Drittels des Femurs bei Patienten mit abgeschlossenem Skelettwachstum.</p> <p><b>Kondylenplatten, 95°</b> Frakturen und Revisionen des proximalen und distalen Drittels des Femurs bei Patienten mit abgeschlossenem Skelettwachstum.</p> <p><b>Osteotomieplatten 90°/100°/110°/120°/130°</b> Hüftplatten-Osteotomien am proximalen Femur bei Patienten mit abgeschlossenem Skelettwachstum.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>Winkelstabile X-Platte und 2-Loch-Platte</b>	<p><b>X-Platte</b>  <b>Arthrodesen</b>  – Zehengrundgelenk (MTP)  – Tarsometatarsalgelenk (MTC)  – Talonavikulargelenk  – Kalkaneum-Kuboid</p> <p><b>Proximale Osteotomien</b>  – Crescent  – Ludloff  – Mau  – Opening-Wedge  – Closing-Wedge</p> <p><b>Kalkaneus-Osteotomien von Frakturen</b>  – Einfach  – Multifragmentär</p> <p><b>2-Loch-Platte</b>  – Akin-Osteotomie</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Durchbohrtes Osteotomiesystem für Kinder (CAPOS)</b>	<p>Das CAPOS-System ist für den Einsatz bei Babys, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Patienten von kleiner Statur indiziert.</p> <p><b>Spezifische Indikationen sind:</b>  – Intertrochantäre Derotations- und Varisierungsosteotomien</p> <p><b>Osteotomieplatten</b>  – Mini-Hüftplatte für Babys, Hüftplatte für Babys 3,5, 90°, Hüftplatte für Kinder 3,5, 90°, Hüftplatte für Kinder 4,5, Hüftplatte 80°, 90° und 100° (Jugendliche)  – Platten für intertrochantäre Valgus-Osteotomien  – 95° Kondylenplatten (Jugendliche und Erwachsene von kleiner Statur)  – Femurhals- und pertrochantäre Frakturen  – Platten – 130° Winkelplatten (Jugendliche und Erwachsene mit kleiner Statur)</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Durchbohrte Schrauben 3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3</b>	<p><b>CSS 3,0</b>  Fixierung von Frakturen des Unterarms, der Hand und des Fußes, z. B.:  – Frakturen und Arthrodesen von Handwurzel- und Mittelhandknochen  – Frakturen von distalem Radius und Radiusköpfchen  – Mittelfußknochenfrakturen</p> <p><b>CSS 3,5</b>  Fixierung von Frakturen kleiner Fragmente, z. B.:  – Handgelenksfrakturen  – Mittelhand- und Mittelfußknochenfrakturen und Fixierung von Osteotomien von Mittelhand- und Mittelfußknochen  – Fußwurzelknochenfrakturen  – transkondyläre Humerusfrakturen bei Kindern</p> <p><b>CSS 4,0</b>  Fixierung von Frakturen mittelgroßer Fragmente, z. B.:  – Frakturen von Fußwurzel- und Mittelfußknochenfrakturen und Fixierung von Mittelfußknochen- und Zehenglieder-Osteotomien  – tarsometatarsale und metatarsophalangeale Arthrodesen  – Fixierung von Bändern  – Korrekturen bei Hallux valgus</p> <p><b>CSS 4,5</b>  Fixierung von Frakturen mittelgroßer Fragmente, z. B.:  – Malleolarfrakturen  – Pilon-tibiale-Frakturen  – Frakturen von Kalkaneus und Talus  – Tibiplateaufrakturen  – Hand- und Fußwurzelknochenarthrodese</p> <p><b>CSS 6,5, 7,0 und 7,3</b>  Fixierung von Frakturen großer Fragmente, z. B.:  – Femurhalsfrakturen  – interkondyläre Femurfrakturen  – Epiphyseolysis capitis femoris  – Sprunggelenkarthrodese  – Luxationen des Iliosakralgelenks</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>DCP und LC-DCP Systeme</b>	<p>Diese Operationstechnik gilt für die nachstehend genannten Synthes DCP- und LC-DCP-Systeme und Plattenfamilien:</p> <p><b>Mini-Fragmentsystem 1,5, 2,0, 2,7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen von mittleren und distalen Zehengliedern und Fußwurzelknochen</li> <li>– Frakturen der Mittelhand- und Mittelfußknochen</li> <li>– Osteotomien und Arthrodesen von Hand und Fuß</li> <li>– Frakturen des distalen Radius (Doppelplattentechnik)</li> </ul> <p><b>Compact Hand 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,4</b></p> <p>Implantatgrößen 1,0/1,3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fixierung von kleinen Fragmenten</li> <li>– Frakturen der distalen und intermediären Fingerglieder</li> <li>– Abrissfrakturen</li> </ul> <p>Implantatgrößen 1,5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen der Fingerglieder und Mittelhandknochen</li> <li>– Fassen von Fragmenten mithilfe der Zugschraubentechnik</li> </ul> <p>Implantatgrößen 2,0/2,4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen der Fingerglieder und Mittelhandknochen</li> <li>– Fassen von Fragmenten mithilfe der Zugschraubentechnik</li> </ul> <p><b>Kleeblatt-Platten 3,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Distale Tibia bei Trümmerfrakturen zur Abstützung ihrer Mittelseite</li> <li>– Proximaler Humerus bei Trümmerfrakturen des Oberschenkelkopfes</li> </ul> <p><b>Drittelrohrplatte 3,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen bei Knochen von kleinerer Größe, z. B. Fibula, Humerus und Ulna.</li> </ul> <p><b>LC-DCP-Platte 3,5, DCP-Platte 3,5, T-Platte 3,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturfixierung und Fixierung beispielsweise nach Osteotomien, Fehlheilung, Pseudarthrose, insbesondere von distalem Radius, proximaler und distaler Tibia, proximalen Humerus und Klavikula.</li> </ul> <p><b>LC-DCP-Platte 4,5, DCP-Platte 4,5, T-Platte 4,5, T-Abstützplatte 4,5, L-Abstützplatte 4,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen und Osteotomien von großen Knochen, z. B. Femur, Tibia und Humerus</li> </ul> <p><b>Halbrohrplatte 4,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen und Osteotomien von kleineren Knochen, z. B. Humerus, Radius, Ulna, Klavikula, Fibula, Tibia und Becken</li> </ul> <p><b>Kondylen-Abstützplatte 4,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstützung multifragmentärer distaler Femurfrakturen</li> <li>– Suprakondyläre Frakturen</li> <li>– Intraartikuläre und extraartikuläre kondyläre Frakturen</li> <li>– Fehlheilungen und Pseudarthrosen des distalen Femurs</li> <li>– Periprothetische Frakturen</li> </ul> <p><b>Laterale Tibiakopf-Abstützplatte 4,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indiziert für die Stabilisierung von Frakturen der proximalen Tibia. Dazu zählen proximale Schaftfrakturen, metaphysäre Frakturen, intraartikuläre Frakturen, periprothetische Frakturen.</li> </ul> <p><b>Proximale Tibiaplatte 4,5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indiziert für Pseudarthrosen, Fehlheilungen der proximalen Tibia, einschließlich einfacher, Trümmer-, lateraler Spalt-, Depressions-, medialer Spalt-, bikondylärer und Kombinationen von lateralen Spalt- und Depressionsfrakturen.</li> </ul>	<p>Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.</p>
<b>DHS/DCS System</b>	<p>Das DHS System, einschließlich aller Kombinationen von DHS Schraube, DHS Klinge, DHS Platte mit DCP Löchern, LCP DHS Platte und LCP DHS mit Kragen.</p> <p><b>Indikationen für DHS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertrochantäre Frakturen des Typs 31-A1 und 31-A2</li> <li>– Intertrochantäre Frakturen des Typs 31-A3</li> <li>– Femurhalsfrakturen 31-B (DHS Schraube zusammen mit einer Antirotationsschraube)</li> <li>– Subtrochantäre Frakturen</li> </ul> <p><b>Trochanterstabilisierungsplatte Indikationen LTSP/ULTSP/TSP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Instabile pertrochantäre Frakturen des Typs 31-A2 und 31-A3, insbesondere multifragmentäre Frakturen mit einem abgetrennten oder längs gespaltenen Trochanter major</li> </ul> <p><b>Indikationen für DCS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Proximales Femur: Weit proximal lokalisierte, rein subtrochantäre Frakturen des Typs 32-A und 32-B</li> <li>– Distales Femur: Frakturen des Typs 33-A (extraartikulär, suprakondylär) und Frakturen des Typs 33-C (rein artikuläre Frakturen)</li> </ul>	<p><b>Kontraindikationen für DHS</b></p> <p>DHS nicht anwenden in Fällen mit hoher Inzidenz von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sepsis</li> <li>– Malignen primären oder metastatischen Tumoren</li> <li>– Materialüberempfindlichkeit</li> <li>– Kompromittierter Vaskularität</li> </ul> <p><b>Kontraindikationen für DCS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertrochantäre Frakturen oder trochantäre Frakturen mit subtrochantärer Erweiterung (31-A3)</li> </ul>

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>Femurhalssystem (FNS)</b>	Femurhalsfrakturen (AO Typ 31-B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Petrochantäre Frakturen (AO Typ 31-A1 und 31-A2)</li> <li>– Intertrochantäre Frakturen (AO Typ 31-A3)</li> <li>– Subtrochantäre Frakturen</li> </ul> <p>Außerdem sollte dieses System nicht verwendet werden in Fällen mit einer hohen Inzidenz von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sepsis</li> <li>– Malignen primären oder metastatischen Tumoren</li> <li>– Materialüberempfindlichkeit</li> <li>– Kompromittierter Vaskularität</li> </ul>
<b>HCS 1,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fixierung intra- und extraartikulärer Frakturen und Pseudarthrosen in kleinen Knochen und Fragmenten kleiner Knochen</li> <li>– Arthrodesen kleiner Gelenke</li> <li>– Osteochondrale Frakturen</li> <li>– Osteotomien</li> <li>– Abrissfrakturen</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>HCS 2,4/3,0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fixierung intraartikulärer und extraartikulärer Frakturen und Pseudarthrosen in kleinen Knochen und Fragmenten kleiner Knochen</li> <li>– Arthrodesen kleiner Gelenke</li> <li>– Bunionektomien und Osteotomien</li> </ul> <p>Beispiele sind insbesondere Kahnbein und andere Handwurzelknochen, Metakarpal-, Tarsal- und Metatarsalknochen, Patella, Processus styloideus ulnaris, Capitulum humeri, Radiusköpfchen und Processus styloideus radii.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>HCS 4,5/6,5</b>	<p><b>HCS 4,5</b> Fraktur, Arthrose oder Deformität kleiner bis großer Knochen. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kalkaneus</li> <li>– Talus</li> <li>– Metatarsus</li> <li>– Distale und proximale Tibia</li> <li>– Distales Femur</li> <li>– Proximaler Humerus</li> </ul> <p><b>HCS 6,5</b> Fraktur, Arthrose oder Deformität kleiner bis großer Knochen. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kalkaneus</li> <li>– Talus</li> <li>– Distale und proximale Tibia</li> <li>– Distales Femur</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP anteriolaterale distale Tibiaplatte 3,5</b>	Die LCP anteriolaterale distale Tibiaplatte 3,5 ist indiziert für: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Extraartikuläre und einfache intraartikuläre distale Tibiafrakturen</li> <li>– Perkutan oder durch begrenzte Arthrotomie reponierbare distale Tibiafraktur</li> <li>– Distale Tibiafraktur, die in den diaphysären Bereich hineinreicht</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Klavikula-Hakenplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Laterale Klavikulafrakturen: Neer Typ II oder Jäger und Breitner Typ II</li> <li>– Luxation des Akromioklavikulargelenks Typ: Tossy III oder Rockwood III bis V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabile laterale Klavikulafrakturen</li> <li>– Tossy Typ I und II</li> <li>– Rockwood Typ I und II</li> <li>– Akute Infektion</li> </ul>
<b>LCP Compact Foot/ Compact Hand</b>	<p><b>Indikationen für Implantate der Größe 2,0 und 2,4 sind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen der Fingerglieder</li> <li>– Frakturen der Mittelhand- und Mittelfußknochen (II–V)</li> <li>– Frakturen des distalen Radius (Doppelplattentechnik)</li> <li>– Osteotomien und Arthrodesen an Hand und Fuß (z. B. TMT-[II–V]-Fusionen)</li> <li>– Subkapitale Radiusfraktur</li> <li>– Als zusätzliches Implantat bei kleinen Fragmenten</li> </ul> <p><b>Indikationen für Implantate der Größe 2,7 sind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mittelfußknochenfrakturen, Metatarsal I</li> <li>– Fußwurzelknochenfrakturen</li> <li>– MTP-1-Fusionen</li> <li>– Osteotomien und Arthrodesen der Fußwurzelknochen (z. B. kalkaneokuboidale Fusion)</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LCP Compact Hand</b>	<p><b>Compact Hand 1,0/1,3</b>  <b>Allgemein:</b>  – Fixierung von kleinen Fragmenten  – Abrissfrakturen und Frakturen der distalen und mittleren Fingerglieder</p> <p><b>Gerade Platte:</b>  – Schaftfrakturen der Fingerglieder</p> <p><b>Gitterplatte:</b>  – Trümmerfrakturen und Replantationen der mittleren und proximalen Fingerglieder T-Platte und</p> <p><b>Y-Platte:</b>  – Kondylenfrakturen der Fingerglieder</p> <p><b>Einfach-Kortikalisschrauben:</b>  – Fassen von Fragmenten mithilfe der Zugschraubentechnik</p> <p><b>LCP Compact Hand 1,5</b>  – Fixierung von Brüchen der Fingerglieder und Mittelhandknochen  – Osteotomien  – Arthrodesen  – Replantationen und Rekonstruktionen der Fingerglieder und Mittelhandknochen, insbesondere bei Osteopenie</p> <p><b>LCP Compact Hand 2,0</b>  – Frakturen der Fingerglieder, Mittelhandknochen und Handgelenkknochen  – Osteotomien und Arthrodesen der Interphalangealgelenke  – Frakturen des distalen Radius (Doppelplattentechnik)  – Subkapitale Radiusfrakturen</p> <p><b>LCP Compact Hand 2,4</b>  – Frakturen der Mittelhand- und Handgelenkknochen  – Frakturen des distalen Radius (Doppelplattentechnik)  – Osteotomien und Arthrodesen der Hand  – Subkapitale Radiusfrakturen</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Compact Hand 1,5</b>	– Fixierung von Brüchen der Fingerglieder und Mittelhandknochen – Osteotomien – Arthrodesen – Replantationen und Rekonstruktionen der Fingerglieder und Mittelhandknochen, insbesondere bei Osteopenie	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Kondylenplatte 4,5/5,0</b>	– Abstützung multifragmentärer distaler Femurfrakturen – Suprakondyläre Frakturen – Intraartikuläre und extraartikuläre kondyläre Frakturen – Fehlheilungen und Pseudarthrosen des distalen Femurs – Periprothetische Frakturen – Frakturen bei normalem oder osteopenischem Knochen	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP DHHS</b>	Das LCP DHHS ist für folgende Frakturen des proximalen Femurs indiziert: – Intertrochantäre Frakturen – Femurhalsfrakturen – Pertrochantäre Frakturen Das LCP DHHS ist für stabile und instabile Frakturen indiziert, bei denen eine stabile mediale Abstützung rekonstruiert werden kann.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP volare Dia-Meta distale Radiusplatten</b>	Die LCP volaren Dia-Meta distalen Radiusplatten sind für Frakturen, Osteotomien und Pseudarthrosen des Radius indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP distale Fibulaplatzen</b>	Die LCP distalen Fibulaplatzen sind für die Fixierung von Frakturen, Osteotomien und Pseudarthrosen des metaphysären und diaphysären Bereichs der distalen Fibula bestimmt, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP distale Humerusplatten</b>	Indikationen für die distale Humerusplatte – Intraartikuläre Frakturen des distalen Humerus – Suprakondyläre Frakturen des distalen Humerus – Pseudarthrosen des distalen Humerus	(für DHP und für Metaphysenplatte) – Akute Infektionen – Kinder in der Wachstumsphase
<b>LCP distales Radiussystem 2,4</b>	Dislozierte extraartikuläre und intraartikuläre distale Radiusfrakturen und korrektive Osteotomien des distalen Radius.  <b>Dorsaler Zugang</b> – Frakturen mit dorsaler Abkipfung – Extraartikuläre Frakturen mit metaphysärem Defekt (AO-Klassifikation 23-A3) – Offene Gelenkrekonstruktion (AO-Klassifikation 23-C1, C2, C3) – Kombination von Frakturen des distalen Radius und von Handwurzel- und Mittelhandknochenfrakturen – Korrektive Osteotomien mit palmarem Zugang – Umgekehrte Barton-Fraktur – Palmar dislozierte extraartikuläre Frakturen (Goyrand-Smith) – Dorsal dislozierte extraartikuläre Frakturen (Colles) und artikuläre Frakturen – Extraartikuläre Frakturen mit Erstreckung in den Schaft (extra lange Platten)	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LCP distale Tibiaplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Extraartikuläre und einfache intraartikuläre distale Tibiafrakturen</li> <li>– Perkutan oder durch begrenzte Arthrotomie reponierbare distale Tibiafrakturen</li> <li>– Distale Tibiafraktur, die in den diaphysären Bereich hineinreicht</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP distale Ulnaplatte</b>	<p>Frakturen der distalen Ulna, die zu Instabilität des distalen Radioulnargelenks führen.</p> <p>Frakturen des Ulnaköpfchens mit dislozierter, rotierter oder gekippter Gelenkoberfläche.</p> <p>Extraartikuläre Trümmerfrakturen des Ulnahalses, die die stabile Kongruenz des distalen Radioulnargelenks gefährden.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP extraartikuläre distale Humerusplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Extraartikuläre Frakturen des distalen Humerus</li> <li>– Fehlheilungen des distalen Humerus</li> <li>– Pseudarthrosen des distalen Humerus</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Hakenplatte 3,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einfache Frakturen des Olekranons (AO-Typen 21–B1, 21–B3, 21–C1)</li> <li>– Osteotomien des Olekranons zur Behandlung der distalen Humerusfraktur</li> <li>– Abrissfrakturen der distalen Tibia und Fibula</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Locking Compression Plate</b>	<p><b>Platten für kleine Fragmente (3,5)</b></p> <p><b>LCP Platten 3,5</b> Fixierung von kleinen Knochenfragmenten mithilfe der fünf Standard-AO-Prinzipien für Platten (Abstützplatte, Neutralisationsplatte, Zuggurtungsplatte, Schutzplatte, Kompressionsplatte).</p> <p><b>LCP Rekonstruktionsplatten 3,5</b> Fixierung von kleinen Knochenfragmenten mithilfe der fünf Standard-AO-Prinzipien für Platten (Abstützplatte, Neutralisationsplatte, Zuggurtungsplatte, Schutzplatte, Kompressionsplatte).</p> <p><b>LCP T-Platten 3,5</b> Fixierung von kleinen Knochenfragmenten mithilfe der fünf Standard-AO-Prinzipien für Platten (Abstützplatte, Neutralisationsplatte, Zuggurtungsplatte, Schutzplatte, Kompressionsplatte). Frakturfixierung und Fixierung nach Osteotomien, Fehlheilungen, Pseudarthrosen, insbesondere von distalem Radius, proximaler und distaler Tibia, proximalem Humerus und Klavikula.</p> <p><b>LCP Drittelrohrplatten 3,5</b> Die LCP Drittelrohrplatten 3,5 sind für die Plattenosteosynthese von Frakturen an langen und kleinen Knochen indiziert. Die Platte sollte nur für Zwecke der Lastverteilung, z. B. Abstützung, Zuggurtung, Neutralisation oder Kompression, verwendet werden.</p> <p><b>LCP Methaphysenplatte 3,5</b> Die LCP Metaphysenplatten sind für die Fixierung von extraartikulären Frakturen im metaphysären Bereich indiziert, die bis in den Schaftbereich reichen können. Die 3,5 mm Platten sind für die Fixierung von Frakturen des distalen Humerus und der distalen Fibula indiziert.</p> <p><b>Groß-Fragmentplatten (4,5/5,0)</b></p> <p><b>LCP Methaphysenplatte 3,5/4,5/5,0</b> Die LCP Metaphysenplatten sind für extraartikuläre Frakturen im metaphysären Bereich indiziert, die bis in den Schaftbereich hinein reichen.</p> <p>Die 4,5/5,0-Platten sind für die Fixierung von Frakturen des proximalen Humerus und der distalen Tibia indiziert.</p> <p><b>LCP 4,5/5,0 Platten, schmal</b> <b>LCP-T-Platten 4,5/5,0</b> <b>LCP 4,5/5,0 Platten, breit</b> <b>LCP 4,5/5,0 Platten, breit, gebogen</b> <b>LCP-Rekonstruktionsplatten 4,5/5,0</b></p> <p>Im Allgemeinen sind die LCP Universalplatten und Instrumente (Großfragment-System) für die Osteosynthese von Frakturen des Femurs, der Tibia und des Beckens im proximalen, distalen und Schaftbereich indiziert.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP mediale distale Tibiaplatten mit niedrigem Kopfprofil 3,5 mm</b>	Die LCP medialen distalen Tibiaplatten mit niedrigem Kopfprofil von Synthes sind für die Fixierung von komplexen intra- und extraartikulären Frakturen und Osteotomien der distalen Tibia als Komponenten des LCP Kleinfragment-Systems indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP mediale proximale Tibiaplatte 3,5</b>	Die LCP medialen proximalen Tibiaplatten 3,5 sind zur Abstützung metaphysärer Frakturen des medialen Tibiaplateaus, spaltartiger Frakturen des medialen Tibiaplateaus, medialer Spaltfrakturen in Zusammenhang mit Depressionsfrakturen und Spalt- oder Depressionsfrakturen des medialen Tibiaplateaus indiziert. Die Platten können auch zur Fixierung des proximalen Viertels (lateral und medial) der Tibia sowie von Segmentfrakturen der proximalen Tibia verwendet werden.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.



Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LCP mediale proximale Tibiaplatte 4,5/5,0</b>	Die LCP medialen proximalen Tibiaplatten 4,5/5,0 sind zur Abstützung metaphysärer Frakturen des medialen Tibiaplateaus, spaltartiger Frakturen des medialen Tibiaplateaus, medialer Spaltfrakturen in Zusammenhang mit Depressionsfrakturen und Spalt- oder Depressionsfrakturen des medialen Tibiaplateaus indiziert. Die Platten können auch zur Fixierung des proximalen Viertels (lateral und medial) der Tibia sowie von Segmentfrakturen der proximalen Tibia verwendet werden. Die LCP medialen proximalen Tibiaplatten 4,5/5,0 können auch zur Fixierung von Pseudarthrosen und Fehlheilungen der medialen proximalen Tibia und des Tibiaschafts sowie für Opening-Wedge- und Closing-Wedge-Tibia-Osteotomien verwendet werden.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Metaphysenplatte für distale mediale Tibia</b>	Die LCP Metaphysenplatte für die distale mediale Tibia ist eine vorgeformte Platte, mit der juxtaartikuläre Frakturen der distalen Tibia, die bis in den Schaftbereich hinein reichen, optimal behandelt werden können. Diese Platte berücksichtigt folgende Merkmale der distalen Tibia: – Dünne Weichteildecke – Komplexe anatomische Form des Knochens	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Metaphysenplatten</b>	Die LCP Metaphysenplatten sind für die Fixierung von extraartikulären Frakturen im metaphysären Bereich indiziert, die bis in den Schaftbereich reichen können. Die 3,5 mm Platten sind für die Fixierung von Frakturen des distalen Humerus und der distalen Fibula indiziert. Die 4,5/5,0-Platten sind für die Fixierung von Frakturen des proximalen Humerus und der distalen Tibia indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Olekranonplatte</b>	– Komplexe extra- und intraartikuläre Olekranonfrakturen – Pseudarthrosen der proximalen Ulna – Osteotomien – Einfache Olekranonfrakturen	– Akute Infektionen – Kinder im Wachstum
<b>LCP Pädiatrie-Plattensystem</b>	Das LCP Pädiatrie-Plattensystem besteht aus unterschiedlichen Platten für verschiedene Indikationen. Die <b>LCP-Pädiatrie-Hüftplatte 2,7</b> ist für die Verwendung bei Babys und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren je nach Körpergewicht und Knochenqualität bestimmt. – Verschleppte Dislokation der Hüfte in Kombination mit offener Reposition – Entwicklungsbedingte Coxa valga – Schwere Hüftdysplasie  Die <b>LCP Pädiatrie-Hüftplatte für Varisierungsosteotomien</b> ist für die Anwendung in der Pädiatrie (Kinder und Jugendliche) sowie für erwachsene Patienten von kleiner Statur bestimmt.  Spezifische Indikationen sind: – Idiopathische Coxa valga – Idiopathische und erworbene Subluxation des Femurkopfes – Neuromuskuläre Störungen/Erkrankungen mit einhergehender Subluxation des Femurkopfes – Großer Retroversions- und Anteversionswinkel in Verbindung mit großem CCD-Winkel  Die <b>LCP Pädiatrie-Hüftplatte für Valgisierungsosteotomien</b> ist für die Anwendung in der Pädiatrie (Kinder und Jugendliche) sowie für erwachsene Patienten von kleiner Statur bestimmt.  Spezifische Indikationen sind: – Hochstand des Trochanter major und Beinverkürzung – Morbus Perthes – Kongenitale Pseudarthrose des Femurhalses – Deformität des ECF (Epiphyseolysis capitis femoris) – PFFD (Proximaler fokaler Femurdefekt) – Idiopathische Coxa vara – Posttraumatische Pseudarthrose des Femurhalses  Die <b>LCP Pädiatrie-Hüftplatte (3,5 und 5,0) 120° und 130°</b> für Frakturbehandlung und Rotationskorrektur ist für die Fixierung transtrochantärer Frakturen mit ausreichender medialer Abstützung sowie Femurhalsfrakturen des Typs I bis III (siehe AO-Frakturklassifikation) indiziert.  Die <b>LCP Pädiatrie-Kondylenplatte</b> ist für die Anwendung in der Pädiatrie (Kinder und Jugendliche) sowie für erwachsene Patienten von kleiner Statur bestimmt.  Spezifische Indikationen sind: – Fixierte Flexionskontraktur im Kniegelenk aufgrund neurologischer Störungen – Deformitätskorrektur des distalen Femurs – Rotationsfehlstellung des Femurs (wenn eine distale Korrektur vorgezogen wird) – Suprakondyläre Frakturen des Femurs	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP periartikuläre proximale Humerusplatte 3,5</b>	Die LCP periartikuläre proximale Humerusplatte 3,5 behandelt komplexe Frakturen des proximalen Humerus. Die 3,5 mm LCP periartikuläre proximale Humerusplatte ist für Frakturen und Frakturdislokationen (Neer Typ 2, 3 und 4-Fragment-Frakturen), Osteotomien und Pseudarthrosen des proximalen Humerus indiziert, insbesondere für Patienten, die an Osteoporose leiden.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LCP posteriomediale proximale Tibiaplatte 3,5</b>	Die LCP posteriomediale proximale Tibiaplatte 3,5 von Synthes ist für die interne Fixierung von posteromedialen proximalen Tibiafrakturen indiziert, einschließlich der Abstützung von Frakturen proximaler, distaler und metaphysärer Bereiche der Tibia.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP proximale Femur-Hakenplatte 4,5/5,0</b>	Die LCP proximale Femur-Hakenplatte 4,5/5,0 ist für Frakturen des Femurs bestimmt, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen im trochantären Bereich, einfache Trochanterfrakturen, zervikotrochantäre, trochantärdiaphysäre, multifragmentäre pertrochantäre, intertrochantäre, umgekehrte oder quer verlaufende Frakturen des trochantären Bereichs oder mit zusätzlicher Fraktur der medialen Kortikalis</li> <li>– Frakturen des proximalen Femurendes in Kombination mit ipsilateralen Schaftfrakturen</li> <li>– Metastatische Fraktur des proximalen Femurs</li> <li>– Osteotomien des proximalen Femurs</li> <li>– Auch für den Einsatz zur Fixierung bei Osteopenie und Fixierung von Pseudarthrosen oder Fehlheilungen geeignet</li> <li>– Periprothetische Frakturen</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP proximale Femurplatte 4,5/5,0</b>	Die LCP proximale Femurplatte 4,5/5,0 ist für Frakturen des Femurs bestimmt, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen im trochantären Bereich, einfache Trochanterfrakturen, zervikotrochantäre, trochantärdiaphysäre, multifragmentäre pertrochantäre, intertrochantäre, umgekehrte oder quer verlaufende Frakturen des trochantären Bereichs oder mit zusätzlicher Fraktur der medialen Kortikalis</li> <li>– Frakturen des proximalen Femurendes in Kombination mit ipsilateralen Schaftfrakturen</li> <li>– Metastatische Fraktur des proximalen Femurs</li> <li>– Osteotomien des proximalen Femurs</li> <li>– Auch für den Einsatz zur Fixierung bei Osteopenie und Fixierung von Pseudarthrosen oder Fehlheilungen geeignet</li> <li>– Periprothetische Frakturen</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP proximale Radiusplatten 2,4</b>	Extra- und intraartikuläre Frakturen des proximalen Radius und multifragmentierte Radiushalsfrakturen.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP proximale Tibiaplatte 3,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spaltartige Frakturen des lateralen Tibiaplateaus</li> <li>– Laterale Spaltfrakturen mit assoziierten Depressionen</li> <li>– Reine Depressionsfrakturen in der Mitte</li> <li>– Spalt- oder Depressionsfrakturen des medialen Plateaus</li> </ul>	Isolierte Schaftfrakturen.
<b>LCP proximale Tibiaplatte 4,5/5,0 mit periartikulären Zielbügel-Instrumenten</b>	Die LCP proximalen Tibiaplatten 4,5/5,0 von Synthes sind für die Behandlung von Pseudarthrosen, Fehlheilungen und Frakturen der proximalen Tibia indiziert, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einfache Frakturen</li> <li>– Trümmerfrakturen</li> <li>– Laterale Keilfrakturen</li> <li>– Depressionsfrakturen</li> <li>– Mediale Keilfrakturen</li> <li>– Bikondyläre Frakturen, Kombinationen aus lateraler Keil- und Depressionsfraktur</li> <li>– Frakturen mit assoziierten Schaftfrakturen</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP superiore anteriore Klavikulaplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen des Klavikulaschafts</li> <li>– Frakturen der lateralen Klavikula</li> <li>– Fehlheilungen der Klavikula</li> <li>– Pseudarthrosen der Klavikula</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP superiore Klavikulaplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen des Klavikulaschafts</li> <li>– Frakturen der lateralen Klavikula</li> <li>– Fehlheilungen der Klavikula</li> <li>– Pseudarthrosen der Klavikula</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Ulna-Osteotomiesystem 2,7</b>	<b>Primäres Ulna-Impaction-Syndrom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Degenerative Läsionen des Diskus triangularis (TFCC)</li> <li>– Lunotriquetrale Bandläsionen</li> </ul> <b>Sekundäres Ulna-Impaction-Syndrom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Inkongruenz (Beinungleichheit) des distalen Radioulnargelenks nach distaler Radiusfraktur</li> <li>– Traumatische Läsionen des Diskus triangularis (TFCC)</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP volare distale Radiusplatten 2,4 mm</b>	Die volaren 2,4 mm LCP distalen Säulen-Radiusplatten sind für die Fixierung von komplexen intra- und extraartikulären Frakturen und Osteotomien des distalen Radius indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Handgelenks-Arthrodesenset</b>	Das LCP Handgelenk-Fusionssystem ist für die Handgelenks-Arthrodesen und Frakturen anderer kleiner Handwurzelknochen indiziert. Spezifische Indikationen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Posttraumatische Arthrose der Handgelenkknochen</li> <li>– Rheumatoide Handgelenkdeformitäten, die wiederhergestellt werden müssen</li> <li>– Komplexe Instabilität der Handwurzel</li> <li>– Postseptische Arthritis des Handgelenks</li> <li>– Schwere, hartnäckig anhaltende Handgelenkschmerzen in Verbindung mit Bewegung</li> <li>– Lähmung des Nervus plexus brachialis</li> <li>– Tumorresektion</li> <li>– Spastische Deformitäten</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LISS und LCP DF</b>	Der LCP DF ist für die Stabilisierung von Frakturen des distalen Femurs indiziert. Dazu zählen: – Distale Schaftfrakturen – Suprakondyläre Frakturen – Intraartikuläre Frakturen – Periprothetische Frakturen	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LISS und LCP PLT</b>	LCP PLT und LISS PLT sind zur Stabilisierung von Frakturen der proximalen Tibia indiziert. Dazu zählen: – Proximale Schaftfrakturen – Metaphysäre Frakturen – Intraartikuläre Frakturen – Periprothetische Frakturen	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Verriegelbarer Plattenaufsatz</b>	– Periprothetische Femurschaftfrakturen: – Vancouver B – Vancouver C – Frakturen um intramedulläre Implantate herum	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Fusionsbolzen Ø 6,5 mm für den Mittelfuß</b>	Behandlung von massivem Kollaps von Mittel-/Hinterfuß in Verbindung mit: – Charcot-Fuß – Neuropathischer Erkrankung  Ein Charcot-Fuß kann sich an mehreren Bereichen des Fußes entwickeln. Der häufigste Bereich ist die Lisfranc-Gelenklinie, der zweithäufigste die Chopart-Gelenklinie, der dritthäufigste der Sprunggelenkbereich und der vierthäufigste der Kalkaneus-Subtalar-Bereich. Er entwickelt sich häufig am Vorfuß. Der Fusionsbolzen für den Mittelfuß ist für die Behandlung der Lisfranc- und der Chopart-Gelenklinie vorgesehen.	– Periphere Gefäßerkrankung – Schwere und lebensbedrohliche Komorbiditäten
<b>Beckenimplantate und Instrumente</b>	<b>Symphysenfrakturen:</b> – Symphyseplatten  <b>Beckenrandfrakturen:</b> – <b>Rekonstruktionsplatten</b> – Gerade Platten – Gebogene Platten (88 mm Radius, 108 mm Radius) – J-Platten – <b>Rekonstruktionsverriegelungsplatten 3,5</b> – Gerade Platten – J-Platten – <b>Rekonstruktionsplatten 3,5 mit Weitwinkel</b> – Gerade Platten  <b>Frakturen des Darmbeins/der Darmbeinschaukel:</b> – <b>Rekonstruktionsplatten</b> – Gerade Platten – Gebogene Platten (88 mm Radius, 108 mm Radius) – <b>Rekonstruktionsverriegelungsplatten 3,5</b> – Gerade Platten – <b>Niedrigprofil-Rekonstruktionsplatten 3,5 mit Weitwinkel</b> – Gerade Platten  <b>Acetabulumfrakturen:</b> – <b>Rekonstruktionsplatten</b> – Gerade Platten – Gebogene Platten (88 mm Radius, 108 mm Radius) – <b>Rekonstruktionsplatten 3,5 mit Weitwinkel</b> – Gerade Platten	Instrumente für die Plattenkonturierung in situ sind kontraindiziert für: Platten mit Verriegelungs- und koaxialen Kombilöchern. Insbesondere: – Rekonstruktionsverriegelungsplatten 3,5 – Symphyseplatten 3,5 – Krallenplatten 3,5 – Rekonstruktionsplatten 3,5 mit koaxialen Kombilöchern – Andere Plattengrößen als 3,5 mm

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>PHILOS und PHILOS lang</b>	<p><b>Indikationen für PHILOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dislozierte Zwei-, Drei- und Vierfragmentfrakturen des proximalen Humerus, einschließlich Frakturen mit Beteiligung von osteopenischem Knochen</li> <li>– Pseudarthrosen im proximalen Humerus</li> <li>– Osteotomien des proximalen Humerus</li> </ul> <p><b>Indikationen für PHILOS lang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gleiche Indikationen wie für PHILOS, aber für Frakturen, die über den Schaft hinausgehen oder keine mediale Abstützung haben</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>PHILOS mit Augmentation</b>	<p><b>Indikationen für PHILOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dislozierte Zwei-, Drei- und Vierfragmentfrakturen des proximalen Humerus, einschließlich Frakturen mit Beteiligung von osteopenischem Knochen</li> <li>– Pseudarthrosen im proximalen Humerus</li> <li>– Osteotomien des proximalen Humerus</li> </ul> <p><b>Indikationen für PHILOS lang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gleiche Indikationen wie für PHILOS, aber für Frakturen, die über den Schaft hinausgehen oder keine mediale Abstützung haben</li> </ul> <p><b>Indikationen für PHILOS Augmentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gleiche Indikationen wie für PHILOS und PHILOS lang, aber ausschließlich in Verbindung mit osteoporotischem Knochen</li> <li>– Die durchbohrten Schrauben können auch ohne Zement-Augmentation verwendet werden</li> </ul>	<b>Kontraindikationen für PHILOS Augmentation</b>
		– Wenn ein potenzielles Risiko für eine Zementleckage in den Frakturspalt, die Gelenk- oder Gefäßstrukturen besteht (z. B. über Frakturen mit offenem Gelenkzugang)
<b>Quadrilaterale Platten 3,5</b>	Die quadrilateralen Platten 3,5 in Verbindung mit den Beckenrekonstruktionsplatten von Synthes sind für die Versorgung von Acetabulumfrakturen mit einhergehender Zertrümmerung der quadrilateralen Fläche indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Rotationskorrekturplatten 1,5 und 2,0</b>	<p>1. Alle Frakturen der Fingerglieder und Mittelhandknochen, bei denen eine exakte Reposition schwierig ist oder leicht ein Rotationsfehler auftreten kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subkapitale Mittelhandknochenfrakturen (insbesondere impaktierte Kompressionsfrakturen)</li> <li>– Querfrakturen</li> <li>– Kurze Schrägfrakturen</li> <li>– Trümmerfrakturen</li> <li>– Defektfrakturen (Verletzungen mit der Kreissäge)</li> <li>– Verletzungen mit Amputation der Finger (mit primärer Verkürzung)</li> <li>– Winterstein-Fraktur, Rolando-Fraktur</li> </ul> <p>2. Korrektive Osteotomien für Frakturen der Fingerglieder oder Mittelhandknochen, die mit Achsen- und/oder Rotationsfehlern verheilt sind. Im Fall von metaphysären Frakturen, Trümmerfrakturen und osteoporotischem Knochen können die klinischen Ergebnisse durch die winkelstabile Schraube/Platte-Verbindung verbessert werden.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Sakrum-Stäbe</b>	Die Sakrum-Stäbe von Synthes sind für die Fixierung des posterioren Beckens, von Bereichen der Spina iliaca posterior superior, Spina iliaca posterior inferior, von Sakrumfrakturen und Frakturdislokationen des Iliosakralgelenks indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Schraubensystem für die Fixierung der Epiphysiolyse capitis femoris (SCFE)</b>	<p>Die Schrauben für die Fixierung der Epiphysiolyse capitis femoris (SCFE) sind indiziert für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Epiphysiolyse capitis femoris</li> </ul> <p>Das Produkt ist nicht für die Schraubenbefestigung oder Fixierung der posterioren Elemente (Pedikel) der Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule zugelassen.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Kralenplatten 3,5</b>	Die 3,5 mm Kralenplatte von Synthes ist für die rekonstruktive Chirurgie von Becken und Acetabulum bestimmt.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Standard DHS Zugschraube mit LCP DHHS Seitenplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertrochantäre Frakturen des Typs 31-A1 und 31-A2</li> <li>– Intertrochantäre Frakturen des Typs 31-A3</li> <li>– Femurhalsfrakturen 31-B (DHS Schraube zusammen mit einer Antirotationsschraube)</li> <li>– Subtrochantäre Frakturen</li> </ul>	<p>DHS nicht anwenden in Fällen mit hoher Inzidenz von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sepsis</li> <li>– Malignen primären oder metastatischen Tumoren</li> <li>– Materialüberempfindlichkeit</li> <li>– Kompromittierter Vaskularität</li> </ul>

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>Die Kalkaneus-Platte</b>	Die Kalkaneusplatten behandeln Frakturen des Kalkaneus. Die Kalkaneusplatte ist für Frakturen und Osteotomien des Kalkaneus, insbesondere extra- und intraartikuläre Frakturen, Gelenkdepression und Zungentypfrakturen indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Die Kalkaneus-Verriegelungsplatte</b>	Die Kalkaneus-Verriegelungsplatten behandeln komplexe Frakturen des Kalkaneus. Die Kalkaneus-Verriegelungsplatte ist für Frakturen und Osteotomien des Kalkaneus, insbesondere extra- und intraartikuläre Frakturen, Gelenkdepression, Zungentypfrakturen und schwere Trümmerfrakturen indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>TomoFix</b>	<p><b>TomoFix mediale Tibiakopfplatte und mediale Tibiakopfplatte für Personen von kleiner Statur:</b> Opening-Wedge- und Closing-Wedge-Osteotomie der medialen proximalen Tibia zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unikompartmentale mediale oder laterale Gonarthrose mit Fehlausrichtung der proximalen Tibia</li> <li>– Idiopathische oder posttraumatische Varus- oder Valgusdeformität der proximalen Tibia</li> </ul> <p><b>TomoFix laterale Tibiakopfplatte:</b> Opening-Wedge- und Closing-Wedge-Osteotomie der lateralen proximalen Tibia zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unikompartmentale mediale oder laterale Gonarthrose mit Fehlausrichtung der proximalen Tibia</li> <li>– Idiopathische oder posttraumatische Varus- oder Valgusdeformität der proximalen Tibia</li> </ul> <p><b>TomoFix mediale distale Femurplatte:</b> Opening-Wedge- und Closing-Wedge-Osteotomie des lateralen distalen Femurs zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unikompartmentale mediale oder laterale Gonarthrose mit Fehlausrichtung des distalen Femurs</li> <li>– Idiopathische oder posttraumatische Varus- oder Valgusdeformität des distalen Femurs</li> </ul>	Entzündliche Arthritis
<b>TomoFix mediales distales Femur (MDF)</b>	Closing-Wedge-Osteotomien des medialen proximalen Femurs zur Behandlung von:	Entzündliche Arthritis
<b>TomoFix mediale Tibiakopfplatte (MHT)</b>	Opening-Wedge- und Closing-Wedge-Osteotomien der medialen proximalen Tibia zur Behandlung von:	Entzündliche Arthritis
<b>VA LCP Sprunggelenk-Traumasystem 2,7/3,5</b>	<p><b>VA-LCP mediale distale Tibiaplatte 2,7/3,5</b> Indiziert für komplexe intra- und extraartikuläre Frakturen der distalen Tibia.</p> <p><b>VA-LCP anteriomediale distale Tibiaplatte 2,7/3,5</b> Indiziert für komplexe intra- und extraartikuläre Frakturen der distalen Tibia.</p> <p><b>VA-LCP anteriolaterale distale Tibiaplatte 2,7/3,5</b> Indiziert für komplexe intra- und extraartikuläre Frakturen der distalen Tibia.</p> <p><b>VA-LCP laterale distale Fibulaplatte 2,7</b> Indiziert für Frakturen und Pseudarthrosen im metaphysären und diaphysären Bereich der distalen Fibula, insbesondere bei Osteopenie.</p> <p><b>VA-LCP posteriolaterale L- und T-Platten 2,7</b> Indiziert zur Abstützung von partiellen Gelenkfrakturen und Knochenfragmenten der distalen Tibia.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>VA LCP anteriore Klavikulaplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen des Klavikulaschafts</li> <li>– Frakturen der lateralen Klavikula</li> <li>– Fehlheilungen der Klavikula</li> <li>– Pseudarthrosen der Klavikula</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA LCP Kondylenplatte 4,5/5,0</b>	Das VA-LCP Kondylenplattensystem 4,5/5,0 von Synthes ist für die Abstützung multifragmentärer distaler Femurfrakturen indiziert, einschließlich suprakondylärer, intra- und extraartikulärer Kondylenfrakturen, periprosthetischer Frakturen, Frakturen in normalem oder osteopenischem Knochen, Pseudarthrosen und Fehlheilungen.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA LCP distale Humerusplatten 2,7/3,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Intraartikuläre Frakturen des distalen Humerus</li> <li>– Suprakondyläre Frakturen des distalen Humerus</li> <li>– Pseudarthrosen des distalen Humerus</li> <li>– Osteotomien des distalen Humerus (z. B. aufgrund von Fehlheilungen, Deformitäten)</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA-LCP Fusionsplatten für die mediale Säule 3,5</b>	Die VA-LCP Fusionsplatten für die mediale Säule 3,5 von DePuy Synthes sind für Deformitäten, schwere Arthritis und Arthrose der medialen Säule aus erstem Mittelfußknochen, innerem Keilbein, Kahnbein und Sprungbein indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA LCP Olekranonplatten 2,7/3,5</b>	<p><b>VA-LCP proximale Olekranonplatten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen des proximalen Olekranons</li> <li>– Osteotomien des Olekranons zur Behandlung der distalen Humerusfraktur</li> </ul> <p><b>VA-LCP Olekranonplatten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Intraartikuläre Frakturen des Olekranons, einschließlich Frakturen, die bis in das Koronoid reichen</li> <li>– Pseudarthrosen des Olekranons</li> <li>– Osteotomien des Olekranons (z. B. aufgrund von Fehlheilungen, Deformitäten)</li> </ul> <p><b>VA-LCP proximale Ulnaplatte, extraartikulär</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Extraartikuläre Frakturen der proximalen Ulna</li> <li>– Pseudarthrosen der proximalen Ulna</li> <li>– Osteotomien der proximalen Ulna (z. B. aufgrund von Fehlheilungen, Deformitäten)</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA LCP proximale Tibiaplatte 3,5</b>	Frakturen der proximalen Tibia bei Erwachsenen und Jugendlichen mit geschlossenen Wachstumsfugen, einschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>– Proximale Spalt-, Depressions- oder Spalt-Depressionsfrakturen</li> <li>– Bikondyläre oder reine metaphysäre Frakturen</li> <li>– Assoziierte metaphysäre oder assoziierte Schaftfrakturen</li> <li>– Periprosthetische Frakturen</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA Kalkaneus-Verriegelungsplatten 2,7</b>	<p><b>VA Kalkaneus-Verriegelungsplatte 2,7</b></p> <p>Die winkelstabilen Kalkaneus-Verriegelungsplatten 2,7 von Synthes sind für intra- und extraartikuläre Frakturen des Kalkaneus sowie für Deformitäten und Fehlheilungen indiziert.</p> <p><b>Anterolaterale VA-Kalkaneus-Verriegelungsplatte 2,7</b></p> <p>Die anterolateralen VA-Kalkaneus-Verriegelungsplatten 2,7 von Synthes, verwendet in Verbindung mit unabhängigen Schrauben, sind für die Fixation intra- und extraartikulärer Kalkaneusfrakturen und die Korrektur von Deformitäten und Fehlheilungen indiziert.</p>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA Locking interkarpales Fusionssystem</b>	Indiziert für eine Fusion von kleinen Knochen der Hand, einschließlich: Hamatum, Capitatum, Lunatum und Triquetrum, für eine Revision einer fehlgeschlagenen teilweisen Handgelenksfusion und für den Einsatz bei Patienten, die Schmerzen und/oder Funktionsverlust erlitten haben aufgrund von: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arthrose</li> <li>– Rheumatoider Arthrose</li> <li>– Posttraumatischer oder degenerativer Handgelenksarthrose</li> <li>– Karpalgelenkinstabilität</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP 1. MTP-Fusionsplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die 1. MTP-Fusionsplatte mit variablem Winkel des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 ist für Deformitäten des ersten MTP(Metatarsophalangeal)-Gelenks (Hallux rigidus) und für Frakturen, Pseudarthrosen und Replantationen des ersten Mittelfußknochens indiziert, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP dorsale distale Radiusplatte 2,4 mit variablem Winkel</b>	2,4 mm LCP dorsale distale Radiusplatten mit variablem Winkel sind indiziert für: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frakturen mit dorsaler Abkippung</li> <li>– Extra- und intraartikuläre Frakturen mit metaphysärem Defekt</li> <li>– Offene Gelenksrekonstruktion</li> <li>– Kombination von Frakturen des distalen Radius und von Handwurzel- und Mittelhandknochenfrakturen</li> <li>– Korrektive Osteotomien nach Fehlheilung des distalen Radius</li> </ul>	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Vorfuß/Mittelfuß-System 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die geraden Fusionsplatten, T- und L-Fusionsplatten, Kleeblatt-Fusionsplatten und X-Platten des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 sind für Frakturen, Deformitäten, Revisionen und Replantationen von Knochen (z. B. Fußwurzel-, Mittelfußknochen und Zehenglieder) und Knochenfragmenten indiziert, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

Systeme	Indikationen	Kontraindikationen
<b>LCP Maschenplatte 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die Maschenplatte, die Teil des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 ist, ist für Frakturen, Deformitäten, schwere Arthrose und Pseudarthrosen und Fehlheilungen im Vorfuß und Mittelfuß indiziert, insbesondere bei Osteopenie. Die LCP Maschenplatte 2,4/2,7 mit variablem Winkel von DePuy Synthes ist außerdem für die Fixierung und Stabilisierung von Patellafrakturen in gesundem und osteopenischem Knochen bei Patienten mit abgeschlossenem Skelettwachstum indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Opening-Wedge-Platten 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die Opening-Wedge-Platte mit variablem Winkel des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 ist für Deformitäten (z. B. Hallux rigidus) Pseudarthrosen und Replantationen des ersten Mittelfußknochens indiziert, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP Tarsalplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die VA winkelstabilen Tarsalplatten von Synthes sind zur Fixierung von Frakturen, Osteotomien, Pseudarthrosen, Replantationen und Fusionen von Würfelbein und Kahnbein, insbesondere bei Osteopenie, bestimmt.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>LCP TMT-Fusionsplatten 2,4/2,7 mit variablem Winkel</b>	Die 1. TMT-Fusionsplatten des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 mit variablem Winkel sind für Deformitäten des ersten MTP(Metatarsophalangeal)-Gelenks (Hallux rigidus) und für Frakturen, Pseudarthrosen und Replantationen des ersten Mittelfußknochens indiziert, insbesondere bei Osteopenie. Die TMT-Fusionsplatte des LCP Vorfuß/Mittelfuß-Systems 2,4/2,7 mit variablem Winkel ist für Deformitäten des zweiten und dritten TMT(Tarsometatarsal)-Gelenks und für Frakturen, Deformitäten, Pseudarthrosen und Replantationen des zweiten und dritten Mittelfußknochens indiziert, insbesondere bei Osteopenie.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Volare 2,4 mm LCP distale Zwei-Säulen-Radiusplatte mit variablem Winkel/ Steriles Kit für distalen Radius</b>	Die volaren 2,4 mm LCP distalen Zwei-Säulen-Radiusplatten mit variablem Winkel sind für die Fixierung von intra- und extraartikulären Frakturen und Osteotomien des distalen Radius indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA-LCP volare distale Zwei-Säulen-Radiusplatte 2,4/2,7 mm, extra lang</b>	Die volare 2,4/2,7 mm VA-LCP distale Zwei-Säulen-Radiusplatte, extra lang von DePuy Synthes ist für intra- und extraartikuläre Frakturen, Osteotomien, Pseudarthrosen und Fehlheilungen des distalen Radius, mit oder ohne Erstreckung in die Radiusdiaphyse, bestimmt.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>VA LCP distale Radiusplatte 2,4, volare Kante mit variablem Winkel</b>	Die 2,4 mm VA-LCP distale Radiusplatte, volare Kante ist für die Fixierung von komplexen intra- und extraartikulären Frakturen des distalen Radius indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.
<b>Handsystem mit Verriegelung in variablem Winkel</b>	Das Handsystem mit Verriegelung in variablem Winkel ist für die Behandlung von Frakturen, Deformitäten und degenerativen Erkrankungen der Hand indiziert.	Keine für diese Produkte spezifischen Kontraindikationen.

CE  
0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
www.jnjmedicaldevices.com