
Használati utasítás

Lemez- és csavarimplantátumok

A használati utasítás nem az Amerikai Egyesült Államokban való forgalmazásra készült.



Authorised Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Használati utasítás

Lemez- és csavarimplantátumok

A jelen használati utasítás a következő eszközrendszerekre vonatkozik:

2,4 mm-es kanülált csavar
2,4 mm-es állítható szögű LCP palmáris extra-artikuláris disztális orsócsontrendszer
2,4/2,7 mm-es záró lábítócsontlemezek
Szögletlemez felnőttek számára
Stabil sarokrögzítő X-lemez és 2 furatos lemez
Kanülált osteotómiás rendszer gyerek páciensekhez (CAPOS)
3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3 mm-es kanülált csavarok
Dinamikus kompressziós lemez (DCP) és korlátozott csontérintkezéses dinamikus kompressziós lemez (LC-DCP) rendszerek
Dinamikus csípőrendszer/dinamikus fejecscsavaros rendszer (DHS/DCS)
Combnakrendszer (FNS)
1,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)
2,4/3,0 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)
4,5/6,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es anterolaterális disztális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) kampós kulcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) kompakt lábrendszer/kompakt kézrendszer
Kompressziós zárólemez (LCP) kompakt kézrendszer
Kompressziós zárólemez (LCP) 1,5 mm-es kompakt kézrendszer
Kompressziós zárólemez (LCP) 4,5/5,0 mm-es fejecscsavar
Kompressziós zárólemez (LCP) dinamikus csavarvonalas csípőrendszer (LCP DHHS)
Kompressziós zárólemez (LCP) dia-meta palmáris disztális orsócsontlemezek
Kompressziós zárólemez (LCP) disztális lábszárcsontlemezek
Kompressziós zárólemez (LCP) disztális felkarcsontlemezek
Kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es disztális orsócsontrendszer
Kompressziós zárólemez (LCP) disztális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) disztális síngsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) extraartikuláris disztális felkarcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es kampós lemez
Kompressziós zárólemez (LCP)
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es enyhe hajlatú mediális disztális sípcsontlemezek
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es mediális proximális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 4,5/5,0 mm-es mediális proximális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) metafizislemez a disztális mediális sípcsonthoz
Kompressziós zárólemez (LCP) metafizislemez
Kompressziós zárólemez (LCP) könyökcscsúcslemez
Kompressziós zárólemez (LCP) lemezrendszer gyerek páciensekhez
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es periartikuláris proximális felkarcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es poszterior mediális proximális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális kampós combcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális combcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es proximális orsócsontlemezek
Kompressziós zárólemez (LCP) 3,5 mm-es proximális sípcsontlemez
Periartikuláris célzókaros kompressziós zárólemez (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális sípcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) superior anterior kulcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) superior kulcsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) 2,7 mm-es síngsont-osteotómiás rendszer
Kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es palmáris oszlopos disztális orsócsontlemez
Kompressziós zárólemez (LCP) csuklóegyesítő készlet
Kevésbé invazív stabilizációs rendszer (LISS) és kompressziós zárólemez a combcsont disztális részéhez (LCP DF)
Kevésbé invazív stabilizációs rendszer (LISS) és kompressziós zárólemez a sípcsont proximális részéhez (LCP PLT)
Záró rögzítőlemez
6,5 mm-es Ø lábközépegyesítő csavar
Medencei implantátumok és műszerek
PHILOS és hosszú PHILOS
PHILOS kiegészítéssel
3,5 mm-es négyoldalú felületű lemezek
1,5 és 2,0 mm-es forgáskorrekciós lemezek
Keresztcsonti rudak
Combsontfej izületi végének elcsúszásához (SCFE) való csavarrendszer
3,5 mm-es rugólemez
Dinamikus csípőrendszerhez (DHS) való normál tífond csavar kompressziós zárólemez
Dinamikus csavarvonalas csípőrendszerhez (LCP DHHS) való oldallemezzel
Saroklemez
Záró saroklemez
TomoFix
TomoFix mediális disztális combcsontlemez (MDF)
TomoFix mediális magas sípcsontlemez (MHT)

Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es bokaszerűléshez való rendszer

Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) anterior kulcsontlemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 4,5/5,0 mm-es fejecscsavar
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es disztális felkarcsontlemezek
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 3,5 mm-es mediális oszlopos egyesítő lemezek
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es könyökcscsúcslemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 3,5 mm-es proximális sípcsontlemez
Állítható szögű (VA) 2,7 mm-es záró saroklemezek
Állítható szögű (VA) záró, kéztőcsontok közötti egyesítő rendszer
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es 1-es számú MTP egyesítőlemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es dorzális disztális orsócsontlemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszer
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es rácsos lemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es nyílt ékes lemezek
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábítólemezek
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) tarzometatarzális (TMT) 2,4/2,7 mm-es egyesítőlemez
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,4 mm-es kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez/steril disztális orsócsontkészlet
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez, extra hosszú
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es palmáris peremes disztális orsócsontlemez
Állítható szögű záró kézrendszer

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és a Synthes „Fontos tájékoztatás” című dokumentumát. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő sebészeti technikákban jártas.

A lemez- és csavarimplantátumok különféle beültetendő lemezekből és csavarokból állnak, amelyek egyenként vannak csomagolva, és nem steril és/vagy steril (a megfelelő cikkszám „S” utótaggal), illetve steril csöves (a megfelelő cikkszám „TS” utótaggal) csomagolású kiszerezésben kaphatók.

Fontos megjegyezés az egészségügyi szakemberek és a műtőszemélyzet számára: A jelen használati útmutató nem tartalmaz minden, az eszközök kiválasztásához és használatához szükséges információt. A szükséges információkhoz lásd a teljes címkét (kapcsolódó Sebészeti technikai útmutató, Fontos tájékoztatás és az eszközre vonatkozó címke).

Anyag(ok)

Anyag(ok):	Szabvány(ok):
Rozsdamentes acél – 316L	ISO 5832-1
Rozsdamentes acél – 22-13-5	ASTM F 1314
TiCP	ISO 5832-2
CoCrMo ötvözet	ISO 5832-12

Titánötvözet:

Ti-6Al-7Nb (TAN)	ISO 5832-11
Ti-6Al-4V (TAV)	ISO 5832-3
Ti-15Mo	F 2066

Rendeltetés

A lemez- és csavarimplantátumok csontok különböző anatómiai területeken történő ideiglenes rögzítéséhez, korrekciójához vagy stabilizációjához javallottak.

Javallatok

Lásd a jelen Használati útmutató végén található táblázatot.

Ellenjavallatok

Lásd a jelen Használati útmutató végén található táblázatot.

Lehetséges kockázatok

Mint bármely jelentős sebészeti eljárás esetén, kockázatok, mellékhatások és nemkívánatos események léphetnek fel. Míg számos különféle reakció előfordulhat, a következők a leggyakoribbak:

Az érzéstelenítésből, valamint a beteg elhelyezéséből fakadó problémák (pl. hányinger, hányás, fogsérülések, neurológiai károsodások stb.), trombózis, embólia, fertőzés, túlzott vérzés, iatrogén ideg- és érsérülés, a légyszövetek sérülése, beleértve a duzzadást, rendellenes hegképződés, az izom- és csontrendszer funkcionális károsodása, a Sudeck-szindróma, allergia/túlérékenységi reakciók, valamint a fém eszközök kiemelkedésével kapcsolatos mellékhatások, hibás csontegyesülés vagy a csontegyesülés elmaradása.

Steril eszköz

STERILE R Besugárzással sterilizálva

Az implantátumokat eredeti védőcsomagolásukban tárolja, és ne távolítsa el a csomagolásból, csak közvetlenül a használat előtt. Ne használja, ha a csomagolás sérült.

Használat előtt ellenőrizze a termék lejárat dátumát, és győződjön meg a steril csomagolás épségéről. Ne használja fel, ha a csomagolás sérült vagy a lejárat dátum már elmúlt.



Tilos újrasztilizálni

A „Tilos újrasztilizálni” szimbólummal ellátott címkével rendelkező beültethető eszközöket nem szabad újrasztilizálni, mert az újrasztilizálás veszélyeztetheti az eszköz szerkezeti épségét és/vagy az eszköz meghibásodását okozhatja. A beültethető eszközök újrasztilizálása esetén előfordulhat, hogy a termék nem lesz steril és/vagy nem felel meg a teljesítményi előírásoknak és/vagy az anyagok jellemzői megváltoznak.

Egyszer használatos eszköz



Tilos újrafelhasználni

Olyan orvosi eszközt jelöl, amelyet egyszeri használatra vagy egyetlen betegnél, egyetlen eljárás során történő felhasználásra szántak.

Az újrafelhasználás vagy az újrafelhasználásra való előkészítés (pl. tisztítás és újrasztilizálás) veszélyeztetheti az eszköz szerkezeti épségét és/vagy az eszköz meghibásodásához vezethet, ami a beteg sérülését, betegségét vagy halálát okozhatja.

Ezen túlmenően az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása vagy újrafelhasználásra való előkészítése a kontamináció kockázatával jár, pl. a fertőző anyagok egyik betegről a másikra történő átvitele miatt. Ez a beteg vagy a felhasználó sérüléséhez vagy halálához vezethet.

A beszennyeződött implantátumokat tilos újrafelhasználásra előkészíteni. A vérrrel, szövetrel és/vagy testnedvekkel/anyagokkal szennyezett Synthes implantátumokat semmilyen esetben nem szabad újra felhasználni; ezeket a kórházi protokollnak megfelelően kell kezelni. Még ha az implantátum épek tűnik is, lehetnek benne kis sérülések, illetve belső szerkezete megterhelés miatt károsodhatott, ami anyagfáradást okozhat.

Óvintézkedések

Az általános óvintézkedéseket lásd a „Fontos tájékoztatás” című dokumentumban. A lemez- és csavarimplantátumokhoz kapcsolódó alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések tekintetében kötelező elolvasni a használatban lévő termékrendszer kapcsolódó Sebészeti technikai útmutatót (www.depuysynthes.com/ifu).

Figyelmeztetések

Az általános figyelmeztetéseket lásd a „Fontos tájékoztatás” című dokumentumban. A lemez- és csavarimplantátumokhoz kapcsolódó alkalmazásra vonatkozó figyelmeztetések tekintetében kötelező elolvasni a használatban lévő termékrendszer kapcsolódó Sebészeti technikai útmutatót (www.depuysynthes.com/ifu).

Orvosi eszközök kombinációja

A Synthes nem tesztelte a más gyártók által biztosított eszközökkel való kompatibilitást, és ilyen esetekre semmiféle felelősséget nem vállal.

Mágneses rezonanciás környezet

Ha egy eszközt bevizsgáltak MR-környezetben történő felhasználás szempontjából, az MR-képképzésre vonatkozó információkat a www.depuysynthes.com/ifu oldalon elérhető Sebészeti technikai útmutató tartalmazza.

Az eszköz használata előtti kezelés

A nem steril kiszerezésű Synthes termékeket a műtéti felhasználás előtt meg kell tisztítani és gőzben sterilizálni kell. Tisztítás előtt el kell távolítani a teljes eredeti csomagolást. Gőzsterilizálás előtt tegye a terméket egy jóváhagyott csomagolóanyagba vagy edénybe. Kövesse a Synthes „Fontos tájékoztatás” dokumentumában ismertetett tisztítási és sterilizálási útmutatót.

Az eszköz klinikai feldolgozása/újrafeldolgozása

Az implantátumok feldolgozásával és az újrafelhasználható eszközök, műszertálcák és tokok újrafelhasználásra való előkészítésével kapcsolatos részletes utasítások a Synthes „Fontos tájékoztatás” című dokumentumában található. Az eszközök össze- és szétszerelésével kapcsolatos utasítások a „Dismantling multipart instruments” (A többrészes eszközök szétszedése) című dokumentumban található, amelyet a <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance> oldalról tölthető le

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
2,4 mm-es kanulált csavar	– a kéztő-, a kézközép-, a kézközépcsont- és a lábközépcsontok intraartikuláris törései – kis méretű csontfragmentumok rögzítése – bütökműtétek és oszteotómiák – kisézületek artrodézise	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
2,4 mm-es állítható szögű LCP palmáris extra-artikuláris disztális orsócsontrendszer	A 2,4 mm-es állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) palmáris extraartikuláris disztális orsócsontlemezek az orsócsont disztális szakaszán található intra-vagy extraartikuláris törések vagy oszteotómiák rögzítésére szolgálnak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
2,4/2,7 mm-es záró lábtöcsontlemezek	A Synthes gyártmányú 2,4 mm-es/2,7 mm-es záró lábtöcsontlemezek törések, oszteotómiák, elmaradt csontgyógyulások, replantációk rögzítésére, valamint a köbcsont, a lábtöcsontok és a sajkacsont egyesítéseikhez használatosak, főként osteopeniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Szögletlemez felnőttek számára	130°-os szögletlemez A combcsont proximális harmadában található törések kezelésére szolgáló, illetve revíziós műtétek érett csontvázrendszerű betegeknél. 95°-os fejecslemezek A combcsont proximális és disztális harmadában található törések kezelésére szolgáló, illetve revíziós műtétek érett csontvázrendszerű betegeknél. 90°-os/100°-os/110°-os/120°-os/130°-os oszteotómiás lemezek Lemezes csípőoszteotómiák a proximális combcsonton érett csontvázrendszerű betegeknél.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Stabil sarokrögzítő X-lemez és 2 furatos lemez	<p>X-lemez Artrodézis – MTP (metatarzofalangeális) – MTC – talonavicularis – calcaneo-cuboidális</p> <p>Proximális oszteotómiák – félhold alakú – Ludloff-féle – Mau-féle – nyílt ékes – zárt ékes</p> <p>Sarokcsonti oszteotómiák/törések – egyszeres – többdarabos</p> <p>2 furatos lemez – Akin (öregujj alapperc) oszteotómia</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kanülált oszteotómiás rendszer gyerek páciensekhez (CAPOS)	<p>A CAPOS rendszer csecsemőknél, kisgyermekknél, gyermekeknél és serdülőknél, valamint alacsony növésű felnőtt betegeknél használatos.</p> <p>A speciális javallatok többek között az alábbiak: – intertrochantericus ellentétes irányú forgás és varus állás esetében végzett oszteotómiák</p> <p>Oszteotómiás lemezek – Mini csípőlemez csecsemők számára, 3,5 mm-es, 90°-os csípőlemez csecsemők számára, 3,5 mm-es, 90°-os csípőlemez gyermekek számára, 4,5 mm-es csípőlemez gyermekek számára, 80°-os, 90°-os és 100°-os csípőlemez (serdülők) – intertrochanterikus oszteotómiás lemez valgus állás kezeléséhez – 95°-os fejecslemezek (serdülők és alacsony növésű felnőttek) – Combnyak- és pertrochantericus törések – Lemezek – 130°-os szögletlemezek (serdülők és alacsony növésű felnőttek)</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3 mm-es kanülált csavarok	<p>3,0 mm-es kanüláltcsavar-rendszer (CSS) Az alkar-, kéz- és lábfejtörések rögzítése, például: – kéztő- és kézközépcsontok törései és artrodézisei – az orsócsont disztális részének és fejének törései – lábközépcsontok törései</p> <p>3,5 mm-es kanüláltcsavar-rendszer (CSS) Kis fragmentumos törések rögzítése, például: – csuklótörések – kézközép- és lábközépcsontok törései, illetve rögzítés a kézközépcsont- és lábközépcsont oszteotómiák során – lábtőcsonttörések – vállcsont transcondylaris törései gyermekeknél</p> <p>4,0 mm-es kanüláltcsavar-rendszer (CSS) Közepes méretű fragmentumos törések rögzítése, például: – lábtő- és lábközépcsontok törései, illetve rögzítés a lábközépcsont- és az ujjperc-oszteotómiák során – lábtőcsontok-lábközépcsontok és lábközépcsontok-ujjpercek artrodézise – inszalagrögzítések – hallux valgus korrekciója</p> <p>4,5 mm-es kanüláltcsavar-rendszer (CSS) Közepes méretű fragmentumos törések rögzítése, például: – bokacsonttörések – sípcsont Pilon-törése – sarokcsont- és ugrócsonttörések – tibiacondylus-törések – kéztőcsontok és lábtőcsontok artrodézise</p> <p>6,5 mm-es, 7,0 mm-es és 7,3 mm-es kanüláltcsavar-rendszer (CSS) Nagy méretű fragmentumos törések rögzítése, például: – combnyaktörések – intercondylaris combcsonttörések – a combfej epiphyseolysis – bokaartrodézisek – iliosacralis ficam</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Dinamikus kompressziós lemezes (DCP) és korlátozott csontérintkezéses dinamikus kompressziós lemezes (LC-DCP) rendszerek	<p>Ez a műtéti technika az alábbi Synthes gyártmányú dinamikus kompressziós lemezes (DCP) és korlátozott csontérintkezéses dinamikus kompressziós lemezes (LC-DCP) rendszerek és lemezcsaládok esetében alkalmazható:</p> <p>Mini fragmentumos törések kezelésére szolgáló 1,5, 2,0, 2,7 mm-es rendszer</p> <ul style="list-style-type: none"> – a középső és disztális ujjpercek és a lábújsontok törései – a kézközép- és a lábközépcsontok törései – a kézen és lábon végzett oszteotómiák és artrodézisek – az orsócsont disztális részének törései (kétlemezes technika) <p>1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,4 mm-es Compact Hand kompakt kézrendszer</p> <p>1,0/1,3 mm-es implantátumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kis méretű fragmentumok rögzítése – a disztális és középső ujjpercek törései – avulziós törések <p>1,5 mm-es implantátumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek és a kézközépcsontok törései – a fragmentumok trefond csavaros technika segítségével történő megfogása <p>2,0/2,4 mm-es implantátumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek és a kézközépcsontok törései – a fragmentumok trefond csavaros technika segítségével történő megfogása <p>3,5 mm-es lóhere alakú lemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – a sípcsont disztális részén található szilánkos törések, a csont mediális oldalának megtámasztásához – a felkarcsont proximális része, a humerusfej szilánkos töréseihez <p>3,5 mm-es egyharmados csőlemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – kisebb méretű csontok, például a lábszárcsont, a felkarcsont és a síngsont. <p>3,5 mm-es korlátozott csontérintkezéses dinamikus kompressziós lemez (LC-DCP), 3,5 mm-es dinamikus kompressziós lemez (DCP), 3,5 mm-es T-lemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – törések rögzítése, illetve például oszteotómia vagy hibás csontegyesülés utáni, illetve csontegyesülés elmaradása esetén végzett rögzítés többek között az orsócsont disztális részén, a sípcsont proximális és disztális részén, a felkarcsont proximális részén és a kulcscsonton. <p>4,5 mm-es korlátozott csontérintkezéses dinamikus kompressziós lemez (LC-DCP), 4,5 mm-es dinamikus kompressziós lemez (DCP), 4,5 mm-es T-lemez, 4,5 mm-es megtámasztó T-lemez, 4,5 mm-es megtámasztó L-lemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – nagy méretű csontokat, például a combcsontot, sípcsontot és a felkarcsontot érintő törések és oszteotómiák <p>4,5 mm-es félcsőlemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – kisebb méretű csontokat, például a felkarcsontot, az orsócsontot, a síngsontot, a kulcscsontot, a lábszárcsontot, a sípcsontot és a medencecsontokat érintő törések és oszteotómiák <p>4,5 mm-es fejecsmegtámasztó lemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – a combcsont disztális szakaszát érintő többdarabos törések megtámasztása – supracondylaris törések – intra- és extraartikuláris condylustörések – a combcsont disztális szakaszán található hibás csontegyesülés vagy elmaradt csontegyesülés – protézis körüli törések <p>4,5 mm-es laterális sípcsontfej-megtámasztó lemez</p> <ul style="list-style-type: none"> – a sípcsont proximális szakaszán található törések stabilizálására javallott. Idetartoznak a proximális szártörések, a metafizistörések, az intraartikuláris törések és a protézis körüli törések. <p>4,5 mm-es proximális sípcsontlemez</p> <p>Használata a sípcsont proximális szakaszán elmaradt vagy hibás csontegyesülés, illetve törés, ideértve az egyszerű, a szilánkos, az oldalsó ék alakú, a depressziós, a mediális ék alakú, a bycondilaris töréseket és a laterális ék alakú és depressziós törések kombinációját.</p>	<p>Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.</p>
Dinamikus csípőrendszer/ dinamikus fejecs csavaros rendszer (DHS/DCS)	<p>Dinamikus csípőrendszer (DHS) a következő elemek minden kombinációját ideértve: DHS csavar, DHS penge, DCP furatokkal ellátott DHS lemez és szorítógallérral rendelkező kompressziós zárólemez dinamikus csípőrendszer (LCP DHS).</p> <p>A DHS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – 31-A1-es és 31-A2-es típusú pertrochantericus törések – 31-A3-as típusú intertrochantericus törések – 31-B típusú combnyaktörések (DHS csavar forgásgátló csavarral együtt) – subtrochantericus törések <p>Trochanterstabilizáló lemez A(z) trochanterstabilizáló zárólemez (LTSP) / univerzális trochanterstabilizáló zárólemez (ULTSP) / trochanterstabilizáló lemez (TSP) javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – 31-A2 és 31-A3 típusú, instabil trochanter körüli törések, különösen a trochanter maior leválásával vagy hosszirányú hasadásával járó többdarabos törések <p>A dinamikus fejecs csavaros rendszer (DCS) javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – A combcsont proximális szakasza: 32-A és 32-B típusú, nagyon proximálisan elhelyezkedő, tisztán subtrochantericus törések – A combcsont disztális szakasza: 33-A típusú (extraartikuláris, supracondylaris) törések és 33-C típusú (teljes ízületi) törések 	<p>A DHS ellenjavallatai</p> <p>A DHS nem használható olyan esetekben, amikor a következők gyakran előfordulhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Szepszis – Malignus primer vagy metasztatikus daganatok – Érzékenység az anyaggal szemben – Sérült érrendszer <p>A DCS ellenjavallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trochanter körüli törések vagy subtrochantericus kiterjedésű trochantertörések (31-A3)

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Combnyakrendszer (FNS)	Combnyaktörések (AO szerinti 31-B típusú)	<ul style="list-style-type: none"> – Pterochantericus törések (AO szerinti 31-A1-es és 31-A2-es típusú) – Intertrochantericus törések (AO szerinti 31-A3-as típusú) – subtrochantericus törések <p>Ezenkívül a rendszert nem szabad olyan esetekben alkalmazni, ahol az alábbiak gyakran előfordulhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Szepszis – Malignus primer vagy metasztatikus daganatok – Érzékenység az anyaggal szemben – Sérült érrendszer
1,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)	<ul style="list-style-type: none"> – intra-és extraartikuláris törések, illetve kis csontokat és kis méretű csontfragmentumokat érintő csontegyesülés elmaradásának rögzítése – kis ízületek artrodézise – osteochondralis törések – oszteotómiák – avulziós törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
2,4/3,0 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)	<ul style="list-style-type: none"> – intra-és extraartikuláris törések, illetve kis csontokat és kis méretű csontfragmentumokat érintő csontegyesülés elmaradásának rögzítése – kis ízületek artrodézise – bütökműtétek és oszteotómiák <p>Néhány példa a teljesség igénye nélkül: sajkacsont és más kéztőcsontok, kézközépcsontok, lábtőcsontok, lábközépcsontok, térdkalács, singcsont vesszőnyúlánya, fejecse, orsócsont feje és vesszőnyúlánya.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
4,5/6,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)	<p>4,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)</p> <p>A kis vagy nagy csontok törései, osteoarthrosis vagy deformitása.</p> <p>Példák:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sarokcsont – ugrócsont – lábközépcsontok – a sípcsont disztális és proximális szakasza – a combcsont disztális szakasza – a felkarcsont proximális szakasza <p>6,5 mm-es fej nélküli kompressziós csavar (HCS)</p> <p>A kis vagy nagy csontok törései, osteoarthrosis vagy deformitása.</p> <p>Példák:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sarokcsont – ugrócsont – a sípcsont disztális és proximális szakasza – a combcsont disztális szakasza 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es anterolaterális disztális sípcsontlemez	<p>A kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es anterolaterális disztális sípcsontlemez a következő esetekben javallott:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a sípcsont disztális szakaszának extraartikuláris és egyszerű intraartikuláris törései – a sípcsont disztális szakaszának törése, percutan vagy limitált arthrotomiával csökkenthető – a sípcsont disztális szakaszának a diafizis területére kiterjedő törése 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) kampós kulcscsontlemez	<ul style="list-style-type: none"> – laterális kulcscsonttörések: II-es típusú Neer vagy II-es típusú Jäger és Breitner – acromioclavicularis ízület ficam típusa: III-as típusú Tossy vagy III–V típusú Rockwood 	<ul style="list-style-type: none"> – stabil laterális kulcscsonttörések – I-es és II-es típusú Tossy – I-es és II-es típusú Rockwood – akut fertőzés
Kompressziós zárólemezes (LCP) kompakt lábrendszer/ kompakt kézrendszer	<p>A 2,0 mm-es és 2,4 mm-es implantátumok javallatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujjperctörések – a kézközép- és a lábközépcsontok törései (II–V) – az orsócsont disztális részének törései (kétlemezes technika) – a kézen és lábon végzett oszteotómiák és artrodézisek (pl. a [II–V] TMT ízületek egyesítése) – subcapitalis orsócsontfejtörés – kiegészítő implantátumként kis méretű fragmentumok esetében <p>A 2,7 mm-es implantátumok javallatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az I. lábközépcsont törései – a lábtőcsontok törései – az I. MTP ízület egyesítése – a lábtőcsontokat érintő oszteotómiák és artrodézisek (pl. calcaneo-cuboidalis egyesítés) 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Kompressziós zárólemezes (LCP) kompakt kézrendszer	<p>1,0/1,3 mm-es kompakt kézrendszer</p> <p>Általános:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kis méretű fragmentumok rögzítése – avulziós törések és a középső és disztális ujjpercek törései <p>Egyenes lemez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek szártörései <p>Bordázott lemez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szilánkos törések és a középső vagy a proximális ujjpercek visszaültetése T-lemez és <p>Y-lemez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujjpercek condylusának törései <p>Egyszeres corticalis csavarok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a fragmentumok tirefond csavaros technika segítségével történő megfogása <p>Kompressziós zárólemezes (LCP) 1,5 mm-es kompakt kézrendszer</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek és a kézközépcsontok töréseinek rögzítése – oszteotómiák – artrodézisek – ujjpercek és kézközépcsontok visszaültetése és rekonstrukciója, főként osteopeniás csont esetében <p>Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,0 mm-es kompakt kézrendszer</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek, a kézközépcsontok és a csuklócsontok törései – az interfalangeális ízületek oszteotómiája és artrodézise – az orsócsont disztális részének törései (kétlemezes technika) – subcapitalis orsócsontfejtörések <p>Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es kompakt kézrendszer</p> <ul style="list-style-type: none"> – a kézközépcsontok és csuklócsontok törései – az orsócsont disztális részének törései (kétlemezes technika) – a kézen végzett oszteotómiák és artrodézisek – subcapitalis orsócsontfejtörések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 1,5 mm-es kompakt kézrendszer	<ul style="list-style-type: none"> – az ujjpercek és a kézközépcsontok töréseinek rögzítése – oszteotómiák – artrodézisek – ujjpercek és kézközépcsontok visszaültetése és rekonstrukciója, főként osteopeniás csont esetében 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es fejecslemez	<ul style="list-style-type: none"> – a combcsont disztális szakaszát érintő többdarabos törések megtámasztása – supracondylaris törések – intra- és extraartikuláris condylustörések – a combcsont disztális szakaszán található hibás csontegyesülés vagy elmaradt csontegyesülés – protézis körüli törések – normál vagy osteopeniás csontokat érintő törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes dinamikus csavarvonalas csípőrendszer (LCP DHHS)	<p>A kompressziós zárólemezes dinamikus csavarvonalas csípőrendszer (LCP DHHS) a combcsont proximális szakaszát érintő, alábbi törések esetében javallottak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – intertrochantericus törések – combnaktörések – pertrochantericus törések <p>A kompressziós zárólemezes dinamikus csavarvonalas csípőrendszer (LCP DHHS) olyan stabil és instabil törések esetében javallott, amelyeknél stabil mediális megtámasztás rekonstruálható.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) dia-meta palmáris disztális orsócsontlemezek	A kompressziós zárólemezes (LCP) dia-meta palmáris disztális orsócsontlemezek az orsócsontot érintő törések, oszteotómiák és csontegyesülés elmaradása esetén javallottak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) disztális lábszárcsontlemezek	Kompressziós zárólemezes (LCP) disztális lábszárcsontlemezek a disztális lábszárcsontszakasz metafizeális és diafizeális területét érintő törések, oszteotómiák, és elmaradt csontegyesülés rögzítésére használatosak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) disztális felkarcsontlemezek	<p>A disztális felkarcsontlemez javallatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a disztális felkarcsontszakasz intraartikuláris törései – a disztális felkarcsontszakasz supracondylaris törései – a disztális felkarcsontszakasz elmaradt egyesülése 	(a DHP és a metafizislemez esetében) – akut fertőzések – növényben lévő gyermekek
Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es disztális orsócsontrendszer	<p>Az orsócsont disztális szakaszának kimozdult extraartikuláris és intraartikuláris törései és a disztális orsócsontszakasz korrekciós oszteotómiái.</p> <p>Dorzális megközelítés</p> <ul style="list-style-type: none"> – dorzális irányba elmozdult törések – metafizisdefektussal járó extraartikuláris törések (az AO osztályozás szerinti 23-A3-as típus) – nyitott ízületi rekonstrukció (az AO osztályozás szerinti 23-C1-es, C2-es, C3-as típus) – a disztális orsócsonttörések és a kéztőcsont-, illetve kézközépcsonttörések kombinációja – korrekciós oszteotómiák Palmaris megközelítés– Fordított Barton – palmaris irányba kimozdult extraartikuláris törések (Goyrand–Smith) – dorzális irányba kimozdult extraartikuláris (Colles) és ízületi törések – a szárra terjedő extraartikuláris törések (extra hosszú lemezek) 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Kompressziós zárólemezes (LCP) disztális sípcsontlemez	<ul style="list-style-type: none"> – a disztális sípcsontszakasz extraartikuláris és egyszerű intraartikuláris törései – a disztális sípcsontszakasz törései, percutan vagy limitált arthrotomiával csökkenthető – a disztális sípcsontszakasz diafizis területre kiterjedő törései 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) disztális síngsontlemez	<p>A disztális síngsontszakasz törései, amelyek a disztális radioulnaris ízület instabilitásához vezetnek.</p> <p>Az ízületi felszín elmozdulásával, elforgatásával vagy megdőléssel járó ulnarejtörések. A disztális radioulnaris ízület kongruenciáját fenyegető extraartikuláris szilánkos síngsontnyaktörések.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) extraartikuláris disztális felkarcsontlemez	<ul style="list-style-type: none"> – a disztális felkarcsontszakasz extraartikuláris törései – a disztális felkarcsontszakasz elmaradt egyesülése – a disztális felkarcsontszakasz elmaradt egyesülése 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es kampós lemez	<ul style="list-style-type: none"> – a könyökcsőcs egyszerű törései (AO szerinti 21–B1, 21–B3, 21–C1 típusok) – könyökcsőcs-oszteotómia a disztális felkarcsonttörés kezelésére – a disztális sípcsont- és lábszárcsontszakasz avulziós törései 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP)	<p>Kis fragmentumokhoz való lemezek (3,5 mm) 3,5 mm-es kompressziós zárólemezek (LCP)</p> <p>Kis csontfragmentumok rögzítése az AO öt standard lemezelési elve alapján (megtámasztó lemez, neutralizációs lemez, feszítőszalag-lemez, kompressziós lemez.)</p> <p>3,5 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) rekonstrukciós lemezek</p> <p>Kis csontfragmentumok rögzítése az AO öt standard lemezelési elve alapján (megtámasztó lemez, neutralizációs lemez, feszítőszalag-lemez, kompressziós lemez.)</p> <p>3,5 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) T-lemezek</p> <p>Kis csontfragmentumok rögzítése az AO öt standard lemezelési elve alapján (megtámasztó lemez, neutralizációs lemez, feszítőszalag-lemez, kompressziós lemez.)</p> <p>Törések rögzítése és oszteotómia vagy hibás csontegyesülés utáni, illetve csontegyesülés elmaradása esetén stb. végzett rögzítés többek között az orsócsont disztális részén, a sípcsont proximális és disztális részén, a felkarcsont proximális részén és a kulcsonton.</p> <p>3,5 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) egyharmados csőlemezek</p> <p>A 3,5 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) egyharmados csőlemezek a hosszú és a kis csontok lemezelésére javallottak. A lemez kizárólag terheléssel osztás céljából használható, pl. megtámasztáshoz, feszítőszalag-technikához, neutralizációhoz vagy kompresszióhoz.</p> <p>3,5 mm-es metafizeális kompressziós zárólemezek (LCP)</p> <p>A metafizeális kompressziós zárólemezek (LCP) a metafizis területén található, a szár területére esetlegesen kiterjedő extraartikuláris törések rögzítésére javallottak. A 3,5 mm-es lemezek a disztális felkarcsontszakasz és a disztális lábszárcsontszakasz rögzítésére javallottak.</p> <p>Nagy fragmentumokhoz való lemezek (4,5/5,0 mm) 3,5/4,5/5,0 mm-es metafizeális kompressziós zárólemezek (LCP)</p> <p>A metafizeális kompressziós zárólemezek (LCP) a metafizis területén található, a szár területére kiterjedő extraartikuláris törésekhez javallottak.</p> <p>A 4,5/5,0 mm-es lemezek a proximális felkarcsontszakasz és a disztális sípcsontszakasz rögzítésére javallottak.</p> <p>Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es keskeny lemezek 4,5/5,0 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) T-lemezek Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es széles lemezek Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es széles ívelt lemezek 4,5/5,0 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) rekonstrukciós lemezek</p> <p>Általánosságban a kompressziós zárólemezes (LCP) generikus lemezek és műszerek (nagy fragmentumok) a combcsont, a sípcsont, a felkarcsont és a medencecsontok proximális, disztális, illetve szárterületeit érintő törések oszteoszintéziséhez javallottak.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es enyhe hajlatú mediális disztális sípcsontlemez	A Synthes gyártmányú, kompressziós zárólemezes (LCP), enyhe hajlatú mediális disztális sípcsontlemez a disztális sípcsontszakaszt érintő, komplex intra- és extraartikuláris törések, illetve oszteotómiák rögzítésére szolgál a Synthes gyártmányú, kis fragmentumokhoz való LCP rendszer részeként.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es mediális proximális sípcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es mediális proximális sípcsontlemez a mediális tibiacondylus metafizistöréseinek, a mediális tibiacondylus hasításos típusú töréseinek, depressziókkal társuló mediális hasadásos törések és a mediális tibiacondylus hasadásos vagy depressziós töréseinek megtámasztására javallottak. A lemezek használhatók a sípcsont proximális (laterális és mediális) negyedének rögzítésére, valamint a proximális sípcsontszakasz szegmentális töréseire is.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es mediális proximális sípcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es mediális proximális sípcsontlemez a mediális tibiacondylus metafizistöréseinek, a mediális tibiacondylus hasításos típusú töréseinek, depressziókkal társuló mediális hasadásos törések és a mediális tibiacondylus hasadásos vagy depressziós töréseinek megtámasztására javallottak. A lemezek használhatók a sípcsont proximális (laterális és mediális) negyedének rögzítésére, valamint a proximális sípcsontszakasz szegmentális töréseire is. A kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es mediális proximális sípcsontlemez használhatók továbbá a proximális sípcsontszakasz és a sípcsont szárának rögzítéséhez csontegyesülés elmaradása, illetve hibás csontegyesülés esetén, valamint az ék alakú sípcsont-oszteotómiák nyitására és zárására is.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) metafizislemez a disztális mediális sípcsonthoz	A sípcsont disztális mediális szakaszához való kompressziós zárólemezes (LCP) metafizislemez egy előreformázott lemez, amely lehetővé teszi a disztális sípcsontszakaszt érintő és a szár területére kiterjedő juxtaartikuláris törések optimális kezelését. A lemez a disztális sípcsontszakasz következő jellemzőit veszi figyelembe: – vékony, lágyszövetborítás – a csont komplex anatómiai formája	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) metafizislemezek	A metafizéális kompressziós zárólemezek (LCP) a metafizis területén található, a szár területére esetlegesen kiterjedő extraartikuláris törések rögzítésére javallottak. A 3,5 mm-es lemezek a disztális felkarcsontszakasz és a disztális lábszárcsontszakasz rögzítésére javallottak. A 4,5/5,0 mm-es lemezek a proximális felkarcsontszakasz és a disztális sípcsontszakasz rögzítésére javallottak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) könyökcsúclemez	– komplex extra- és intraartikuláris könyökcsúcstörések – a proximális sípcsontszakaszon kialakult pszeudoartrózisok – oszteotómiák – egyszerű könyökcsúcstörések	– akut fertőzések – növekedésben lévő gyermekek
Kompressziós zárólemezes (LCP) lemezrendszer gyermek páciensekhez	A kompressziós zárólemezes (LCP) lemezrendszer gyerek páciensekhez különböző lemezekből áll különböző indikációk esetében. A 2,7 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) gyermekgyógyászati csípőlemez csecsemőknél használatos három éves korig, testtömegtől és csontminőségtől függően. – nyitott rövidüléssel kombinált elhanyagolt csípőficam – veleszületett coxa valga – súlyos csípőficam A varus állás miatti oszteotómiákhoz való kompressziós zárólemezes (LCP) gyermekgyógyászati csípőlemez gyermekkorú betegeknél használatos serdülőkorig, valamint alacsony növésű felnőtt betegeknél. A speciális javallatok többek között az alábbiak: – idiopathiás valgus állású csípő – a femurfej idiopathiás és szerzett sublaxatiója – a femurfej sublaxatiója neuromuscularis betegségben/problémák esetén – nagy fej-nyak-diafizis (CCD-) szöggel járó nagy fokú retroverzió és antevertzió A valgus állás miatti oszteotómiákhoz való kompressziós zárólemezes (LCP) gyermekgyógyászati csípőlemez gyermekkorú betegeknél használatos serdülőkorig, valamint alacsony növésű felnőtt betegeknél. A speciális javallatok többek között az alábbiak: – A trochanter maior nagy fokú túlnövése és a láb kis mértékű lerövidülése – Perthes-kór – A combnyak kongenitális pszeudoartrózisa – Az elcsúszott combcsontfej-epifízis (SCFE) deformitása – PFFD (proximális combnyakszakasz fokális hiánya) – Idiopathiás coxa vara – A combnyak poszttraumás pszeudoartrózisa A törések kezelésére és a rotáció korrekciójára szolgáló 120°-os és 130°-os kompressziós zárólemezes (LCP) gyermekgyógyászati csípőlemez (3,5 és 5,0 mm) megfelelő mediális támasszal rendelkező transtrochanterikus törések, valamint I–III. típusú combnyaktörések (lásd az AO szerinti besorolást) kezelésére indikált. A kompressziós zárólemezes (LCP) gyermekgyógyászati fejcslemez gyermekkorú betegeknél használható serdülőkorig, valamint alacsony növésű felnőtt betegeknél. A speciális javallatok többek között az alábbiak: – a térd rögzült flexiós kontraktúrája neurológiai betegségekben – a disztális combcsontszakasz deformitásainak korrekciója – a combcsont rotációs deformitása (ha a disztális korrekció preferált) – a combcsont supracondylaris törései	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es periartikuláris proximális felkarcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es periartikuláris proximális felkarcsontlemez a proximális felkarcsontszakasz komplex töréseinek kezelésére szolgál. A 3,5 mm-es kompressziós zárólemezes (LCP) periartikuláris proximális felkarcsontlemez törések és diszlokációs törések (2, 3 és 4 részes Neer-típusú), oszteotómiák és a proximális felkarcsontszakasz csontegyesülésének elmaradása esetén javallott, különösen osteoporosisos betegeknél.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es poszterior mediális proximális sípcsontlemez	A Synthes gyártmányú kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es poszterior mediális proximális sípcsontlemez a posteromedialis proximális sípcsonttörések belső rögzítésére ajánlott, ideértve a sípcsont proximális, disztális és metafizeális területein létrejött törések megtámasztását is.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális kampós combcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális kampós combcsontlemez a combcsonttörések kezelésére szolgál, ideértve az alábbiakat: – a trochanter régió törései: egyszerű trochantericus, cervicotrochantericus, trochanterodiafizeális, többdarabos pertrochantericus, intertrochantericus törések, a trochanter régió fordított vagy tranzversz törései vagy a mediális kortex törésével járó törések – a combcsont proximális végének ipsilaterális szártöréssel kombinált törései – a proximális combcsontszakasz metasztatikus törése – a proximális combcsontszakasz oszteotómiai – az oszteopéniás csont rögzítéséhez, valamint a csontegyesülés elmaradása vagy hibás csontegyesülés esetén végzett rögzítéshez is használható – protézis körüli törések	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális combcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális combcsontlemez a combcsonttörések kezelésére szolgál, ideértve az alábbiakat: – a trochanter régió törései: egyszerű trochantericus, cervicotrochantericus, trochanterodiafizeális, többdarabos pertrochantericus, intertrochantericus törések, a trochanter régió fordított vagy tranzversz törései vagy a mediális kortex törésével járó törések – a combcsont proximális végének ipsilaterális szártöréssel kombinált törései – a proximális combcsontszakasz metasztatikus törése – a proximális combcsontszakasz oszteotómiai – az oszteopéniás csont rögzítéséhez, valamint a csontegyesülés elmaradása vagy hibás csontegyesülés esetén végzett rögzítéshez is használható – protézis körüli törések	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es proximalis orsócsontlemezek	Az orsócsont proximális szakaszának extraartikuláris és intraartikuláris törései és többdarabos radiusnyaktörések.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 3,5 mm-es proximális sípcsontlemez	– a laterális tibiacondylus hasadási törései – depressziós laterális hasadási törések – tisztán középső depressziós törések – a mediális condylus hasadási vagy depressziós törései	Izolált szártörések.
Periartikuláris célzókaros kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális sípcsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 4,5/5,0 mm-es proximális sípcsontlemezek a proximális sípcsontszakasz rögzítéséhez javallottak a csontegyesülés elmaradása, hibás csontegyesülés, valamint törés esetén: – egyszerű törések – szilánkos törések – laterális éktörések – depressziós törések – mediális éktörések – bicondylaris, kombinált laterális ék- és depressziós törések – szártöréssel társuló törések	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) szuperior anterior kulcsontlemez	– a kulcsont szárának törései – a kulcsont oldalsó szakaszának törései – a kulcsont hibás csontegyesülése – a kulcsont elmaradt egyesülése	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) szuperior kulcsontlemez	– a kulcsont szárának törései – a kulcsont oldalsó szakaszának törései – a kulcsont hibás csontegyesülése – a kulcsont elmaradt egyesülése	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,7 mm-es singcsont-oszteotómiai rendszer	Elsődleges singcsontimpakciós szindróma – a háromszögletű rostos porc komplexum (TFCC) degeneratív szakadásai – a lunotriquetralis ínszalag szakadása Másodlagos ulnaimpakciós szindróma – a disztális radioulnaris ízület inkongruenciája (hosszbeli diszkrpanciája) disztális orsócsonttörést követően – a háromszögletű rostos porc komplexum (TFCC) traumás szakadásai	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es palmáris oszlopos disztális orsócsontlemez	A kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es palmáris oszlopos disztális orsócsontlemez az orsócsont disztális szakaszán található komplex intra-vagy extraartikuláris törések vagy oszteotómiai rögzítésére javallott.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kompressziós zárólemezes (LCP) csuklóegyesítő készlet	A kompressziós zárólemezes (LCP) csuklóegyesítő készlet a csukló artrodéziséhez és a kéztő egyéb kis méretű csontjainak töréséhez javallott. A speciális javallatok többek között az alábbiak: – a csuklóizület poszttraumás artrózisa – korrekciót igénylő, rheumatoid arthritis okozta csuklódeformitások – komplex kéztőinstabilitás – a csukló szepszis utáni arthritise – a csukló mozgással összefüggő, erős, nem szűnő fájdalma – plexus brachialis eredetű bénulások – tumorreszekció – spasztikus deformitások	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Kevésbé invazív stabilizációs rendszer (LISS) és kompressziós zárólemez a combcsont disztális részéhez (LCP DF)	A combcsont disztális részéhez való kompressziós zárólemez (LCP DF) a disztális combcsonttörések stabilizálásához javallott. A következő sorolhatók ide: <ul style="list-style-type: none"> – disztális szártörések – supracondylaris törések – intraartikuláris törések – protézis körüli törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Kevésbé invazív stabilizációs rendszer (LISS) és kompressziós zárólemez a sípcsont proximális részéhez (LCP PLT)	A sípcsont proximális részéhez való kompressziós zárólemez (LCP PLT), illetve kevésbé invazív stabilizációs rendszer (LISS PLT) a proximális sípcsontszakasz stabilizálására javallottak. A következő sorolhatók ide: <ul style="list-style-type: none"> – proximális szártörések – metafízistörések – intraartikuláris törések – protézis körüli törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Záró rögzítőlemez	– protézis körüli combnyakszártörések: <ul style="list-style-type: none"> – Vancouver B – Vancouver C – velőüri implantátumok környékén kialakult törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
6,5 mm-es Ø lábközép-egyesítő csavar	A következő betegségekhez társuló nagy fokú lábközép-/hátsóláb-összeesés kezelése: <ul style="list-style-type: none"> – Charcot-láb – Neuropathiás betegség <p>A Charcot-láb a láb különböző területein alakulhat ki. A leggyakoribb lokalizáció a Lisfranc-terület, a második a Chopart-terület, a harmadik a boka területe és a negyedik a gyakorisági sorrendben a calcaneo-subtalaris terület. Gyakran alakul ki a lábélő területén. A lábközép-egyesítő csavar a Lisfranc- és a Chopart-területek kezelésére szolgál.</p>	– perifériás vaszkuláris betegség – súlyos és életveszélyes társbetegségek
Medencei implantátumok és műszerek	Szimfizistörések: <ul style="list-style-type: none"> – szeméremtájéki szimfizislemezek <p>Medenceszél törései:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek – ívelt lemezek (88 mm-es sugarú, 108 mm-es sugarú) – J-lemezek – 3,5 mm-es záró rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek – J-lemezek – nagy szögű 3,5 mm-es rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek <p>Csípőcsonttörések:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek – ívelt lemezek (88 mm-es sugarú, 108 mm-es sugarú) – 3,5 mm-es záró rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek – alacsony profilú, nagy szögű 3,5 mm-es rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek <p>Acetabulumtörések:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek – ívelt lemezek (88 mm-es sugarú, 108 mm-es sugarú) – nagy szögű 3,5 mm-es rekonstrukciós lemezek – egyenes lemezek 	Az in situ lemezalakító műszerek ellenjavallatai: Záró- és koaxiális kombinált furatokkal ellátott lemezek. Különösen az alábbi esetekben: <ul style="list-style-type: none"> – 3,5 mm-es záró rekonstrukciós lemezek – 3,5 mm-es szeméremtájéki szimfizislemezek – 3,5 mm-es rugólemezek – koaxiális kombinált furatokkal ellátott 3,5 mm-es rekonstrukciós lemezek – a 3,5 mm-től eltérő lemezméretek

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
PHILOS és hosszú PHILOS	<p>A PHILOS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – a proximális felkarcsont két, három és négy darabos, diszlokált törései, ideértve az oszteopéniás csontokat érintő töréseket – a proximális felkarcsontszakasz pszeudoartrózisa – a proximális felkarcsontszakasz oszteotómiái <p>A hosszú PHILOS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – ugyanaz mint a PHILOS esetében, azzal a különbséggel, hogy a szárra kiterjedő vagy mediális támasz nélküli törések esetében használatos 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
PHILOS kiegészítéssel	<p>A PHILOS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – a proximális felkarcsont két, három és négy darabos, diszlokált törései, ideértve az oszteopéniás csontokat érintő töréseket – a proximális felkarcsontszakasz pszeudoartrózisa – a proximális felkarcsontszakasz oszteotómiái <p>A hosszú PHILOS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – ugyanaz mint a PHILOS esetében, azzal a különbséggel, hogy a szárra kiterjedő vagy mediális támasz nélküli törések esetében használatos <p>A kiegészítéses PHILOS javallatai</p> <ul style="list-style-type: none"> – ugyanazok mint a PHILOS és a hosszú PHILOS esetében, azzal a különbséggel, hogy kizárólag osteoporoticus csontok esetében használatos – a perforált csavarok cementes állománynövelés nélkül is használhatók 	A kiegészítéses PHILOS ellenjavallatai – Olyan esetekben, amikor fennáll a cement törési részbe, illetve az ízületi vagy vaszkuláris képletekbe történő beszívargásának a lehetséges kockázata (pl. ízületbe hatoló töréseken keresztül)
3,5 mm-es négyoldalú felületű lemezek	A Synthes gyártmányú 3,5 mm-es négyoldalú felületű lemezek az acetabulumtörésekhez tartosul, a négyoldalú felületet érintő szilánkos törések kezelésére javallottak a Synthes medencei rekonstrukciós lemezekkel együtt alkalmazva.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
1,5 és 2,0 mm-es forgáskorrekciós lemezek	<p>1. Az ujjpercek és a kézközépcsontok minden olyan törése, amikor a pontos repozíció nehezen kivitelezhető vagy gyakran előfordulhat rotációs hiba.</p> <ul style="list-style-type: none"> – a kézközépcsontok subcapitalis törései (különösen az impakciós kompressziós törések esetében) – transzverzális törések – rövid ferde törések – szilánkos törések – defektussal járó törések (körfűrész okozta sérülések) – az ujjak amputációs sérülései (elsődleges rövidüléssel) – Winterstein-törés, Rolando-törés <p>2. Axiális és/vagy arányhibákkal gyógyult ujjperc- vagy kézközépcsont-törések korrekciós oszteotómiája. Metafizistörések, szilánkos törések és osteoporoticus csontok esetében a klinikai eredmények javíthatók a szögstabil csavar/lemez csatlakoztatásával.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Keresztcsonti rudak	A Synthes gyártmányú keresztcsonti rudak a medence hátsó szakaszának, a spina iliaca posterior superior és a spina iliaca posterior inferior területén történő rögzítésére javallottak, valamint a keresztcsonttörések és a sacroiliacalis ízület töréses diszlokációjának kezelésére.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Combsontfej ízületi végének elcsúszásához (SCFE) való csavarrendszer	<p>A combsontfej ízületi végének elcsúszásához (SCFE) való csavarok használata a következő esetekben javallott:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elcsúszott combsontfej-epifizis <p>Az eszköz nincs engedélyezve a nyaki, háti vagy ágyéki csigolyák hátsó elemeinek (csigolyaívek) csavaros csatlakoztatásához vagy rögzítéséhez.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
3,5 mm-es rugólemezek	A Synthes gyártmányú 3,5 mm-es rugólemez medencei és acetabularis rekonstrukciós műtétekhez használatos	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Dinamikus csípőrendszerhez (DHS) való normál trefond csavar kompressziós zárólemez dinamikus csavarvonalas csípőrendszerhez (LCP DHHS) való oldallemezzel	<ul style="list-style-type: none"> – 31-A1-es és 31-A2-es típusú pertrochantericus törések – 31-A3-as típusú intertrochantericus törések – 31-B típusú combnyaktörések (DHS csavar forgásgátló csavarral együtt) – subtrochantericus törések 	<p>A DHS nem használható olyan esetekben, amikor a következők gyakran előfordulhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Szepszis – Malignus primer vagy metasztatikus daganatok – Érzékenység az anyaggal szemben – Sérült érrendszer

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Saroklemez	A saroklemezekkel a sarokcsont törései kezelhetők. A saroklemez használata a sarokcsont töréseihez és oszteotómiáihoz javallott, ideértve többek között az extraartikuláris, intraartikuláris, ízületi depressziós és nyelv alakú (a sarokcsont tuberositását hátrafelé meghaladó, az ízületi felszínt részben érintő, hosszirányú) töréseket.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Záró saroklemez	A záró saroklemezekkel a sarokcsont komplex törései kezelhetők. A záró saroklemez használata a sarokcsont töréseihez és oszteotómiáihoz javallott, ideértve többek között az extraartikuláris, intraartikuláris, ízületi depressziós, nyelv alakú (a sarokcsont tuberositását hátrafelé meghaladó, az ízületi felszínt részben érintő, hosszirányú) és a súlyos, szilánkos töréseket.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
TomoFix	<p>TomoFix mediális magas sípcsontlemez és mediális magas sípcsontlemez alacsony növésű betegek számára: A mediális proximális sípcsontszakasz nyitó és záró ékoszteotómiája a következők kezelésére: – egyrekeszes mediális vagy laterális térdízületi artrózis a proximális sípcsontszakasz deformálásával – a proximális sípcsontszakasz idiopathiás vagy poszttraumás varus vagy valgus deformítása</p> <p>TomoFix laterális magas sípcsontlemez: A laterális proximális sípcsontszakasz nyitó és záró ékoszteotómiája a következők kezelésére: – egyrekeszes mediális vagy laterális térdízületi artrózis a proximális sípcsontszakasz deformálásával – a proximális sípcsontszakasz idiopathiás vagy poszttraumás varus vagy valgus deformítása</p> <p>TomoFix laterális disztális combcsontlemez: A laterális disztális combcsontszakasz nyitó és záró ékoszteotómiája a következők kezelésére: – egyrekeszes mediális vagy laterális térdízületi artrózis a disztális combcsontszakasz deformálásával – a disztális combcsontszakasz idiopathiás vagy poszttraumás varus vagy valgus deformítása</p>	Gyulladásos arthritisz
TomoFix mediális disztális combcsontlemez (MDF)	A mediális disztális combcsontszakasz záró ékoszteotómiája a következők kezelésére: – egyrekeszes laterális térdízületi artrózis a disztális combcsontszakasz valgus deformálásával – a disztális combcsontszakasz idiopathiás vagy poszttraumás valgus deformítása – kiegészítő rögzítés a komplex disztális combcsonttörésekhez	Gyulladásos arthritisz
TomoFix mediális magas sípcsontlemez (MHT)	A mediális proximális sípcsontszakasz nyitó és záró ékoszteotómiája a következők kezelésére: – egyrekeszes mediális vagy laterális térdízületi artrózis a proximális sípcsontszakasz deformálásával – a proximális sípcsontszakasz idiopathiás vagy poszttraumás varus vagy valgus deformítása	Gyulladásos arthritisz
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es bokasérüléshez való rendszer	<p>Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es mediális disztális sípcsontlemez A komplex disztális intra- és extraartikuláris sípcsonttörések kezelésére javallott.</p> <p>Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es anteromedialis disztális sípcsontlemez A komplex disztális intra- és extraartikuláris sípcsonttörések kezelésére javallott.</p> <p>Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es anterolaterális disztális sípcsontlemez A komplex disztális intra- és extraartikuláris sípcsonttörések kezelésére javallott.</p> <p>Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7 mm-es laterális disztális lábszárcsontlemez A disztális lábszárcsontszakasz metafizeális és diafizeális területét érintő törések, és elmaradt csontegyesülés rögzítésére használatos, főként oszteopéniás csontok esetén.</p> <p>Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,7 mm-es posterolaterális L- és T-lemezek A disztális sípcsontot érintő részleges ízületi törések és csontfragmentumok megtámasztására javallott.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) anterior kulcscsontlemez	<ul style="list-style-type: none"> – a kulcscsont szárának törései – a kulcscsont oldalsó szakaszának törései – a kulcscsont hibás csontegyesülése – a kulcscsont elmaradt egyesülése 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) 4,5/5,0 mm-es fejecselemez	A Synthes gyártmányú állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) 4,5/5,0 mm-es fejecselemez rendszer a többdarabos disztális combcsonttörések megtámasztására javallott, ideértve a supracondylaris, intraartikuláris és extraartikuláris condylaris töréseket, a protézis körüli töréseket, a normál szerkezetű vagy oszteopéniás csontokban kialakult töréseket, a csontegyesülés elmaradását és a hibás csontegyesüléseket is.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es disztális felkarcsontlemezek	<ul style="list-style-type: none"> – a disztális felkarcsontszakasz intraartikuláris törései – a disztális felkarcsontszakasz supracondylaris törései – a disztális felkarcsontszakasz elmaradt egyesülése – a disztális felkarcsont oszteotómiai (pl. hibás csontegyesülés, deformitások miatt) 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA LCP) 3,5 mm-es mediális oszlopos egyesítő lemezek	A DePuy Synthes gyártmányú állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA LCP) 3,5 mm-es mediális oszlopos egyesítő lemezek használata az első lábközépcsont, a mediális ékcsont, a sarkcsont és az ugrócsont alkotta mediális oszlop deformitásai, súlyos artritisze és artrózia esetén javallott.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) 2,7/3,5 mm-es könyökcsúcslemezek	<p>Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) proximális könyökcsúcslemezek</p> <ul style="list-style-type: none"> – a proximális könyökcsúcsszakasz törései – könyökcsúcs-oszteotómia a disztális felkarcsonttörés kezelésére <p>Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) könyökcsúcslemezek</p> <ul style="list-style-type: none"> – a könyökcsúcs intraartikuláris törései, ideértve a koronaryúlványra kiterjedő töréseket – a könyökcsúcs csontegyesülésének elmaradása – a könyökcsúcs oszteotómiai (pl. hibás csontegyesülés, deformitások miatt) <p>Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) proximális singcsontlemez, extraartikuláris</p> <ul style="list-style-type: none"> – a proximális singcsontszakasz extraartikuláris törései – csontegyesülés elmaradása a proximális singcsontszakaszon – a proximális singcsontszakasz oszteotómiai (pl. hibás csontegyesülés, deformitások miatt) 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (VA-LCP) 3,5 mm-es proximális sípcsontlemez	<p>A sípcsont proximális szakaszának törései felnőttknél és lezárt növekedési lemezzel rendelkező serdülőknél</p> <ul style="list-style-type: none"> – proximális hasadáson, depressziós vagy hasadáson-depressziós törések – bicondylaris vagy tisztán metafizális törések – társuló metafizis- vagy szár törések – Protézis körüli törések 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű (VA) 2,7 mm-es záró saroklemez	<p>Állítható szögű (VA) 2,7 mm-es záró saroklemez</p> <p>A Synthes gyártmányú állítható szögű (VA) 2,7 mm-es záró saroklemez a sarokcsont intraartikuláris és extraartikuláris töréseinek, valamint deformitásainak és hibás csontegyesüléseinek kezelésére javallottak.</p> <p>Állítható szögű 2,7 mm-es záró anterolaterális saroklemez</p> <p>A Synthes gyártmányú állítható szögű (VA) 2,7 mm-es, különálló csavarokkal kombinálva használt záró anterolaterális saroklemez a sarokcsont intraartikuláris és extraartikuláris töréseinek, valamint deformitásainak és hibás csontegyesüléseinek kezelésére javallottak.</p>	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű (VA) záró, kéztőcsontok közötti egyesítő rendszer	A kéz kis méretű csontjainak egyesítésére javallott, ideértve a horgascsontot, a fejecscsontot, a holdascsontot és a háromszögletű csontot, továbbá a sikertelen részleges csuklóegyesítés revíziójához, valamint a fájdalmat vagy funkcióvesztést okozó következő eltérések esetében: <ul style="list-style-type: none"> – osteoarthritis – rheumatoid arthritis – poszttraumás vagy degeneratív csuklóartrózis – kéztőcsontok instabilitása 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4/2,7 mm-es 1-es számú MTP egyesítőlemezek	Állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszerhez tartozó, az 1. metakarpofalangeális (MTP) ízülethez való egyesítőlemez az első MTP ízület deformitásának (hallux rigidus) és töréseinek, elmaradt csontegyesülések kezelésére, valamint az első lábközépcsont visszaültetéséhez használatos, különös oszteopéniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es dorzális disztális orsócsontlemez	<p>Az állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4 mm-es dorzális disztális orsócsontlemez a következő esetekben javallottak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dorzális irányba elmozdult törések – metafizisdefekttal járó extraartikuláris és intraartikuláris törések – nyitott ízületi rekonstrukció – a disztális orsócsonttörések és a kéztőcsont-, illetve kézközépcsonttörések kombinációja – korrekciós oszteotómiai a disztális orsócsontszakasz hibás csontegyesülése után 	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszer	Az állítható szögű kompressziós zárólemezes (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszerhez tartozó egyenes egyesítőlemezek, egyesítő T-lemezek, egyesítő L-lemezek, lóhere alakú egyesítőlemezek és X-lemezek csonttörések és -deformitások kezelésére, revíziós műtétekhez és csontok (pl. lábtőcsontok, lábközépcsontok és ujjpercek) valamint csontfragmentumok visszaültetéséhez használatosak, különösen oszteopéniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

Rendszerek	Javallatok	Ellenjavallatok
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es rácsos lemez	Az állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszer részét képező rácsos lemez a lábélőt és a lábközépet érintő törések, deformitások, súlyos osteoarthrosisok, valamint elmaradt vagy hibás csontegyesülések kezelésére javallott, különösen oszteopéniás csontok esetében. Ezenkívül a DePuy Synthes állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es rácsos lemez használata javallott a patella törésének rögzítésére és stabilizálására normális és oszteopéniás csontok esetén, érett csontvázrendszerű betegekben.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es nyílt ékes lemezek	Az állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszerhez tartozó nyílt ékes lemezek az első lábközépcsont deformitásának (hallux valgus) és töréseinek, elmaradt csontegyesülésének kezelésére, valamint visszaültetéséhez használatos, különös oszteopéniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábtölemez	A Synthes gyártmányú állítható szögű (VA) záró lábtöcsontlemezek törések, oszteotomiák, elmaradt csontegyesülések, replantációk rögzítésére, valamint a köbcsont és a sajkacsont egyesítéséhez használatosak, főként osteopeniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) tarsometatarsális (TMT) 2,4/2,7 mm-es egyesítőlemez	Az állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszerhez tartozó, az 1. TMT ízülethez való egyesítőlemez az első tarsometatarsalis (MTP) ízület deformitásának (hallux valgus) és töréseinek, elmaradt csontegyesülésének kezelésére, valamint az első lábközépcsont visszaültetéséhez használatos, különös oszteopéniás csontok esetében. Az állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4/2,7 mm-es lábélő-/lábközéprendszerhez tartozó, TMT egyesítőlemez a második és harmadik tarsometatarsalis (TMT) ízület deformitásainak és töréseinek, elmaradt csontegyesülésének kezelésére, valamint a második és a harmadik lábközépcsont visszaültetéséhez használatos, különös oszteopéniás csontok esetében.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,4 mm-es kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez/steril disztális orsócsontkészlet	A 2,4 mm-es állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez az orsócsont disztális szakaszán található intra-vagy extraartikuláris törések vagy oszteotomiák rögzítésére javallottak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (VA-LCP) 2,4/2,7 mm-es kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez, extra hosszú	A DePuy Synthes VA-LCP 2,4/2,7 mm-es kétoszlopos palmáris disztális orsócsontlemez, extra hosszú a disztális orsócsontszakaszt érintő, az orsócsontdiafizisre kiterjedő vagy nem kiterjedő, intraartikuláris és extraartikuláris törések, oszteotomiák, elmaradt csontegyesülés és hibás csontegyesülés esetén használatos.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) 2,4 mm-es palmáris peremes disztális orsócsontlemez	A 2,4 mm-es állítható szögű kompressziós zárólemez (LCP) palmáris peremes disztális orsócsontlemez az orsócsont disztális szakaszán található komplex intra- vagy extraartikuláris törések rögzítésére javallottak.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.
Állítható szögű záró kézrendszer	Az állítható szögű záró kézrendszer a kezet érintő törések, deformitások és degeneratív betegségek kezelésére javallott.	Ezeknek az eszközöknek nincsenek specifikus ellenjavallatai.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com