
Инструкции за употреба

387.343 Водеща тръба SynFrame

387.344 Ъглова хирургическа пръчка SynFrame

387.336 Поддържащ пръстен SynFrame

Тези указания за употреба не са предназначени за разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба

387.343	Водеща тръба SynFrame за ъглова хирургическа пръчка № 387.344, за основната система
387.344	Ъглова хирургическа пръчка SynFrame, за основната система
387.336	Поддържащ пръстен SynFrame Ø 300 mm, от две части, цялостна, за основната система

Моля, преди употреба, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, брошурата на Synthes "Важна информация" и съответните хирургични техники. Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материали

Материали:	Стандарти:
Нерждаема стомана (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

Предназначение

SynFrame е система за хирургичен достъп и ретракция. Тя се състои от основна система (основна конструкция) и модули, които са специално проектирани за съответните изисквания и нужди при различни показания и/или техники за достъп (например, преден лумбален достъп за тотална смяна на диск).

Третиране преди използване на изделието

Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилно състояние, трябва да се почистят и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване ги извадете от оригиналната опаковка. Преди стерилизация с пара поставете продукта в одобрена обвивка или контейнер. Следвайте указанията за почистване и стерилизация, дадени в брошурата на Synthes "Важна информация".

Обработка/повторна обработка на изделието

Подробни указания за обработка на имплантите и повторна обработка на изделията за многократна употреба, на таблетите и кутиите за инструменти, са посочени в брошурата на Synthes "Важна информация". Указания за азглобяване и разглобяване на инструментите "Разглобяване на инструменти, състоящи се от много части" може да се свалят от: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Допълнителна информация, специфична за изделието

Системата SynFrame е изолирана от заземената операционна маса чрез универсален държач SynFrame за операционна маса (387.342), в съответствие със стандартите за безопасност IEC 60601-1 и IEC 60602-2, VDE 0750 част 2 и VDE 0753 за позициониране без заземяване на пациентите.

Synthes може да гарантира позициониране без заземяване на пациентите, само ако SynFrame се използва заедно с универсален държач SynFrame за операционна маса (387.342), която трябва да бъде в отлично състояние.

За инструкции относно манипулирането с универсалния държач направете справка в Хирургичната техника SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com