

---

## Návod k použití

387.343 Trubka vodicí SynFrame

387.344 Tyč zahnutá SynFrame

387.336 Přídržný kroužek SynFrame

Tento návod k použití není určen k distribuci ve Spojených státech.

# Návod k použití

387.343	Trubka vodičí SynFrame, pro zahnutou tyč č. 387.344, pro základní systém
387.344	Tyč zahnutá SynFrame, pro základní systém
387.336	Přidržený kroužek SynFrame Ø 300 mm, dvoudílný, kompletní, pro základní systém

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgické techniky. Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

## Materiály

Materiály:	Normy:
Nerezová ocel (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

## Zamýšlený účel

SynFrame je systém chirurgického přístupu a retrakční systém. Skládá se ze základního systému (základní konstrukce) a modulů, které jsou speciálně navrženy pro příslušné požadavky a potřeby různých indikací a/nebo přístupových technik (například přední bederní přístup pro úplnou náhradu plotének).

## Ošetření před použitím prostředku

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním odstraňte všechny původní obaly. Před sterilizací parou umístěte produkt do schváleného obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

## Příprava / opětovná příprava prostředku

Podrobné pokyny pro přípravu implantátů a opětovnou přípravu opakovaně použitelných prostředků, nástrojových sít a pouzder jsou popsány v příručce společnosti Synthes „Důležité informace“. Pokyny pro sestavení a rozebrání nástrojů „Rozebrání vícedílných nástrojů“ je možné stáhnout na: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Dodatečné informace specifické pro prostředek

Systém SynFrame je izolovaný univerzálním držákem SynFrame pro operační stoly (387.342) od uzemněného operačního stolu v souladu s bezpečnostními normami IEC 60601-1 a IEC 60602-2, VDE 0750, část 2, a VDE 0753 o polohování pacientů bez uzemnění.

Synthes může zaručit polohování pacienta bez uzemnění, pouze pokud je SynFrame použit v kombinaci s univerzálním držákem SynFrame pro operační stoly (387.342), který musí být v perfektním stavu.

Pokyny týkající se manipulace s univerzálním držákem najdete v návodu chirurgické techniky SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)