

---

## Brugsanvisning

387.343	SynFrame-føringsrør
387.344	SynFrame-vinkelstang
387.336	SynFrame-spændering

Brugsanvisningen er ikke beregnet til  
distribuering i USA.

# Brugsanvisning

387.343	SynFrame-føringsrør til vinkelstang, katalognr. 387.344, til standardsystem
387.344	SynFrame-vinkelstang, til standardsystem
387.336	SynFrame-spændering Ø 300 mm, todelt, komplet, til standardsystem

Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" og de tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Sørg for at være bekendt med den egnede kirurgiske teknik.

## Materialer

Materialer:	Standarder:
Rustfrit stål (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

## Tilsluttet anvendelse

SynFrame er et kirurgisk adgangs- og retraktionssystem. Det består af et standardsystem (standardkonstruktion) og moduler, der er designet specielt til de specifikke krav og behov i forbindelse med forskellige indikationer og/eller adgangsteknikker (f.eks. anterior lumbal adgang ved indsættelse af total kondylprotese).

## Behandling inden ibrugtagning af anordningen

Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring implantatet i et godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".

## Rengøring, sterilisering og resterilisering af anordningen

Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" indeholder detaljerede anvisninger i rengøring og sterilisering af implantater og resterilisering af genanvendelige anordninger, instrumentbakker og etuier. Anvisninger i montering og demontering af instrumenter, "Demontering af instrumenter med flere dele", kan downloades fra: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Yderligere anordningsspecifikke oplysninger

SynFrame-systemet er isoleret fra jordet operationsbord ved hjælp af en SynFrame-universalholder til operationsbord (387.342) i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne IEC 60601-1 og IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 og VDE 0753 vedrørende jordingsfri patientpositionering.

Synthes kan kun garantere jordingsfri patientpositionering, hvis SynFrame-systemet anvendes sammen med en SynFrame-universalholder til operationsbord (387.342), som skal være i perfekt stand.

Der henvises til den kirurgiske SynFrame-teknik (DSEM/SPN/0616/0530) for anvisninger i håndtering af universalholderen.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tlf.: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)