
Gebrauchsanweisung

387.343 SynFrame-Führungsrohr

387.344 SynFrame-Winkelstange

387.336 SynFrame-Haltering

Diese Gebrauchsanweisung ist nicht zur
Verteilung in den USA bestimmt.

Gebrauchsanweisung

387.343	SynFrame-Führungsrohr, für Winkelstange Nr. 387.344, für Basissystem
387.344	SynFrame-Winkelstange für Basissystem
387.336	SynFrame-Haltering Ø 300 mm, zweiteilig, komplett, für Basissystem

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung, die Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ sowie die produktspezifische Operationstechnik genau durch. Der Operateur muss mit der geeigneten Operationstechnik umfassend vertraut sein.

Materialien

Materialien:	Normen:
Stahl (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

Verwendungszweck

SynFrame ist ein modulares Zugangs- und Retraktionssystem. Es besteht aus einem Basissystem (Grundkonstruktion) sowie Modulen, welche speziell für die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse verschiedener Indikationen und/oder Zugangstechniken entwickelt wurden (z. B. anteriorer lumbaler Zugang für Bandscheiben-Totalersatz).

Behandlung vor Gebrauch des Medizinprodukts

Synthes-Produkte, die unsteril geliefert werden, sind vor dem Gebrauch im OP zu reinigen und mit Dampf zu sterilisieren. Vor dem Reinigen die Originalverpackung vollständig entfernen. Vor der Dampfsterilisation das Sterilisationsgut in eine zugelassene Sterilisationsfolie einschweißen oder in einen geeigneten Sterilisationsbehälter legen. Die Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation in der Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ befolgen.

Aufbereitung/Wiederaufbereitung des Produkts

Detaillierte Anweisungen zur Aufbereitung von Implantaten und zur Wiederaufbereitung wiederverwendbarer Geräte, Instrumentenschalen und -behälter finden Sie in der Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“. Montage- und Demontageanweisungen für Instrumente „Demontage mehrteiliger Instrumente“ können wie folgt heruntergeladen werden:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Zusätzliche implantatspezifische Informationen

Der SynFrame-Haltesockel für den OP-Tisch (387.342) isoliert das gesamte SynFrame-System vom geerdeten OP-Tisch und erfüllt die Sicherheitsnormen IEC 60601-1 und IEC 60602-2, VDE 0750 Teil 2 und VDE 0753 zur erdschlussfreien Patientenlagerung.

Bei Einsatz des SynFrame-Systems kann eine erdschlussfreie Patientenlagerung von Synthes nur dann garantiert werden, wenn der Original-SynFrame-Haltesockel für OP-Tisch (387.342) verwendet wird und sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet.

Anweisungen zur Handhabung des Universal-Haltesockels finden Sie in der SynFrame-Operationstechnik (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel.: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com