
Mode d'emploi

387.343 Tube de guidage SynFrame

387.344 Tige coudée SynFrame

387.336 Anneau de rétention SynFrame

Ce mode d'emploi n'est pas destiné à être distribué aux États-Unis.

Mode d'emploi

| | |
|---------|--|
| 387.343 | Tube de guidage SynFrame, pour tige coudée No. 387.344, pour système de base |
| 387.344 | Tige coudée SynFrame, pour système de base |
| 387.336 | Anneau de rétention SynFrame de Ø 300 mm, en deux parties, complet, pour système de base |

Avant toute utilisation, lire attentivement ce mode d'emploi, la brochure Synthes « Informations importantes », ainsi que les techniques chirurgicales correspondantes. Le chirurgien est tenu de bien connaître la technique chirurgicale appropriée.

Matériaux

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Matériaux : | Normes : |
| Acier (SSt) | ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1 |
| Nitronic 60 (SSt) | ASTM F 899, ASTM A 276 |

Application

Le système SynFrame est un système d'abord chirurgical et d'écartement. Il se compose d'un système de base (structure de base) et de modules spécialement conçus pour les exigences et les besoins spécifiques de diverses indications et/ou techniques d'accès (par ex. abord lombaire antérieur pour remplacement total de disque).

Traitement du dispositif avant l'utilisation

Les produits Synthes fournis non stériles doivent être nettoyés et stérilisés à la vapeur avant l'utilisation chirurgicale. Avant le nettoyage, retirer tous les emballages d'origine. Avant une stérilisation à la vapeur, conditionner le produit dans un champ ou un conteneur agréé. Respecter les instructions de nettoyage et de stérilisation indiquées dans la brochure Synthes « Informations importantes ».

Traitement/retraitement du dispositif

Des instructions détaillées pour le traitement des implants et le retraitement des instruments réutilisables, des plateaux et des boîtes pour instruments sont fournies dans la brochure Synthes « Informations importantes ». Les instructions de montage et de démontage des instruments (« Démontage des instruments composés de plusieurs pièces ») peuvent être téléchargées à l'adresse : <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Informations supplémentaires spécifiques au dispositif

Le système SynFrame est isolé par le support universel SynFrame pour tables d'opération (387.342) de la table d'opération reliée à la terre, conformément aux normes de sécurité IEC 60601-1 et IEC 60602-2, VDE 0750 partie 2 et VDE 0753 sur le positionnement du patient sans mise à la terre.

Synthes peut uniquement garantir le positionnement du patient sans mise à la terre lorsque SynFrame est utilisé conjointement avec le support universel SynFrame pour tables d'opération (387.342), qui doit être en parfait état.

Pour obtenir des instructions concernant la manipulation du support universel, consultez la technique chirurgicale SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel : +41 61 965 61 11
Fax : +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com