
Lietošanas instrukcija

387.343 SynFrame virzītājcaurule

387.344 SynFrame liektais stienis

387.336 SynFrame atbalsta gredzens

Šī lietošanas instrukcija nav paredzēta izplatīšanai ASV.

Lietošanas instrukcija

387.343	SynFrame liektā stieņa Nr. 387.344 virzošā caurule, kas paredzēta pamatsistēmai
387.343	SynFrame liektais stienis, kas paredzēts pamatsistēmai
387.336	SynFrame Ø 300 mm atbalsta gredzens, divas daļas, noslēgts, paredzēts pamatsistēmai

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, Synthes brošūru "Svarīga informācija" un atbilstošos ķirurģisko metožu aprakstus. Pārliecinieties, ka labi pārzināt attiecīgo ķirurģisko metodi.

Materiāli

Materiāli:	Standarti:
Nerūsošais tērauds (SS)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SS)	ASTM F 899, ASTM A 276

Paredzētais lietojums

SynFrame ir ķirurģiskas pieejas un atvilkšanas sistēma. Tā sastāv no pamatsistēmas (pamata konstrukcija) un moduļiem, kas ir īpaši izveidoti atbilstoši prasībām un vajadzībām, kas attiecas uz dažādām indikācijām un/vai piekļuves metodēm (piemēram, lumbālās daļas anteriorai pieejai pilnīgas diska nomainas gadījumā).

Apstrāde pirms ierīces lietošanas

Synthes izstrādājumi, kas tiek piegādāti nesterilā stāvoklī, pirms to izmantošanas ķirurģijā ir jātīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā iepakojumā vai tvertnē. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti Synthes brošūrā "Svarīga informācija".

Ierīces apstrāde / atkārtota apstrāde

Detalizēti norādījumi par implantu apstrādi un atkārtoti izmantojamo ierīču, instrumentu paplašu un ietvaru atkārtotu apstrādi ir aprakstīti Synthes brošūrā "Svarīga informācija". Instrumentu sastiprināšanas un demontāžas instrukcija "Dismantling Multipart Instruments" (Vairākdaļu instrumentu demontāža) ir lejupielādējama: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Papildu informācija par šo ierīci

SynFrame sistēmu no iezemēta operāciju zāles galda izolē SynFrame operāciju zāles galda universālais turētājs (387.342), kas atbilst drošības standartiem IEC 60601-1 un IEC 60602-2, VDE 0750 2. daļa un VDE 0753 attiecībā uz pacienta pozicionēšanu bez zemējuma.

Synthes var garantēt pacienta pozicionēšanu bez zemējuma tikai tad, ja SynFrame sistēma tiek izmantota kopā ar SynFrame operāciju zāles galda universālo turētāju (387.342), kas ir nevainojamā stāvoklī.

Norādījumus attiecībā uz universālo turētāju skatiet SynFrame ķirurģiskās metodes aprakstā (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tālr.: +41 61 965 61 11
Fakss: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com