
Gebruiksaanwijzing

387.343	SynFrame geleidingslang
387.344	SynFrame gehoekte stang
387.336	SynFrame borgring

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing

387.343	SynFrame geleidings slang, voor gehoekte stang nr. 387.344, voor basissysteem
387.343	SynFrame gehoekte stang voor basissysteem
387.336	SynFrame borgring Ø 300 mm, twee delen, compleet, voor basissysteem

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

Materialen

Materialen:	Standaarden:
Roestvrij staal (rvs)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (rvs)	ASTM F 899, ASTM A 276

Beoogd gebruik

SynFrame is een chirurgisch benaderings- en retractiesysteem. Het bestaat uit een basissysteem (basisconstructie) en modules die speciaal ontworpen zijn voor de betreffende eisen en behoeften van verschillende indicaties en/of benaderingstechnieken (bv. anterieure lumbale benadering voor totale discusvervanging).

Behandeling voordat het instrument wordt gebruikt

Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging al het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde sterilisatiepakket of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en steriliseren in de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes.

Verwerken/herverwerken van het instrument

Uitgebreide instructies voor het verwerken van implantaten en het opnieuw verwerken van herbruikbare instrumenten, instrumenttrays en koffers vindt u in de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes. Aanwijzingen voor montage en demontage van instrumenten "Meerdere instrumenten demonteren" kunt u downloaden op: <http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Aanvullende instrumentenspecifieke informatie

Het SynFrame-systeem is geïsoleerd met de SynFrame universele houder voor de OK-tafel (387.342) van de gearde OK-tafel, in overeenstemming met de veiligheidsstandaards IEC 60601-1 en IEC 60602-2, VVD 0750 deel 2 en VDE 0753 met betrekking tot patiëntpositionering zonder aarde.

Synthes kan uitsluitend patiëntpositionering zonder aarde garanderen indien SynFrame in combinatie met de SynFrame universele houder voor de OK-tafel (387.342) gebruikt wordt, die in een perfecte staat moet zijn.

Voor instructies met betrekking tot het hanteren van de universele houder verwijzen we u naar de chirurgische technieken van SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com