
Bruksanvisning

- 387.343 SynFrame styrerør
- 387.344 SynFrame vinkelstang
- 387.336 SynFrame holdering

Denne bruksanvisningen er ikke ment for distribusjon i USA.

Bruksanvisning

387.343	SynFrame Guiding Tube, for Angled Rod No. 387.344, for Basic System
387.344	SynFrame Angled Rod, for Basic System
387.336	SynFrame Holding Ring Ø 300 mm, two-part, complete, for Basic System

Les denne bruksanvisningen, Synthes-brosjyren "Viktig informasjon" og korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Tilse at du er kjent med riktig kirurgisk teknikk.

Materialer

Materialer:	Standarder:
Rustfritt stål (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 rustfritt stål (SSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

Tiltenkt bruk

SynFrame er et kirurgisk innførings- og uttrekkingsystem. Det består av et grunnleggende system (grunnleggende konstruksjon) og moduler som er spesialutformet for spesifikke krav og behov ved ulike indikasjoner og/eller innføringsteknikker (f.eks. anterior lumbar innføring for komplett utskiftning av skive).

Behandling før enheten brukes

Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalforpakning. Før dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Prosessering/reprosessering av enheten

Detaljerte instruksjoner for prosessering av implantater og reprosessering av gjenbrukbare enheter, instrumentbrett og bokser er beskrevet i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon". Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter ("Demontering av flerdelsinstrumenter") kan lastes ned fra: <http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Ytterligere enhetsspesifikk informasjon

SynFrame-systemet isoleres fra det jordede operasjonsbordet ved bruk av SynFrame universalholder for operasjonsbord (387.342), som samsvarer med sikkerhetsstandard IEC 60601-1 og IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 og VDE 0753 vedrørende jordingsfri pasientplassering.

Synthes kan bare garantere jordingsfri pasientplassering hvis SynFrame brukes med SynFrame universalholder for operasjonsbord (387.342), og denne er uten feil og mangler.

For spesifikke instruksjoner for håndtering av universalholderen, se beskrivelsen av kirurgisk teknikk ved bruk av SynFrame (DSEM/CMF/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com