

---

## Bruksanvisning

387.343 SynFrame-riktinstrument

387.344 SynFrame-vinklad stång

387.336 SynFrame-hållring

Denna bruksanvisning är inte avsedd för distribution in USA.

# Bruksanvisning

387.343	SynFrame-riktinstrument, för vinklad stång nr 387.344, för grundsystem
387.344	SynFrame-vinklad stång, för grundsystem
387.336	SynFrame-hållring Ø 300 mm, i två delar, komplett, för grundsystem

Läs bruksanvisningen, broschyren "Viktig information" från Synthes och motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

## Material

Material:	Standarder:
Rostfritt stål (SSSt)	ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSSt)	ASTM F 899, ASTM A 276

## Avsedd användning

SynFrame är en kirurgisk metod och ett retraktionssystem. Det består av ett grundsystem (grundstruktur) och moduler speciellt utformade för krav och behov för olika indikationer och/eller kirurgiska metoder (t.ex. främre operation i landryggen för diskartroplastik).

## Behandling innan enheten används

Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före operation. Ta bort hela originalförpackningen innan rengöring. Placera produkten inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare innan ångsterilisering. Följ instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren "Viktig information" från Synthes.

## Bearbetning/rekonditionering av enheten

Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och rekonditionering av återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i broschyren "Viktig information" från Synthes. Instruktioner för montering och demontering av instrument, "Demontering av instrument med flera delar", kan laddas ned från: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Ytterligare enhetsspecifik information

SynFrame-systemet är isolerat av SynFrame-universalhållaren för operationsbord (387.342) från det jordade operationsbordet, i överensstämmelse med säkerhetsnormerna IEC 60601-1 och IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 och VDE 0753 om jordningsfri placering av patienten.

Synthes kan endast garantera jordningsfri placering av patienten om SynFrame används tillsammans med SynFrame-universalhållaren för operationsbord (387.342), som måste vara i perfekt skick.

För instruktioner om hantering av universalhållaren, se kirurgisk teknik för SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)