
Návod k použití

03.820.282 Kluzné kladivo na krční páteř

Tento návod k použití není určen k distribuci
ve Spojených státech.

Návod k použití

03.820.282 Kluzné kladivo na krční páteř

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgických technik. Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

Materiál

Materiál: Norma:
Nerezová ocel DIN EN ISO 10088-3
Nerezová ocel DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Zamýšlený účel

Kluzné kladivo na krční páteř je určeno pouze pro použití při odstraňování nástrojů, jako jsou dláta nebo držáky implantátů. Nikdy nepoužívejte k posunu nástrojů do těla obratle.

Nasuňte kluzné kladivo na krční páteř na konec nástroje, dokud se nezacvakne rychlospojka. Držte nástroj rukou a působte silou směrem nahoru, abyste vytáhli nástroj z těla obratle. Opakujte tento proces, dokud není nástroj odstraněn.

Odpojte kluzné kladivo na krční páteř z nástroje zatlačením na konec posuvného kladiva.

Varování

Varování specifická pro prostředek:

Nikdo nepoužívejte k posunu nástrojů.

Nikdy nenechte vniknout kluzné kladivo na krční páteř, když je připojeno k nástroji do pacienta, abyste zabránili poškození anatomických struktur v důsledku naklonění konstruktu nástroje.

Nepůsobte nadměrnou silou na kluzné kladivo na krční páteř a zabraňte nekontrolovanému pádu hmotnosti kluzného kladiva.

Kombinace zdravotnických prostředků

Kluzné kladivo na krční páteř se může používat pouze k odstraňování nástrojů.

Společnost Synthes netestovala kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

Ošetření před použitím prostředku

Hmotnost kluzného kladiva musí být umístěna uprostřed vodící tyče během čištění a sterilizace.

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním odstraňte všechny původní obaly. Před sterilizací parou umístěte produkt do schváleného obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

Příprava / opětovná příprava prostředku

Podrobné pokyny pro přípravu implantátů a opětovnou přípravu opakovaně použitelných prostředků, nástrojových podnosů a pouzder jsou popsány v příručce společnosti Synthes „Důležité informace“. Pokyny pro sestavení a rozebrání nástrojů „Rozebrání vícedílných nástrojů“ je možné stáhnout na:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com