
Brugsanvisning

03.820.282 Slædehammer til columna cervicalis

Brugsanvisningen er ikke beregnet til
distribuering i USA.

Brugsanvisning

03.820.282 Slædehammer til columna cervicalis

Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" og de tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Sørg for at være bekendt med den egnede kirurgiske teknik.

Materiale

Materiale: Standard:
Rustfrit stål DIN EN ISO 10088-3
Rustfrit stål DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Tilslået anvendelse

Slædehammeren til columna cervicalis er kun beregnet til fjernelse af instrumenter såsom mejsler eller implantatholdere. Brug aldrig anordningen til fremføring af instrumenter i hvirvellegemet.

Placer slædehammeren til columna cervicalis på enden af instrumentet, indtil hurtigkoblingen klikker på plads. Hold fast i instrumentet med den ene hånd, og tryk slædehammeren opad med den anden hånd for at trække instrumentet ud af hvirvellegemet. Gentag proceduren, indtil instrumentet er fjernet.

Frakobl slædehammeren til columna cervicalis fra instrumentet ved at skubbe på enden af slædehammeren.

Advarsler

Anordningspecifikke advarsler:

Brug aldrig anordningen til fremføring af instrumenter.

Giv aldrig slip på slædehammeren til columna cervicalis, når den er fastgjort til et instrument i patienten, for at undgå beskadigelse af anatomiske strukturer pga. tiltning af instrumentkonstruktionen.

Undlad at anvende overdreven kraft på slædehammeren til columna cervicalis, og undgå utilsigtet at tabe slædehammerens vægtlod på gulvet.

Kombination af medicinske anordninger

Slædehammeren til columna cervicalis må kun anvendes til fjernelse af instrumenter. Synthes har ikke testet kompatibiliteten med anordninger fra andre producenter og påtager sig intet ansvar i disse tilfælde.

Behandling inden ibrugtagning af anordningen

Slædehammerens vægtlod skal placeres i midten af styrestangen under rengøring og sterilisering.

Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring produktet i et godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".

Rengøring, sterilisering og resterilisering af anordningen

Der gives detaljerede anvisninger i rengøring og sterilisering af implantater og resterilisering af genanvendelige anordninger, instrumentbakker og etuier i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger". Anvisninger i montering og demontering af instrumenter, "Demontering af instrumenter med flere dele", kan downloades fra: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com