
Gebrauchsanweisung

03.820.282 Gleithammer für Halswirbelsäule

Diese Gebrauchsanweisung ist nicht zur
Verteilung in den USA bestimmt.

Gebrauchsanweisung

03.820.282 Gleithammer für Halswirbelsäule

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung, die Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ sowie die produktspezifische Operationstechnik genau durch. Der Operateur muss mit der geeigneten Operationstechnik umfassend vertraut sein.

Material

Material: Standard:
Stahl DIN EN ISO 10088-3
Stahl DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Verwendungszweck

Der Gleithammer für Halswirbelsäule ist ausschließlich für die Entfernung von Instrumenten aus dem Operationssitus vorgesehen (z. B. Meissel oder Implantathalter). Den Gleithammer unter keinen Umständen dazu verwenden, Instrumente in den Wirbelkörper zu treiben.

Den Gleithammer für Halswirbelsäule auf das Ende des Instruments schieben, bis die Schnellkupplung einrastet. Mit einer Hand das Instrument fassen, mit der anderen Hand den Gleithammer nach oben ziehen, um das Instrument aus dem Wirbelkörper herauszuziehen. Vorgang wiederholen, bis das Instrument entfernt ist.

Auf das Ende des Gleithammers drücken, um den Gleithammer für Halswirbelsäule vom Instrument zu lösen.

Warnungen

Produktspezifische Warnungen:

Den Gleithammer niemals dazu verwenden, Instrumente in den Operationssitus zu treiben.

Den Gleithammer für Halswirbelsäule unter keinen Umständen loslassen, wenn dieser an einem Instrument befestigt ist, welches sich im Patienten befindet, sonst kann es durch Abkippen der Instrumentenmontage zu Verletzungen anatomischer Strukturen kommen.

Beim Gebrauch des Gleithammers für Halswirbelsäule keinen übermäßigen Kraftaufwand ausüben und ein unkontrolliertes Ausschlagen des Schlaggewichts vermeiden.

Kombination von Medizinprodukten

Der Gleithammer für Halswirbelsäule ist ausschließlich zur Entfernung von Instrumenten aus dem Operationssitus vorgesehen.

Synthes hat das Produkt nicht im Hinblick auf seine Kompatibilität mit Medizinprodukten anderer Hersteller geprüft und übernimmt in solchen Fällen keine Haftung.

Behandlung vor Gebrauch des Medizinprodukts

Das Schlaggewicht während des Reinigens und Sterilisierens mittig auf dem Führungsstab positionieren.

Synthes-Produkte, die unsteril geliefert werden, sind vor dem Gebrauch im OP zu reinigen und mit Dampf zu sterilisieren. Vor dem Reinigen die Originalverpackung vollständig entfernen. Vor der Dampfsterilisation das Sterilisationsgut in eine zugelassene Sterilisationsfolie einschweißen oder in einen geeigneten Sterilisationsbehälter legen. Die Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation in der Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ befolgen.

Aufbereitung/klinische Aufbereitung des Produkts

Detaillierte Anweisungen zur Aufbereitung von Implantaten und zur klinischen Aufbereitung wiederverwendbarer Geräte, Instrumentenschalen und -behälter finden Sie in der Synthes Broschüre „Wichtige Informationen“. Montage- und Demontageanweisungen für Instrumente „Demontage mehrteiliger Instrumente“ können wie folgt heruntergeladen werden:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com