

---

# Kasutusjuhend

## 03.820.282 kaelalülide tõmbehaamer

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

# Kasutusjuhend

## 03.820.282 kaelalülide tõmbehaamer

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes'i brošüüri „Oluline teave“ ja vastavate kirurgiliste meetodite juhendeid. Veenduge, et tunnete asjakohast kirurgilist meetodit.

### Materjal

Materjal: Standard:  
Roostevaba teras DIN EN ISO 10088-3  
Roostevaba teras DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Kasutusotstarve

Kaelalülide tõmbehaamer on ette nähtud kasutamiseks ainult instrumentide eemaldamise korral, näiteks meisli või implantaadihoidikute eemaldamiseks. Mitte kunagi ei tohi seda kasutada instrumentide sisestamiseks lülkehasse.

Libistage kaelalülide tõmbehaamer instrumendi otsa, kuni kiirühendus klõpsatab kinni. Ühe käega hoidke instrumenti ja teise käega tõmmake tõmbehaamrit jõuga ülespoole, et instrument lülkehast välja tõmmata. Korrake seda protsessi, kuni instrument on eemaldatud.

Ühendage kaelalüli tõmbehaamer instrumendi küljest lahti, vajutades tõmbehaamri otsa.

### Hoiatused

Seadmespetsiifilised hoiatused:

Mitte kunagi ei tohi seda kasutada instrumentide sisestamiseks.

Mitte kunagi ei tohi kaelalülide tõmbehaamrit käest lahti lasta sel ajal, kui see on ühendatud patsiendi sees oleva instrumendiga, et vältida anatoomiliste struktuuride kahjustamist instrumendi konstruktsiooni kallutamise tõttu.

Kaelalülide tõmbehaamrit ei tohi liiga kõvasti tõmmata ja tuleb vältida tõmbehaamri raskuse kontrollimatut langemist.

### Meditsiiniseadmete kombinatsioon

Kaelalülide tõmbehaamrit võib kasutada ainult instrumentide eemaldamiseks.

Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ega võta sellistel juhtudel endale mingit vastutust.

### Töötlemine enne seadme kasutamist

Puhastamise ja steriliseerimise ajaks tuleb tõmbehaamri raskus paigutada juhtvarda keskele.

Synthes'i tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist puhastada ja aurugasteriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes'i brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

### Seadme töötlemine/taastöötlemine

Implantaatide töötlemise ning korduskasutatavate seadmete, instrumendialuste ja karpide taastöötlemise üksikasjalikud juhised on toodud Synthes'i brošüüris „Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised „Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)