

---

# Käyttöohjeet – 03.820.282 Kaularangan liukuvasara

Tätä käyttöohjetta ei ole tarkoitettu jakeluun  
Yhdysvalloissa.

# Käyttöohjeet –

## 03.820.282 Kaularangan liukuvasara

Lue ennen käyttöä huolellisesti nämä käyttöohjeet, Synthes-esitys ”Tärkeitä tietoja” ja asiaankuuluvat leikkaustekniikat. Varmista, että olet perehtynyt tarkoituksenmukaiseen leikkaustekniikkaan.

### Materiaali

Materiaali: Standardi:  
Ruostumaton teräs DIN EN ISO 10088-3  
Ruostumaton teräs DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Käyttötarkoitus

Kaularangan liukuvasara on tarkoitettu käytettäväksi vain instrumenttien, kuten talttojen tai implantinpidikkeiden poistamiseen. Älä koskaan käytä sitä instrumenttien viemiseen eteenpäin nikaman solmuun.

Liu'uta kaularangan liukuvasara instrumentin päähän niin, että pikaliitin napsahtaa kiinni. Pidä yhdellä kädellä kiinni instrumentista ja käytä toisella kädellä liukuvasaraan nostovoimaa vetääksesi instrumentin ulos nikaman solmusta. Toista tätä prosessia, kunnes instrumentti on poistettu.

Irrota kaularangan liukuvasara instrumentista työntämällä liukuvasaran päätä.

### Varoitukset

Laitekohtaiset varoitukset:

Älä koskaan käytä sitä instrumenttien viemiseen eteenpäin.

Älä koskaan irrota otettasi kaularangan liukuvasarasta, kun se on kiinnitettyinä potilaassa olevaan instrumenttiin, jotta vältettäisiin anatomisten rakenteiden vahingoittuminen instrumenttirakenteen kallistumisen takia.

Älä käytä kohtuutonta voimaa kaularangan liukuvasaraan ja vältä liukuvasaran painon hallitsematonta pudottamista.

### Lääkinnällisten laitteiden yhdistelmä

Kaularangan liukuvasaraa voidaan käyttää vain instrumenttien poistamiseen.

Synthes ei ole testannut yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa eikä ota vastuuta yhteensopivuudesta.

### Käsittely ennen laitteen käyttöä

Liukuvasaran paino on sijoitettava ohjausvarren keskelle puhdistuksen ja steriloinnin aikana.

Steriloimattomina toimitetut Synthes-tuotteet on puhdistettava ja höyrysteriloitava ennen kirurgista käyttöä. Poista kaikki alkuperäispakkaukset ennen puhdistamista. Aseta tuote hyväksytyyn kääreeseen tai säiliöön ennen höyrysterilointia. Noudata Synthes-esityksessä ”Tärkeitä tietoja” esitettyjä puhdistus- ja sterilointiohjeita.

### Laitteen käsittely ja uudelleenkäsittely

Implanttien käsittelystä ja kestävästi käytettävien laitteiden, instrumenttitarjottimien ja koteloiden uudelleenkäsittelystä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet Synthesin ”Tärkeitä tietoja” -esityksessä. Instrumenttien kokoonpano- ja purkuohje ”Moniosaisen instrumenttien purkaminen” on ladattavissa osoitteessa:

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuyssynthes.com](http://www.depuyssynthes.com)