
Mode d'emploi

03.820.282 Marteau coulissant pour rachis cervical

Ce mode d'emploi n'est pas destiné à être diffusé aux États-Unis.

Mode d'emploi

03.820.282 Marteau coulissant pour rachis cervical

Avant toute utilisation, lire attentivement ce mode d'emploi, la brochure Synthes « Information importante », ainsi que les techniques chirurgicales correspondantes. Le chirurgien est tenu de bien connaître la technique chirurgicale appropriée.

Matériau

Matériau : Norme :
Acier inoxydable DIN EN ISO 10088-3
Acier inoxydable DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Utilisation prévue

Le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale est exclusivement destiné au retrait d'instruments comme des ciseaux ou des porte-implants. Ne jamais l'utiliser pour avancer des instruments dans le corps vertébral. Glisser le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale sur l'extrémité de l'instrument jusqu'à ce que le verrouillage rapide se bloque. En tenant l'instrument d'une main, exercer une force vers le haut de l'autre main sur le marteau coulissant pour tirer l'instrument hors du corps vertébral. Répéter la manœuvre jusqu'à ce que l'instrument soit extrait. Détacher le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale de l'instrument en poussant sur l'extrémité du marteau.

Avertissements

Avertissements propres au dispositif :

Ne jamais l'utiliser pour avancer des instruments.

Ne jamais lâcher le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale quand il est attaché à un instrument inséré dans le corps du patient afin d'éviter des lésions des structures anatomiques liées au basculement de l'instrument.

Ne pas appliquer de force excessive sur le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale, et éviter toute chute incontrôlée de la masselotte du marteau.

Combinaison de dispositifs médicaux

Le marteau à poignée coulissante pour colonne vertébrale cervicale doit être utilisé exclusivement pour le retrait d'instruments.

Synthes n'a pas évalué la compatibilité avec les dispositifs fournis par d'autres fabricants et décline toute responsabilité le cas échéant.

Traitement du dispositif avant l'utilisation

La masselotte du marteau à poignée coulissante doit être positionnée au milieu de la tige de guidage pendant le nettoyage et la stérilisation.

Les produits Synthes fournis non stériles doivent être nettoyés et stérilisés à la vapeur avant l'utilisation chirurgicale. Avant le nettoyage, retirer tous les emballages d'origine. Avant une stérilisation à la vapeur, conditionner le produit dans un champ ou un conteneur agréé. Respecter les instructions de nettoyage et de stérilisation indiquées dans la brochure Synthes « Information importante ».

Traitement/retraitement du dispositif

Des instructions détaillées pour le traitement des implants et le retraitement des instruments réutilisables, des plateaux et des boîtes d'instruments sont fournies dans la brochure Synthes « Information importante ». Les instructions de montage et de démontage des instruments « Démontage des instruments composés de plusieurs pièces » peuvent être téléchargées à l'adresse :

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com