

---

# Οδηγίες χρήσης

## 03.820.282 Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για διανομή στις ΗΠΑ.

# Οδηγίες χρήσης

## 03.820.282 Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, το έντυπο Synthes «Σημαντικές πληροφορίες» και τις αντίστοιχες χειρουργικές τεχνικές. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

### Υλικό

Υλικό: Πρότυπο:  
Ανοξείδωτος χάλυβας DIN EN ISO 10088-3  
Ανοξείδωτος χάλυβας DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Προοριζόμενη χρήση

Η Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης προορίζεται μόνο για την αφαίρεση εργαλείων, όπως σμίλες ή στηρίγματα εμφυτευμάτων. Ποτέ μην το χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε εργαλεία στο σπονδυλικό σώμα.

Ολίσθηστε τη Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης πάνω στο άκρο του εργαλείου μέχρι να ασφαλίσει η γρήγορη σύζευξη. Κρατώντας το εργαλείο με το ένα χέρι, εφαρμόστε μια δύναμη προς τα πάνω στη σφύρα με το άλλο χέρι για να τραβήξετε το εργαλείο έξω από το σπονδυλικό σώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να αφαιρεθεί το εργαλείο.

Αποσυνδέστε τη Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης από το εργαλείο σπρώχνοντας το άκρο της σφύρας ολίσθησης.

### Προειδοποιήσεις

Προειδοποιήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν:

Ποτέ μην το χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε εργαλεία.

Ποτέ μην αφήνετε τη Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης όταν είναι προσαρτημένη σε ένα εργαλείο στον ασθενή για να αποφύγετε βλάβες στις ανατομικές δομές λόγω κλίσης της κατασκευής του εργαλείου.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης και αποφύγετε την ανεξέλεγκτη πτώση του βάρους της σφύρας.

### Συνδυασμός ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Η Σφύρα Ολίσθησης για την Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αφαίρεση εργαλείων.

Η Synthes δεν έχει ελέγξει τη συμβατότητα με προϊόντα που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

### Επεξεργασία πριν από τη χρήση του προϊόντος

Το βάρος της Σφύρας Ολίσθησης πρέπει να τοποθετηθεί στη μέση της οδηγητικής ράβδου κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της αποστείρωσης.

Τα προϊόντα της Synthes που δεν διατίθενται αποστειρωμένα πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται με ατμό πριν από τη χειρουργική χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλη την αρχική συσκευασία. Πριν από την αποστείρωση με ατμό, τοποθετήστε το προϊόν σε εγκεκριμένο περιτύλιγμα ή περιέκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης που παρέχονται στο έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes.

### Επεξεργασία/επανεπεξεργασία του προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία των εμφυτευμάτων και την επανεπεξεργασία των επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, των δίσκων εργαλείων και των θηκών στο έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes. Μπορείτε επίσης να λάβετε τις οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των εργαλείων με τίτλο «Αποσυναρμολόγηση εργαλείων πολλαπλών τμημάτων» από την ιστοσελίδα:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)