
Istruzioni per l'uso

03.820.282 Martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale

Queste istruzioni per l'uso non sono destinate alla distribuzione negli USA.

Istruzioni per l'uso

03.820.282 Martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale

Prima dell'utilizzo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, l'opuscolo di Synthes "Informazioni importanti" e le tecniche chirurgiche corrispondenti. È necessario essere a conoscenza della tecnica chirurgica opportuna.

Materiale

Materiale: Standard:
Acciaio DIN EN ISO 10088-3
Acciaio DIN EN ISO 8734-2×22 -C1

Uso previsto

Il martello scorrevole per la colonna vertebrale cervicale è indicato unicamente per l'uso nella rimozione di strumenti quali gli scalpelli o i portaimpianto. Non utilizzarlo mai per fare avanzare gli strumenti nel corpo vertebrale.

Fare scorrere il martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale all'estremità dello strumento fino a bloccarlo nell'innesto rapido. Tenendo l'impugnatura con una mano, applicare forza verso l'alto sul martello scorrevole con l'altra mano per estrarre lo strumento dal corpo vertebrale. Ripetere la procedura fino alla completa estrazione dello strumento.

Staccare il martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale dallo strumento spingendo sull'estremità del martello scorrevole.

Avvertenza

Avvertenze specifiche per il dispositivo:

Non utilizzarlo mai per fare avanzare gli strumenti.

Non lasciare mai cadere nel paziente il martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale quando è attaccato a uno strumento onde evitare di danneggiare strutture anatomiche a seguito dell'inclinazione della struttura dello strumento.

Non applicare forza eccessiva sul martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale ed evitare cadute incontrollate del peso del martello scorrevole.

Combinazione di dispositivi medici

Il martello scorrevole per colonna vertebrale cervicale va utilizzato unicamente per la rimozione della strumentazione.

Synthes non ha testato la compatibilità con dispositivi forniti da altri produttori e non assume alcuna responsabilità in questi casi.

Trattamento prima dell'uso del dispositivo

Durante le operazioni di pulizia e sterilizzazione, posizionare il peso del martello scorrevole al centro dell'asta di guida.

I prodotti Synthes forniti non-sterili devono essere puliti e sterilizzati a vapore prima del loro impiego chirurgico. Prima della pulizia, rimuovere completamente la confezione originale. Prima della sterilizzazione a vapore, inserire il prodotto in un involucro o contenitore approvato. Seguire le istruzioni di pulizia e sterilizzazione indicate nell'opuscolo "Informazioni importanti" di Synthes.

Condizionamento/ricondizionamento del dispositivo

Istruzioni dettagliate per il condizionamento degli impianti e il ricondizionamento dei dispositivi riutilizzabili, dei portastrumenti e delle custodie sono fornite nella brochure "Informazioni importanti" di Synthes. Le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio degli strumenti: "Smontaggio degli strumenti composti da più parti" possono essere scaricate dal sito web:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com