
Gebruiksaanwijzing

03.820.282 Schuifhamer voor nekwerfvelkolom

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing

03.820.282 Schuifhamer voor nekwerkelokom

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

Materiaal

Materiaal: Standaard:
Roestvrij staal DIN EN ISO 10088-3
Roestvrij staal DIN EN ISO 8734 -2x22 -C1

Beoogd gebruik

De schuifhamer voor nekwerkelokom is alleen bedoeld voor het verwijderen van instrumenten zoals beitels en implantaathouders. Gebruik deze nooit om de instrument tot in het werfellichaam op te voeren.

Schuif de schuifhamer voor nekwerkelokom op het uiteinde van het instrument totdat de snelkoppeling vastklikt. Houd het instrument met de ene hand vast en oefen dan met de andere hand een opwaartse kracht uit op de schuifhamer om het instrument uit het werfellichaam te trekken. Herhaal deze procedure totdat het instrument is verwijderd.

Verwijder de schuifhamer voor nekwerkelokom van het uiteinde van het instrument door op het uiteinde van de schuifhamer te drukken.

Waarschuwingen

Hulpmiddelspecifieke waarschuwingen:

Gebruik deze nooit om instrumenten op te voeren.

Laat de schuifhamer voor nekwerkelokom nooit los als deze is bevestigd aan een instrument in de patiënt ter voorkoming van schade aan anatomische structuren vanwege kantelen van de instrumentconstructie.

Oefen geen overmatige kracht uit op de schuifhamer voor nekwerkelokom en voorkom het ongecontroleerd laten vallen van het schuifhamergewicht.

Combinatie van medische hulpmiddelen

De schuifhamer voor nekwerkelokom kan alleen worden gebruikt voor het verwijderen van instrumenten.

Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet getest en is niet aansprakelijk in het geval van toepassing van dergelijke combinaties.

Behandeling voordat het hulpmiddel wordt gebruikt

Tijdens reiniging en sterilisatie moet het gewicht van de schuifhamer in het midden van de geleidingsstang worden geplaatst.

Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging alle originele verpakkingen. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en steriliseren in de brochure "Belangrijke informatie" van Synthes.

Verwerken/opnieuw verwerken van het hulpmiddel

Uitgebreide aanwijzingen voor het verwerken van implantaten en het opnieuw verwerken van herbruikbare hulpmiddelen, instrumentenbakken en -cassettes zijn te vinden in de door Synthes uitgegeven brochure "Belangrijke informatie". Aanwijzingen voor montage en demontage van instrumenten "Meerdere instrumenten demonteren" kunt u downloaden vanaf:

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com