Bruksanvisning
03.820.282 Sleidhammer for halsryggrad

Denne bruksanvisningen er ikke ment for distribusjon i USA.

Manualer kan endres;
den nyeste versjonen av hver manual
er alltid tilgjengelig på nettet.
Utskrift den: Okt 05, 2017

DePuy Synthes
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

CE

© Synthes GmbH 2017. Med enerett. SE_384165 AC 09/2017

Bruksanvisning

03.820.282 Sleidhammer for halsryggrad
Les denne bruksanvisningen, Synthes "Viktig informasjon" og korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Kontroller at du er kjent med riktig kirurgisk teknikk.

Materiale

Materiale:	Standard:
Rustfritt stål	DIN EN ISO 10088-3
Rustfritt stål	DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Tenkt bruk
Skyvehammer for halsryggrad er kun ment å brukes for å fjerne instrumenter, som f.eks. meisler eller implantatholdere. Den må aldri brukes for å føre instrumentene inn i den vertebrale enheten.
Skyv skyvehammer for halsryggrad på enden av instrumentet til hurtigkoblingen klikker på plass. Mens du holder instrumentet med én hånd, bruker du oppadgående kraft for å skyve hammeren med den andre hånden for å trekke instrumentet ut av den vertebrale enheten. Gjenta denne prosessen til instrumentet er fjernet.
Koble skyvehammer for halsryggrad fra enden av instrumentet ved å skyve på enden av skyvehammeren.

Advarsler
Enhetsspesifikke advarsler:
Den må aldri brukes for å føre instrumenter fremover.
Slipp aldri skyvehammeren for halsryggrad når den er festet til et instrument i pasienten, da dette kan føre til skader på de anatomiske strukturene på grunn av at instrumentet vipper.
Ikke bruk for mye kraft på skyvehammer for halsryggrad og unngå at skyvehammerens vekt faller ukontrollert.

Kombinasjon av medisinske enheter
Skyvehammeren for halsryggrad kan kun brukes for fjerning av instrumenteringen. Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

Behandling før enheten brukes
Skyvehammeren må plasseres i midten av ledestangen i løpet av rengjøring og sterilisering.
Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalemballasje. Før dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Prosessering/reprosessering av enheten
Detaljerte instruksjoner for prosessering av implantater og reprosessering av gjenbrukbare enheter, instrumentbrett og bokser er beskrevet i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon". Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter "Demontering av flerdelsintrumenter" kan lastes ned fra:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

CE

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com