
Instruções de utilização

03.820.282 Martelo deslizante para coluna cervical

Estas instruções de utilização não se destinam à distribuição nos EUA.

Instruções de utilização

03.820.282 Martelo deslizante para coluna cervical

Antes da utilização, leia com atenção estas instruções de utilização, as "Informações importantes" da brochura da Synthes e as técnicas cirúrgicas correspondentes. Certifique-se de que está familiarizado com a técnica cirúrgica apropriada.

Material

Material: Norma:
Aço inoxidável DIN EN ISO 10088-3
Aço inoxidável DIN EN ISO 8734 -2x22 -C1

Uso previsto

O martelo deslizante para coluna cervical destina-se apenas a ser usado para remover instrumentos, como cinzéis ou suportes de implantes. Nunca o use para avançar os instrumentos para o corpo vertebral.

Deslize o martelo deslizante para coluna cervical na extremidade do instrumento até que o acoplamento rápido encaixe. Enquanto segura o instrumento com uma mão, aplique uma força ascendente no martelo deslizante com a outra mão para puxar o instrumento para fora do corpo vertebral. Repita este processo até o instrumento ser removido.

Desengate o martelo deslizante para coluna cervical do instrumento pressionando a extremidade do martelo deslizante.

Advertências

Advertências específicas do dispositivo:

Nunca o use para avançar os instrumentos.

Nunca solte o martelo deslizante para coluna cervical quando preso a um instrumento no paciente para evitar danos nas estruturas anatómicas devido à inclinação da construção do instrumento.

Não aplique força excessiva no martelo deslizante para coluna cervical e evite a queda descontrolada do peso do martelo deslizante.

Combinação de dispositivos médicos

O martelo deslizante para coluna cervical só pode ser usado para a remoção da instrumentação.

A Synthes não testou a compatibilidade com dispositivos fornecidos por outros fabricantes e não se responsabiliza em tais circunstâncias.

Tratamento antes da utilização do dispositivo

O peso do martelo deslizante deve ser posicionado no meio da haste guia durante a limpeza e esterilização.

Os produtos Synthes fornecidos não estéreis têm de ser limpos e esterilizados a vapor antes da utilização cirúrgica. Antes de limpar, retire todo o material da embalagem original. Antes da esterilização por vapor, coloque o produto num invólucro ou recipiente aprovado. Siga as instruções de limpeza e esterilização referidas na brochura "Informações importantes" da Synthes.

Processamento/reprocessamento do dispositivo

As instruções detalhadas para o processamento de implantes e o reprocessamento de dispositivos reutilizáveis, tabuleiros e estojos de instrumentos são descritas na brochura "Informações importantes" da Synthes. As instruções de montagem e desmontagem de instrumentos ("Desmontagem de instrumentos com várias peças") podem ser transferidas em:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com