
Instrucțiuni de utilizare

03.820.282 Ciocan glisant pentru coloana cervicală

Aceste instrucțiuni de utilizare nu sunt
destinate pentru a fi distribuite în S.U.A.

Instrucțiuni de utilizare

03.820.282 Ciocan glisant pentru coloana cervicală

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, broșura Synthes „Informații importante” și tehnicile chirurgicale corespunzătoare. Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu tehnica chirurgicală corespunzătoare.

Material

Material: Standard:
Oțel inoxidabil DIN EN ISO 10088-3
Oțel inoxidabil DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Utilizarea prevăzută

Ciocanul glisant pentru coloana cervicală este destinat numai utilizării pentru îndepărtarea instrumentelor, cum ar fi dălțile sau suporturile pentru implant. Nu îl utilizați niciodată pentru a avansa instrumentele în corpul vertebral.

Glisați ciocanul glisant pentru coloana cervicală pe capătul instrumentului, până când cuplajul rapid se înclichează. În timp ce țineți instrumentul cu o mână, aplicați o forță direcționată în sus asupra ciocanului glisant cu cealaltă mână, pentru a scoate instrumentul din corpul vertebral. Repetați acest proces până când instrumentul este înlăturat.

Deconectați ciocanul glisant pentru coloana cervicală de la instrument, împingând pe capătul ciocanului glisant.

Avertismente

Avertismente specifice dispozitivului:

Nu îl utilizați niciodată pentru a avansa instrumente.

Nu dați drumul niciodată ciocanului glisant pentru coloana cervicală în timp ce este atașat la un instrument aflat în corpul pacientului, pentru a evita deteriorările structurilor anatomice prin înclinarea construcției instrumentului.

Nu aplicați o forță excesivă asupra ciocanului glisant pentru coloana cervicală și evitați căderea necontrolată a greutății ciocanului.

Combinarea dispozitivelor medicale

Ciocanul glisant pentru coloana cervicală poate fi utilizat numai pentru îndepărtarea instrumentarului.

Synthes nu a testat compatibilitatea cu dispozitive provenite de la alți producători și nu își asumă responsabilitatea în asemenea situații.

Tratament înainte de utilizarea dispozitivului

Greutatea ciocanului glisant trebuie poziționată la mijlocul tijei de ghidaj în timpul curățării și sterilizării.

Producele Synthes livrate în stare nesterilă trebuie curățate și sterilizate cu aburi înainte de utilizarea chirurgicală. Înainte de curățare, înlăturați întregul ambalaj original. Înainte de sterilizarea cu abur, puneți produsul într-un ambalaj sau recipient agreeat. Respectați instrucțiunile de curățare și sterilizare din broșura Synthes „Informații importante”.

Procesarea/reprocesarea dispozitivului

Instrucțiuni detaliate privind procesarea implanturilor și reprocesarea dispozitivelor reutilizabile, tăvilor pentru instrumente și casetelor sunt descrise în broșura Synthes „Informații importante”. Instrucțiuni privind asamblarea și dezasamblarea instrumentelor, „Demontarea instrumentelor formate din mai multe părți”, pot fi descărcate de la:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com