

---

# Návod na použitie

## 03.820.282 Posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice

Tento návod na použitie nie je určený na distribúciu v USA.

# Návod na použitie

## 03.820.282 Posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru Dôležité informácie od spoločnosti Synthes a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite sa, že dobre ovládate príslušné chirurgické techniky.

### Materiál

Materiál: Norma:  
Nehrdzavejúca oceľ DIN EN ISO 10088-3  
Nehrdzavejúca oceľ DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Na čo pomôcka slúži

Posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice je určené len na vyberanie nástrojov, ako sú dláta alebo držiaky implantátov. Nikdy ho nepoužívajte na posúvanie nástrojov do tela stavca.

Posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice zasúvajte do konca nástroja, kým rýchlospojka nezaklapne. Zatiaľ čo v jednej ruke držíte nástroj, druhou rukou aplikujte na posuvné kladivo silu smerujúcu nahor, aby ste vybrali nástroj z tela stavca. Tento proces opakujte, kým nástroj nevyberiete.

Odpojte posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice od nástroja zatlačením na koniec posuvného kladiva.

### Výstrahy

Výstrahy týkajúce sa pomôcky:

Pomôcku nikdy nepoužívajte na posúvanie nástrojov.

Nikdy nepúšťajte posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice, keď je pripojené k nástroju v tele pacienta, aby nedošlo k poškodeniu anatomických štruktúr v dôsledku naklonenia konštrukcie nástroja.

Na posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice nevyvíjajte nadmernú silu a dávajte pozor, aby závažie posuvného kladiva nekontrolovane nespadlo.

### Kombinácia zdravotníckych pomôcok

Posuvné kladivo pre krčnú časť chrbtice sa môže používať jedine na vyberanie nástrojov.

Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôckami iných výrobcov a v takýchto prípadoch nepreberá žiadnu zodpovednosť.

### Ošetrovanie pomôcky pred použitím

Počas čistenia a sterilizácie sa závažie posuvného kladiva musí umiestniť do stredu vodiacej tyče.

Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvodné obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými v brožúre Dôležité informácie od spoločnosti Synthes.

### Príprava na použitie/opakované použitie pomôcky

Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy na použitie implantátov a opakované použitie pomôcok na opakované použitie, podnosov na nástroje a puzdier sú uvedené v brožúre Dôležité informácie od spoločnosti Synthes. Pokyny týkajúce sa montáže a demontáže nástrojov s názvom Demontáž nástrojov z viacerých častí si môžete prevziať z webovej stránky:

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuyssynthes.com](http://www.depuyssynthes.com)