
Navodila za uporabo

03.820.282 Drsno kladivo za cervikalno hrbtenico

To navodilo za uporabo ni namenjeno distribuciji v ZDA.

Navodila za uporabo

03.820.282 Drсно kladivo za cervikalno hrbtenico

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, brošuro podjetja Synthes »Pomembne informacije« in navodila za ustrezne kirurške tehnike. Seznanjeni morate biti s primerno kirurško tehniko.

Material

Material: Standard:
Nerjavno jeklo DIN EN ISO 10088-3
Nerjavno jeklo DIN EN ISO 8734-2×22-C1

Namen uporabe

Dršno kladivo za cervikalno hrbtenico je namenjeno izključno za uporabo pri odstranjevanju instrumentov, kot so dleta ali držala vsadkov. Nikoli ga ne uporabljajte za vstavljanje instrumentov v telo vretenca.

Dršno kladivo za cervikalno hrbtenico natakните na skrajni konec instrumenta tako, da se zaskoči na stičnem mestu. Z eno roko pridržite instrument na mestu, z drugo roko pa dršno kladivo potisnite navzgor, da povlečete instrument iz telesa vretenca.

Ta postopek ponovite tolikokrat, da instrument v celoti odstranite.

Odklopite dršno kladivo za cervikalno hrbtenico z instrumenta, tako da pritisnete na konec drsnega kladiva.

Opozorila

Opozorila v zvezi s pripomočkom:

Nikoli ga ne uporabljajte za vstavljanje instrumentov.

Ko je dršno kladivo za cervikalno hrbtenico povezano z instrumentom, vstavljenim v bolniku, ga nikoli ne smete izpustiti, da preprečite poškodbe anatomskih struktur zaradi nagibanja sklopa z instrumentom.

Ne uporabljajte premočne sile na kladivu za cervikalno hrbtenico in preprečite nenadzorovani zdrs zaradi teže drsnega kladiva.

Kombiniranje medicinskih pripomočkov

Dršno kladivo za cervikalno hrbtenico je namenjeno izključno za odstranjevanje instrumentov.

Podjetje Synthes ni izvedlo preskusa združljivosti s pripomočki drugih izdelovalcev, zato v takšnih primerih ne prevzema odgovornosti.

Priprava pripomočka na uporabo

Težišče drsnega kladiva mora biti med čiščenjem in sterilizacijo umeščeno na sredini usmerjevalne palice.

Izdelke podjetja Synthes, ki ob dobavi niso sterilni, je treba pred kirurško uporabo očistiti in sterilizirati s paro. Pred čiščenjem odstranite vso prvotno ovojnino. Pred sterilizacijo s paro položite izdelek v odobren ovoj ali posodo. Upoštevajte navodila za čiščenje in sterilizacijo, ki so navedena v brošuri podjetja Synthes »Pomembne informacije«.

Priprava pripomočka na uporabo/ponovno uporabo

Podrobna navodila za pripravo vsadkov na uporabo in pripravo pripomočkov za večkratno uporabo, pladnjev in posod za instrumente na ponovno uporabo so navedena v brošuri podjetja Synthes »Pomembne informacije«. Dokument »Razstavljanje večdelnih instrumentov« z navodili za sestavljanje in razstavljanje instrumentov je na voljo na spletni strani:

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com