
Instrucciones de uso

03.820.282 Martillo deslizante para columna vertebral cervical

Estas instrucciones de uso no han sido concebidas para su distribución en los EE. UU.

Instrucciones de uso

03.820.282 Martillo deslizante para columna vertebral cervical

Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso, el folleto "Información importante" de Synthes y las técnicas quirúrgicas correspondientes. Asegúrese de conocer bien la técnica quirúrgica adecuada.

Material

Material: Norma:
Acero DIN EN ISO 10088-3
Acero DIN EN ISO 8734 -2x22 -C1

Uso previsto

El martillo deslizante para columna vertebral cervical sirve únicamente para extraer instrumental, como escoplos o portaimplantes. No debe usarse nunca para hacer avanzar el instrumental en el cuerpo vertebral.

Deslice el martillo deslizante sobre el extremo del instrumento, hasta que el anclaje rápido quede encajado. Mientras sostiene el instrumento con una mano, aplique con la otra mano una fuerza ascendente sobre el martillo deslizante para ir extrayendo el instrumento del cuerpo vertebral. Repita este proceso hasta haber extraído por completo el instrumento.

Presione sobre el extremo del martillo deslizante para desprenderlo del instrumento.

Advertencias

Advertencias específicas del producto:

No debe utilizarse nunca para hacer avanzar instrumental.

No suelte nunca en el cuerpo del paciente el martillo deslizante ya montado en un instrumento; evitará así daños ocasionados a las estructuras anatómicas por la basculación del montaje.

No aplique fuerzas excesivas sobre el martillo deslizante para columna cervical, ni lo deje caer a peso de forma incontrolada.

Combinación con otros productos sanitarios

El martillo deslizante para columna vertebral cervical debe usarse únicamente para extraer instrumentos.

Synthes no ha evaluado la compatibilidad con productos de otros fabricantes y declina toda responsabilidad en tales circunstancias.

Preparación antes del uso

El peso del martillo deslizante debe colocarse en el centro de la varilla guía durante el proceso de limpieza y esterilización.

Los productos de Synthes que no se suministran estériles deben limpiarse y esterilizarse en autoclave antes de su aplicación quirúrgica. Antes de proceder a su limpieza, retire todo el embalaje original. Antes de proceder a la esterilización en autoclave, coloque el producto en un envoltorio o recipiente autorizados. Siga las instrucciones de limpieza y esterilización contenidas en el folleto adjunto de Synthes "Información importante".

Procesamiento/reprocesamiento del dispositivo

En el folleto adjunto de "Información importante" de Synthes se ofrecen instrucciones detalladas para el procesamiento de implantes y el reprocesamiento de dispositivos, bandejas de instrumentos y cajas reutilizables. Las instrucciones de montaje y desmontaje del instrumental, "Desmontaje de instrumental de múltiples piezas", pueden descargarse desde Internet:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com