
Uputstvo za upotrebu

03.820.282 Klizni čekić za vratni deo kičme

Ovo uputstvo za upotrebu nije namenjeno za distribuciju u SAD.

Uputstvo za upotrebu

03.820.282 Klizni čekić za vratni deo kičme

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, brošuru Synthes „Važne informacije“ i odgovarajući Vodič za hirurške tehnike. Obavezno se upoznajete sa odgovarajućom hirurškom tehnikom.

Materijal

Materijal: Standard:
Nerđajući čelik DIN EN ISO 10088-3
Nerđajući čelik DIN EN ISO 8734 -2x22 -C1

Namena

Klizni čekić za vratni deo kičme je namenjen isključivo za uklanjanje instrumenata, kao što su dleta i držači implantata. Nikada nemojte da ga koristite za ubacivanje instrumenata u telo pršljena.

Umetnite klizeći čekić za vratni deo kičme na kraj instrumenta dok se brza spojnica ne aktivira. Dok držite instrument jednom rukom, primenite silu nagore na klizni čekić drugom rukom da biste izvukli instrument iz tela pršljena. Ponavljajte ovaj proces dok se instrument ne ukloni.

Odvojite klizni čekić za vratni deo kičme od instrumenta tako što ćete gurnuti kraj kliznog čekića.

Upozorenja

Upozorenja specifična za medicinsko sredstvo:

Nikada nemojte da ga koristite za ubacivanje instrumenata.

Nikada nemojte da puštate klizni čekić za vratni deo kičme dok je povezan sa instrumentom u pacijentu da bi se izbegla oštećenja anatomskih struktura zbog naginjanja konstrukcije instrumenta.

Nemojte da primenjujete prekomernu silu na kliznom čekiću za vratni deo kičme i izbegavajte nekontrolisano ispuštanje težine kliznog čekića.

Kombinacija medicinskih uređaja

Klizni čekić za vratni deo kičme može da se koristi isključivo za uklanjanje instrumenata.

Synthes nije ispitao kompatibilnost sa uređajima koji su dati od drugih proizvođača i ne preuzima nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

Koristi se obrada pre upotrebe proizvoda

Težinu kliznog čekića treba postaviti na sredinu šipke za vođenje tokom čišćenja i sterilizacije.

Synthes proizvodi koji su dopremljeni u nesterilnom stanju moraju da se očiste i sterilišu parom pre hirurške upotrebe. Pre čišćenja, uklonite celokupno originalno pakovanje. Pre parne sterilizacije, stavite proizvod u odobren omot ili spremnik. Pratite uputstva za čišćenje i sterilizaciju koja su data u odeljku „Važne informacije“ brošure Synthes.

Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu uređaja za višekratnu upotrebu, tacni za instrumente i kućišta su data u Synthes brošuri „Važne informacije“. Uputstva za sastavljanje i rastavljanje instrumenata „Rastavljanje instrumenata iz više delova“ se mogu preuzeti sa:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com