
Bruksanvisning

03.820.282 Glidhammare för halsrygg

Denna bruksanvisning är inte avsedd för distribution i USA.

Bruksanvisning

03.820.282 Glidhammare för halsrygg

Läs bruksanvisningen, broschyren "Viktig information" från Synthes och motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

Material

Material: Standard:
Rostfritt stål DIN EN ISO 10088-3
Rostfritt stål DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Avsedd användning

Glidhammaren för halsryggen är endast avsedd för att ta bort instrument, som mejslar eller implantathållare. Använd den aldrig för att föra fram instrument in i kotkroppen.

För på glidhammaren för halsryggen på instrumentets ände tills snabbkopplingen hakar fast. Håll instrumentet med en hand och dra glidhammarens vikt snabbt uppåt med den andra handen för att dra ut instrumentet ur kotkroppen. Upprepa tills instrumentet är borttaget.

Koppla från glidhammaren för halsryggen från instrumentet genom att trycka på glidhammarens ände.

Varningar

Produktspecifika varningar:

Använd den aldrig för att föra fram instrument.

Släpp aldrig glidhammaren för halsrygg när den är fastsatt på ett instrument i patienten för att undvika skador på anatomiska strukturer på grund av instrumentets lutning.

Använd inte för stor kraft med glidhammaren för halsryggen och undvik att släppa hammarens vikt på ett okontrollerat sätt.

Kombination av medicintekniska enheter

Glidhammaren för halsrygg kan endast användas för att ta bort instrument.

Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Behandling innan enheten används

Glidhammarens vikt måste placeras mitt på styrstången under rengöring och sterilisering.

Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före operation. Ta bort hela originalförpackningen före rengöring. Placera produkten inuti ett godkänt omslag eller behållare före ångsterilisering. Följ instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren "Viktig information" från Synthes.

Bearbetning/rekonditionering av enheten

Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och rekonditionering av återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i broschyren "Viktig information" från Synthes. Instruktioner för montering och demontering av instrument, "Demontering av instrument med flera delar", kan laddas ned från: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com