

---

# Kullanım Talimatları

## 03.820.282 Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekiç

Bu kullanım talimatları ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

# Kullanım Talimatları

## 03.820.282 Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekiç

Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşüründeki "Önemli Bilgiler" i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Uygun cerrahi tekniğe aşına olduğunuzdan emin olun.

### Materyal

Materyal: Standart:  
Paslanmaz Çelik DIN EN ISO 10088-3  
Paslanmaz Çelik DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

### Kullanım amacı

Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekiç, sadece tornavida veya implant tutucular gibi enstrümanları çıkarmak üzere kullanılmak içindir. Enstrümanları vertebral gövdede ilerletmek için kullanmayın.

Hızlı kaplin içine geçene kadar Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekici enstrümanın ucuna kaydırın. Bir elinizde enstrümanı tutarken, enstrümanı vertebral gövdeden çıkarmak için diğer eliniz ile sürgülü çekice yukarı doğru güç uygulayın. Enstrüman çıkarılana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Sürgülü çekicini ucuna bastırarak, Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekici enstrümandan çıkarın.

### Uyarılar

Cihaza Özel Uyarılar:

Asla enstrümanları ilerletmek için kullanmayın.

Enstrüman yapısının aşırı dönmesi nedeniyle anatomik yapıların hasar görmesinden kaçınmak için, Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekiç hastada bir alete bağlıyken asla bırakmayın.

Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekice aşırı güç uygulamayın ve sürgülü çekiç ağırlığının kontrolsüz bir şekilde düşmesinden kaçının.

### Tıbbi cihazların kombinasyonu

Servikal Omurga İçin Sürgülü Çekiç, sadece enstrümanların çıkarılması için kullanılabilir.

Synthes, diğer üreticiler tarafından temin edilen cihazlarla uyumluluğu test etmemiştir ve bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmez.

### Cihazın kullanımından önce yapılması gereken işlem

Sürgülü Çekiç ağırlığı, temizleme ve sterilizasyon sırasında kılavuz rodun ortasında konumlandırılmalıdır.

Steril olmayan durumda sağlanan Synthes ürünleri cerrahi kullanımdan önce temizlenmeli ve buharla sterilize edilmelidir. Temizlemeden önce tüm orijinal ambalajı çıkarın. Buhar sterilizasyonu öncesinde ürünü onaylanmış bir sargı malzemesi veya kaba koyun. Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe verilen temizleme ve sterilizasyon talimatlarını takip edin.

### Cihazın işlemden/tekrar işlemde geçirilmesi

İmplantların işlemde geçirilmesi ve tekrar kullanılabilir cihazların, enstrüman tepsilerinin ve muhafazalarının tekrar işlemde geçirilmesiyle ilgili detaylı talimatlar Synthes "Önemli Bilgiler" broşüründe tarif edilmektedir. Aletlerin montaj ve demontaj talimatları "Çok Parçalı Aletlerin Sökülmesi" şu adresten indirilebilir:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)