
Návod na použitie Balónik pre stavce SYNFLATE®

Tento návod na použitie nie je určený
na distribúciu v USA.

Nie všetky produkty sú momentálne dostupné
na všetkých trhoch.

Návod na použitie

Balónik pre stavce SYNFLATE®

Systém Synflate sa používa pri postupoch zváčšenia tela stavca na základe balónika. Pozostáva z balónika pre stavce Synflate a vákuovej striekačky. Balónik Synflate obsahuje dva lúmeny. Jeden na zavedenie vystužovacieho drôtu a druhý na naplnenie balónika. Balónik obsahuje dve röntgenkontrastné značky na vizualizáciu pri röntgenovom vyšetrení.

Tento návod na použitie obsahuje informácie o týchto produktoch:

- 03.804.7005 Balónik pre stavce Synflate, malý
- 03.804.7015 Balónik pre stavce Synflate, stredný
- 03.804.7025 Balónik pre stavce Synflate, veľký

Dôležité upozornenie pre zdravotníckych pracovníkov a personál operačných sál:
Tento návod na použitie nezahŕňa všetky informácie potrebné na výber a použitie pomôcky. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a brožúru spoločnosti Synthes s názvom „Dôležité informácie“. Uistite sa, že dobre ovládate príslušný chirurgický postup.

Materiály

Balónkový katéter: termoplastický polyuretán
Vystužovací drôt: nehrdzavejúca ocel
Röntgenkontrastná značka: platina/íridium

Zamýšľané použitie

Systém Synflate je určený na redukciu fraktúr a/alebo vytvorenie vákuu v spongióznej kosti v chrbtici (T5 – L5). Je určený na použitie spolu so zákonne predávanou kostnou výplňou primerane indikovanou na použitie vo vertebroplastike alebo po-stupoch zváčšovania tela stavcov.

Poznámka: Prečítajte si pokyny výrobcu, ktoré sa dodávajú s kostnou výplňou, kde nájdete špecifické informácie o jej použití, indikáciách, kontraindikáciách, bezpečnostných opatreniach, varovaniach, potenciálnych nežiaducích udalostach, nežiaducich vedľajších účinkoch a zvyškových rizikach.

Indikácie

- Bolestivé kompresné fraktúry stavcov
- Osteolytickéлезie nachádzajúce sa v tele stavca

Kontraindikácie

- Zlomeniny zadnej steny a/alebo pedikúl
- Lézie, ktoré si vyžadujú otvorenú rekonštrukciu predného stĺpca
- Ak rozmery stavca alebo tvar fraktúry neumožňujú bezpečné umiestnenie a naťuknutie balónika
- Akútne a chronické systémové alebo lokalizované infekcie chrbtice
- Alergie na kontrastnú látku

Cieľová skupina pacientov

Tento produkt sa musí používať v súlade so zamýšľaným použitím, indikáciami, kontraindikáciami a s ohľadom na anatomické danosti a zdravotný stav pacienta.

Zamýšľaný používateľ

Tento návod na použitie neposkytuje dostatočné základné informácie na priame použitie pomôcky alebo systému. Dôrazne odporúčame riadiť sa pokynmi chirurga, ktorý má skúsenosti s používaním týchto pomôcok.

Túto pomôcku majú používať kvalifikovaní zdravotníčki pracovníci, napr. chirurgia, lekári, personál operačnej sály a osoby, ktoré sa podieľajú na príprave pomôcky. Všetci pracovníci, ktorí manipulujú s pomôckou, musia dôkladne poznáť návod na použitie, prípadne chirurgické postupy a/alebo brožúru „Dôležité informácie“ spoločnosti Synthes, ak je to potrebné.

Očakávané klinické prínosy

Očakávané klinické prínosy postupu zváčšovania tela stavca, ako je napríklad Synflate, pri použití v súlade s návodom na použitie a odporúčanou technikou, zahŕňajú zníženie bolesti a možnosť zlepšenia výšky tela stavca.

Výkonnostné charakteristiky pomôcky

Spoločnosť Synthes stanovila výkonnosť a bezpečnosť pomôcky Synflate a že predstavuje najmodernejšiu zdravotnícku pomôcku na redukciu zlomenín a/alebo vytváranie dutín v spongióznej kosti v tele stavca, ak sa používa podľa návodu na použitie a označenia.

Potenciálne nežiaduce udalosti, nežiaduce vedľajšie účinky a zvyškové riziká

Tak ako pri všetkých väčších chirurgických zádrobkach, aj pri tomto sa môže vyskytnúť riziko nežiaducich udalostí. Medzi možné nežiaduce udalosti môžu patrili: problémy spôsobené anestéziou a polohovaním pacienta, embólia, trombus alebo iné materiály, ktoré môžu následne viesť k pľúcnym komplikáciám alebo iným klinickým následkom, prasknutie a kolaps naplneného balónkového katétra a zadržanie fragmentov v tele stavca a/alebo expozičia kontrastnej látke a možná následná alergická reakcia alebo anafylaxia, neurologické poškodenie, poškodenie ciev, mäkkých tkanív alebo orgánov, skoré a neskoré infekcie, zástava srdca, hematóm a zhoršenie hojenia rán, odskakujúce fragmenty tela stavca, ktoré spôsobujú poškodenie miechy alebo nervových koreňov, a môžu tak viesť k radikulopatiu, paréze alebo paralyze, zlomenine konkovej platničky a/alebo bočnej steny tela stavca v dôsledku nadmernej naplnenia nepohyblivej zlomeniny, prasknutie aorty, zlomenina pedikuly, extravazácia nádoru.

Sterilná pomôcka

STERILE EO Sterilizované pomocou etylénoxidu

Sterilné pomôcky uchovávajte v ich pôvodnom ochrannom obale a z balenia ich vyberajte len tesne pred použitím.

 Ak je balenie poškodené, produkt nepoužívajte.

Pred použitím skontrolujte dátum expirácie produktu a skontrolujte neporušenosť sterilného balenia. Pomôcku nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo ak uplynul dátum expirácie.

 Nepodrobujte opakovanej sterilizácii

Opakovaná sterilizácia pomôcky Synflate môže spôsobiť, že produkt nebude sterilný a/alebo nebude spĺňať špecifické výkony, prípadne môže dojsť k pozmeneniu vlastností materiálu.

Pomôcka na jedno použitie

 Nepoužívajte opakovane

Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená na jedno použitie alebo na použitie u jedného pacienta počas jedného postupu.

Opakovane klinické použitie alebo príprava na opakovane použitie (napr. čistenie a opakovana sterilizacia) môžu narušiť štrukturálnu celistvosť pomôcky a/alebo viest k jej zlyhaniu, čo môže viest k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. Okrem toho môže opakovane používanie alebo príprava na opakovane používanie pomôcok určených na jedno použitie vyvolať riziko kontaminácie, napr. z dôvodu prenosu infekčného materiálu z jedného pacienta na iného. To by mohlo viest k poraneniu alebo smrti pacienta alebo používateľa.

Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Produkt môžu používať len chirurgia, ktorí majú skúsenosti s chirurgickými zádrobkmi na chrbtici, uvedomujú si všeobecné riziká spinálnych chirurgických zádrobkov a sú oboznámení s chirurgickými technikami špecifickými pre konkrétny produkt. Chirurg je zodpovedný za zabezpečenie správneho vykonania operácie.
- Výrobca nie je zodpovedný za žiadne komplikácie vyplývajúce z nesprávnej diagnózy, výberu nesprávnej kostnej výplne, nesprávne spojených komponentov a/alebo operačných techník, obmedzení liečebných metód alebo nedostatočnej asepsy.
- Balónik nenechávajte implantovaný, jeho materiál nie je implantacím materiálom.

Predoperačné plánovanie

Pacienta umiestnite do naklonenej polohy na bedrovú opierku.

- Je potrebné overiť alergiu pacienta na kontrastnú látku.
- Pred použitím systému Synflate zaistite, aby veľkosť balónika bola vhodná pre konkrétny postup.

Polohovanie pacienta

- Stôl v operačnej sále by mal umožniť voľnú manipuláciu s C-ramenom v oboch rovinách nad miestom operácie.
- Systém Synflate sa môže používať len pri skiaskopickej kontrole s vysokou kvalitou snímania.

Prístup

Prístupové nástroje (vodiaci drôt alebo trokár) možno vložiť cez transpedikulárny alebo extrapedikulárny prístup.

a) Transpedikulárny prístup

- Je potrebné dodržiavať orientačné body umiestnenia nástrojov na prístup. Konce prístupového prístroja nesmú prechádzať strednou stenou pedikla v predozadnom (AP) pohľade, kým neprejdú zadnou stenou v bočnom pohľade. Pri zavádzaní prístupového prístroja sa uistite, že nie sú vložené príliš mediálne, aby sa zabránilo preniknutiu do miechového kanála. Je tiež nevyhnutné zabrániť preťaženiu hrotu prístupového prístroja do vaskulárnych štruktúr za prednou kortikálnou stenou. Hrot prístupového prístroja nemá byť bližšie ako 5 mm k prednej kortikálnej stene tela stavca.
- Na zaistenie presného pozičného a rozmerového posúdenia sú potrebné verné AP a bočné snímky.

b) Extrapedikulárny prístup

- Je nevyhnutné zabrániť preťaženiu hrotu prístupového prístroja do vaskulárnych štruktúr za prednou kortikálnou stenou. Hrot prístupového prístroja nemá byť bližšie ako 5 mm k prednej kortikálnej stene tela stavca.
- Na zaistenie presného pozičného a rozmerového posúdenia sú potrebné verné AP a bočné snímky.

Prístup

K možnostiam prístupu patrí prístup pomocou trokára alebo vodiaceho drôtu. Trokár umožňuje prístup v jednom kroku, zatiaľ čo vodiaci drôt sa najskôr používa na vytvorenie cesty pre prístupové prístroje.

a) Prístup pomocou trokára

- Dajte pozor, aby trokárové prístroje neporušili prednú stenu tela stavca.
- Kladivom udierajte iba na modré plastové rukoväte prístupového prístroja.
- Bez trokára nezasúvajte ani neposúvajte pracovné puzdro do kosti. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu pracovného puzdra a prekážkam pri zavádzaní balónika.
- Zostavu prístroja nepresúvajte bez jej odstránenia a opäťovného prístupu k telu stavca.

b) Prístup pomocou vodiaceho drôtu

- S použitím skiaskopickej kontroly pri zavádzaní kanylovaného trokára zabezpečte, aby vodiaci drôt ani kanylovaný trokár nikdy neporušili prednú stenu tela stavca.
- Dbajte na to, aby bol otvor na plastovej rukoväti kanylovaného trokára vždy uvoľnený a zároveň kanylovaný trokár posúvajte ďalej, aby ste zabránili prekážkam v priechode vodiaceho drôtu.
- Kladivom udierajte iba na modré plastové rukoväte prístupového prístroja.
- Vodiaci drôt sa vysunie zo zadnej časti rukoväte. Nástroje opatrné zavádzajte, aby ste zabránili poraneniu ruky lekára.
- Nezabudnite udržiať polohu vodiaceho drôtu, aby ste zabránili neúmyselnému posunutiu alebo vytiahnutiu späť.
- Bez trokára nezasúvajte ani neposúvajte pracovné puzdro do kosti. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu pracovného puzdra a prekážkam pri zavádzaní balónika.
- Zostavu prístroja nepresúvajte bez jej odstránenia a opäťovného prístupu k telu stavca.
- Na navádzací drôt nepoužívajte nadmernú silu, aby ste zabránili jeho možnému deformovaniu.
- Na zaistenie presných posúdení sú potrebné verné AP a bočné snímky.

Biopsia

Po umiestnení pracovného puzdra je možné pomocou biopatickej súpravy odobráť voliteľnú biopsiu.

- Nezasúvajte biopatickú ihlu za prednú kortikálnu stenu tela stavca, pretože by to mohlo poškodiť cievne štruktúry.

Vytvorenie prístupového kanála a určenie veľkosti balónika (prístupový kanál pre balónik Synflate je vytvorený pomocou piestu.)

- Na zasúvanie vrtáka dopredu nepoužívajte kladivo. Vrták sa môže s otáčaním agresívne zasunúť.
- Pri zasúvaní vrtáka alebo piestu vždy používajte skiaskopiu. Je nevyhnutné zabrániť preťaženiu hrotu vrtáka alebo piestu do vaskulárnych štruktúr za prednou kortikálnou stenou tela stavca.
- Pri používaní vŕtačky alebo piestu je dôležité zabezpečiť, aby sa pracovné puzdra nepohybovali. Na manipuláciu alebo na korekciu smeru pracovného puzdra nepoužívajte vŕtak ani piest.
- Ak podľa skiaskopie nie sú viditeľné žiadne drážky piestu, upravte podľa potreby pracovné puzdro a/alebo piest. Ak prístrojové vybavenie nie je možné bezpečne nastaviť tak, aby odhalovalo aspoň jednu drážku, potom nebude možný postup balónikom Synflate a má sa použiť alternatívny postup zváčšenia.

Príprava inflačného systému

- Je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa indikácií, použitia a bezpečnostných opatrení pre kontrastnú látku.
- Balónik naplníte len kvapalnou iónovou alebo neiónovou kontrastnou látikou rozpustnou vo vode (systém Synflate bol testovaný s maximálnou koncentráciou iódu 320 mg/ml). Kontrastné látky môžu mať rôzne úrovne viskozity a zrážania, čo môže mať vplyv na časy napĺňania a vyprázdňovania, preto sa odporúča použiť zmes kontrastnej látky a fiziologického roztoku v pomere 1 : 2.

- Biele krídla sa dajú zatlačiť, aby sa odblokoval piest, keď sa požadujú veľké zmeny polohy rukoväte. Rukoväť sa musí pohybovať opatrne, aby sa zabránilo prekročeniu požadovaného cieľa.

- Ak sa biele krídla nevrádia do zaistenej polohy, netlačte na nich silou, pretože by to mohlo poškodiť piest. Jemne otočte rukoväťou a biele krídla sa automaticky vrátia do uzamknutej polohy.

Príprava balónikového katétra a naplnenie balónika

- Je potrebné starostlivo sledovať expanziu balónikov, tlak a objem v napĺňacom systéme.
- Tlak balónika Synflate nesmie prekročiť maximálny inflačný tlak 30 atmosfér. Na monitorovanie tlaku sa používa manometer.
- Objemy napĺňania balónikov Synflate nesmú prekročiť maximálne objemy uvedené v časti „ Ďalšie informácie špecifické pre pomôcku“.
- Balóniky môžu prepúšťať, ak sú naplnené nad svoj maximálny objem alebo tlak.
- Kontakt s kostnými úlomkami, kostným cementom a/alebo chirurgickými nástrojmi môže výkonnosť balónikového katétra nežiaduce ovplyvniť.
- Na naplnenie balónikových katetrov Synflate nepoužívajte vzduch ani iné plyny.
- Balónikový katéter nikdy nevystavujte organickým rozpúšťadlám (napr. alkoholu).
- Vlastnosti napĺňania balónika Synflate sa menia podľa napĺňania vnútri kosti.
- V prípade bilaterálnych postupov je dôležité zabezpečiť, aby naplnenie balónika nespôsobilo vychýlenie (napr. asymetrické obnovenie výšky). Môže však byť žiaduce naplniť balóniky na rôzne objemy, aby sa zabránilo alebo napravilo vychýlenie.

Vyprádznenie a vybratie balónika

- Vystužovací drôt opäť vložte iba vtedy, keď je balónik mimo pacienta.
- Pred opäťovným vložením katétra späť do bieleho kryciego puzdra opláchnite balónik, aby ste odstráili akékoľvek zvyšky fyziológickým roztokom. Balónik nečistite metódami priameho kontaktu (napr. utieraním). Keďže prvé naplnenie môže roziahnúť materiál balónika, dĺžka môže byť väčšia ako pôvodná dĺžka. Preto vždy zasuňte katéter pod skiaskopickú kontrolu.

Vstrekovanie kostnej výplne

- Posuňte svorku do východiskovej polohy značky. V tejto polohe je distálny hrot injekčnej ihly v linii s distálnym koncom pracovného puzdra po vložení.
- Na aplikáciu cementu nepoužívajte sivú súpravu na biopsiu.
- Pred aplikáciou kostnej výplne skontrolujte kompatibilitu kostnej výplne s injekčnou ihlou.
- Injekciu kostnej výplne dôkladne sledujte pod skiaskopiou, aby sa znížilo riziko úniku kostnej výplne. Závažný únik môže spôsobiť smrť alebo paralízu. Ak počas postupu spozorujete únik kostnej výplne, prerušte injekciu a zvážte nasledujúce skutočnosti: počkajte, kým injekčne podaná kostná výplň vytvrdne, premiestnite ihlu, upravte smer ihly alebo procedúru zastavte. Ak je to žiaduce, pokračujte pomaly v injekciu kostnej výplne a starostlivo vyhodnotte ďalší únik. Ak spozorujete ďalší únik, prestavte injikovať kostnú výplň.
- Načasovanie výberu kostnej výplne závisí od výberu kostnej výplne. Jej príprava, vstrekovanie a časy tuhnutia sa líšia podľa produktu. Pozrite si pokyny systému pred operáciou a podla toho ju naplánujte. Ak sa injekčná ihla s pracovným puzdom odstráni príliš skoro, môže existovať riziko vtiahnutia cementových vláken do svalového tkaniva. Ak injekčnú ihlu vyberiete príliš neskoro, môže sa injekčná ihla zaseknúť alebo bude ľahké ju odstrániť.
- Pri obojstrannom prístupe nechajte obe injekčné ihly zasunuté pri aplikácii kostnej výplne, aby ste zabránili spätnému toku do pracovného puzdra.

Ďalšie informácie si prečítajte v brožúre „Dôležité informácie“ spoločnosti Synthes.

Kombinácia zdravotníckych pomôčok

Systém Synflate je určený na použitie spolu so zákonne predávanou kostnou výplňou primerane indikovanou na použitie vo vertebroplastike alebo postupoch zväčšovania tela stavcov. Prečítajte si pokyny výrobcu, ktoré sa dodávajú s kostnou výplňou, kde nájdete špecifické informácie o jej použití, indikáciách, kontraindikáciách, bezpečnostných opatreniach, varovaniach, potenciálnych nežiaducích udalostach, nežiaducich vedľajších účinkoch a zvyškových rizikach.

Systém Synflate je určený na použitie so súpravami na prístup (10 G a 4,7 mm), súpravou na biopsiu a napĺňiacim systémom. Prečítajte si súvisiace informácie o produkte, kde nájdete podrobnosti o jeho použití, bezpečnostných opatreniach, varovaniach, potenciálnych nežiaducich udalostach, nežiaducich vedľajších účinkoch a zvyškových rizikach.

So systémom Synflate sa nesmú používať alternatívne prístroje.

Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôckami od iných výrobcov a v takýchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ošetroenie pomôcky pred použitím

Sterilná pomôcka:

Pomôcky sa dodávajú sterilné. Vyberte produkty z balenia aseptickým spôsobom.

Sterilné pomôcky uchovávajte v ich pôvodnom ochrannom obale a z balenia ich vyberajte len tesne pred použitím. Pred použitím skontrolujte dátum expirácie produktu a skontrolujte neporušenosť sterilného balenia. Ak je balenie poškodené, produkt nepoužívajte.

Ďalšie informácie špecifické pre pomôcku

Balónik Synflate pre stavce je k dispozícii v troch veľkostíach.

Č. položky	Dĺžka balónika	Počiatočná dĺžka	Max. Ø*	Max. dĺžka*	Max. obj.	Max. tlak
03.804.700S	10 mm	14 mm	16,3 mm	18,1 mm	4 ml	30 atm 440 PSI malý
03.804.701S	15 mm	19 mm	16,1 mm	23,3 mm	5 ml	30 atm 440 PSI stredný
03.804.702S	20 mm	24 mm	16,3 mm	28,9 mm	6 ml	30 atm 440 PSI veľký

* Pri maximálnom objeme naplnenia vo vodnom kúpeľi pri teplote 37 °C. Rozmery (priemer a dĺžka) sa môžu v závislosti od štruktúry kostí lísiť vo vnútri tela stavca.

Likvidácia

Pomôcky sa musia zlikvidovať ako zdravotnícke pomôcky v súlade s nemocničnými postupmi.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com