
Návod k použití

Vertebrální balónek SYNFLATE™

Tento návod k použití není určený k distribuci ve Spojených státech.

Některé produkty v současné době nejsou dostupné na všech trzích.

Návod k použití

Vertebrální balónek SYNFLATE™

Systém Synflate se používá při augmentacích těla obratle využívajících vertebrální balónek. Skládá se z vertebrálního balónku Synflate a vakuové stříkačky. Balónek Synflate obsahuje dvě lumina, jedno k zavedení vyztužovacího drátu a druhé k plnění balónku. Balónek obsahuje dvě rentgenkontrastní značky pro vizualizaci rentgenem.

Tento návod k použití obsahuje informace o následujících výrobcích:

03.804.7005	Vertebrální balónek Synflate, malý
03.804.7015	Vertebrální balónek Synflate, střední
03.804.7025	Vertebrální balónek Synflate, velký

Důležité upozornění pro zdravotnické pracovníky a personál operačního sálu: Tento návod k použití neobsahuje všechny informace potřebné pro výběr a použití zařízení. Před použitím si přečtěte návod k použití a příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes. Musíte si být jistí, že ovládáte vhodný chirurgický postup.

Další související informace, například o chirurgických technikách, najdete na adrese www.jnjmedtech.com/en-EMEA/product/accompanying-information, nebo můžete kontaktovat místní oddělení zákaznické podpory.

Materiály

Balónkový katétr: termoplastický polyuretan

Vyztužující drát: nerezová ocel

Rentgenkontrastní značka: platina/iridium

Zamýšlené použití

Systém Synflate je určen k repozici zlomenin a/nebo tvorbě dutiny ve spongiózní kosti v oblasti páteře (segmenty T5–L5). Je určen k použití v kombinaci s kostní výplní řádně uvedenou na trh v souladu se zákonem a odpovídajícím způsobem indikovanou pro použití při vertebroplastice nebo augmentaci obratlového těla.

Poznámka: Viz pokyny výrobce kostní výplně, kde jsou obsaženy konkrétní informace týkající se použití, indikace, kontraindikace, preventivních opatření, varování, potenciálních nežádoucích příhod, nežádoucích vedlejších účinků a zbytkových rizik.

Indikace

- Bolestivé kompresní zlomeniny obratle
- Osteolytické léze umístěné v těle obratle

Kontraindikace

- Zlomenina zahrnující zadní stěnu a/nebo pedikly
- Léze vyžadující otevřenou přední rekonstrukci páteřního sloupce
- Rozměry obratlů nebo typ zlomeniny neumožňují bezpečné umístění a plnění balónku
- Akutní a chronické systémové nebo lokalizované infekce páteře
- Alergie na kontrastní látku

Cílová skupina pacientů

Systém Synflate je určen k používání u pacientů s ukončeným vývojem kostry. Tyto produkty musí být používány v souladu s účelem použití, indikacemi a kontraindikacemi a s ohledem na anatomii a zdravotní stav pacienta.

Předpokládaný uživatel

Tento návod k použití sám o sobě neposkytuje dostatečné podklady pro přímé použití prostředku nebo systému. Důrazně doporučujeme absolvovat instruktáž u chirurga, který má zkušenosti s používáním těchto prostředků.

Operace musí proběhnout v souladu s návodem k použití a podle doporučeného chirurgického postupu. Za zajištění správného provedení operace odpovídá chirurg. Důrazně se doporučuje, aby operaci prováděli pouze chirurgové, kteří získali příslušnou kvalifikaci, mají zkušenosti s operacemi páteře, uvědomují si obecná rizika spojená s operacemi páteře a jsou obeznámeni s operačními technikami specifickými pro tento produkt.

Tento prostředek je určen k použití kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, kteří mají zkušenosti s operacemi páteře, např. chirurgy, lékaři, personálem operačního sálu a osobami zapojenými do přípravy prostředku.

Veškerý personál, který s prostředkem manipuluje, by si měl být plně vědom toho, že tento návod k použití neobsahuje všechny informace nezbytné pro výběr a použití prostředku. Před použitím si přečtěte návod k použití a příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes. Musíte si být jistí, že ovládáte vhodný chirurgický postup.

Očekávané klinické přínosy

Pokud je postup augmentace obratlového těla, jako je systém Synflate, používán v souladu s určením a podle návodu k použití a označení, očekává se, že přinese klinický prospěch, jako je snížení bolesti zad.

Funkční charakteristiky prostředku

Systém Synflate je prostředek pro augmentaci obratlového těla určený k intraoperačnímu zlepšení výšky obratlového těla, dokud není provedeno vstříknutí cementu a nedojde k jeho vytvrzení, při použití v souladu s návodem k použití a označením.

Možné nežádoucí události, nežádoucí vedlejší účinky a zbytková rizika

Stejně jako u všech velkých chirurgických zákroků zde existuje riziko nežádoucích příhod. Možné nežádoucí příhody mohou zahrnovat následující: problémy vyplývající z anestezie a polohování pacienta, embolizace tuku, trombu nebo úlomků nástroje či implantátu, které by mohly vést k symptomatické plicní embolii nebo jinému plicnímu a/nebo cévnímu či orgánovému poškození; prasknutí a zhroucení naplněného balónkového katétru a zadržení úlomků v obratlovém těle a/nebo expozice kontrastní látky a možná následná alergická reakce nebo anafylaxe; neurologické poškození, nadměrné krvácení, poškození cév, měkkých tkání nebo orgánů; durální trhlina nebo únik míšního moku; časná a pozdní infekce, srdeční zástava, hematoma a zhoršené hojení ran, odražené fragmenty obratlového těla, které způsobí poškození míchy nebo nervových kořenů, a mohou tak vyústit v radikulopatii, parézu nebo paralýzu, zlomenina koncové plošky a/nebo boční stěny obratlového těla v důsledku nadměrného naplnění nepohyblivé zlomeniny, ruptury aorty, zlomenina pediklu, extravazace nádoru.


Sterilní prostředek

STERILE EO Sterilizováno etylenoxidem

Sterilní prostředky skladujte v původním ochranném obalu a nevyjímejte je z obalu dříve než těsně před použitím.


 Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Před použitím zkontrolujte datum expirace a ověřte neporušenost sterilního obalu. Prostředek nepoužívejte, pokud je jeho obal poškozený nebo bylo překročeno datum jeho expirace.

 Nesterilizujte opakovaně

Opětná sterilizace prostředku může vést k narušení jeho sterility a/nebo k nesplnění specifikací výkonu a/nebo změně materiálových vlastností.

Prostředek k jednorázovému použití

 Nepoužívejte opakovaně

Označuje zdravotnický prostředek, který je určený pouze na jedno použití nebo k použití u jednoho pacienta v rámci jednoho zákroku.

Opakované použití nebo klinické zpracování (např. čištění či opakovaná sterilizace) mohou narušit strukturální integritu prostředku a způsobit jeho poruchu, která může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Opakované použití nebo obnova jednorázových prostředků navíc představují riziko kontaminace, například v důsledku přenosu infekčního materiálu z jednoho pacienta na druhého. Mohlo by dojít k poranění či úmrtí pacienta nebo uživatele.

Varování a bezpečnostní opatření

- Produkt Synflate mohou používat pouze operující chirurgové, kteří získali příslušnou kvalifikaci, mají zkušenosti s operacemi páteře, jsou si vědomi obecných rizik operací páteře a jsou obeznámeni s chirurgickými technikami specifickými pro tento produkt.
- Výrobce neodpovídá za žádné komplikace v důsledku nesprávné diagnózy, výběru nesprávné kostní výplně, nesprávně kombinovaných součástí implantátu a/nebo operačních technik, omezení léčebných metod nebo nedostatečně aseptických podmínek.
- Neponěchávejte balónek implantovaný; materiál balónku není z materiálu vhodného pro implantaci.

Předoperační plánování

Umístěte pacienta do polohy na břicho na bederní podporu.

- U pacienta je nutné ověřit případnou alergii na kontrastní látku.
- Před použitím systému Synflate se ujistěte, že je velikost balónku vhodná pro konkrétní zákrok.

Polohování pacienta

- Stůl na operačním sále musí umožňovat neomezenou manipulaci s C-ramenem přes operační pole v obou rovinách.
- Systém Synflate se smí používat pouze pod skiaskopickou kontrolou s vysoce kvalitním snímkováním.

Přístup

Přístupové nástroje (vodící drát nebo trokar) je možné zavést buď transpedikulárním, nebo extrapedikulárním přístupem.

a) Transpedikulární přístup

- Je nutné respektovat orientační body pro umístění přístupových nástrojů. Hroty přístupových nástrojů nesmí projít v rámci předozadní projekce mediální stěnou pediklu, dokud v rámci boční projekce neprošly zadní stěnou. Při zasouvání přístupových nástrojů se ujistěte, že nejsou vloženy příliš mediálně, aby nedošlo k penetraci do páteřního kanálu. Také je nezbytné vyvarovat se zavedení hrotu přístupového nástroje až do cévních struktur za přední kortikální stěnou. Hrot přístupového nástroje nesmí být blíže než 5 mm od přední kortikální stěny těla obratle.
- K zajištění přesného vyhodnocení polohy a rozměrů jsou nutné skutečné předozadní a boční snímky.

b) Extrapedikulární přístup

- Je nezbytné vyvarovat se zavedení hrotu přístupového nástroje až do cévních struktur za přední kortikální stěnou. Hrot přístupového nástroje nesmí být blíže než 5 mm od přední kortikální stěny těla obratle.
- K zajištění přesného vyhodnocení polohy a rozměrů jsou nutné skutečné předozadní a boční snímky.

Přístup

Možnosti přístupu zahrnují přístup pomocí trokaru nebo vodícího drátu. Trokar umožňuje přístup v rámci jediného kroku, zatímco vodící drát je nejprve použit k vytvoření dráhy pro přístupové nástroje.

a) Přístup pomocí trokaru

- Zajistěte, aby trokar nenarušil přední stěnu těla obratle.
- Tlučte pouze na modrou plastovou rukojeť přístupového nástroje.
- Nezasouvajte ani nezasouvajte pracovní pouzdro do kosti bez trokaru. Pracovní pouzdro by se mohlo poškodit a zabránit zavedení balónku.
- Nepřesměrovávejte nástrojovou sestavu, aniž byste ji vyjmuli a opětovně zavedli do těla obratle.

b) Přístup pomocí vodícího drátu

- Při zasouvání kanylovaného trokaru pomocí skiaskopie zajistěte, aby vodící drát ani kanylovaný trokar nikdy nenarušily přední stěnu těla obratle.
- Ujistěte se, že otvor na plastové rukojeti kanylovaného trokaru je při jeho zasouvání za všech okolností volný, aby nedošlo k blokování průchodu vodícího drátu.
- Tlučte pouze na modrou plastovou rukojeť přístupového nástroje.
- Vodící drát se vysune zadní částí rukojeti. Nástroje zasouvajte opatrně, aby nedošlo k poranění ruky lékaře.
- Udržujte polohu vodícího drátu, abyste zabránili jeho neúmyslnému zasunutí nebo vysunutí.
- Nezasouvajte ani nezasouvajte pracovní pouzdro do kosti bez trokaru. Pracovní pouzdro by se mohlo poškodit a zabránit zavedení balónku.
- Nepřesměrovávejte nástrojovou sestavu, aniž byste ji vyjmuli a opětovně zavedli do těla obratle.
- Nevyvíjejte nadměrnou sílu na vodící drát, abyste zabránili jeho možné deformaci.
- K zajištění přesného vyhodnocení jsou nutné skutečné předozadní a boční snímky.

Biopsie

Po umístění pracovního pouzdra je možné provést volitelnou biopsii pomocí soupravy pro biopsii.

– Nezasouvajte biopstickou jehlu za přední kortikální stěnu těla obratle, protože by mohlo dojít k poškození cévních struktur.

Vytvoření přístupového kanálu a stanovení velikosti balónku (Přístupový kanál pro balónek Synflate se vytváří pomocí pístu.)

- K pohnání vrtáku vpřed nepoužívejte kladívko. Při otáčení může dojít k agresivnímu zasunutí vrtáku.
- Při zasouvání vrtáku nebo pístu používejte vždy skiaskopii. Je nezbytné vyvarovat se zavedení hrotu vrtáku nebo pístu až do cévních struktur za přední kortikální stěnou.

- Při používání vrtáku nebo pístu je důležité se ujistit, že se pracovní pouzdra nepohybují. Nepoužívejte vrták ani píst k manipulaci nebo opravě směru pracovního pouzdra.
- Pokud skiaskopicky nejsou viditelné žádné drážky pístu, upravte pracovní pouzdro a/nebo píst, je-li to možné. Pokud nelze nástroje bezpečně upravit tak, aby se odhalila alespoň jedna drážka, nebude postup s využitím balónku Synflate možný a je nutné použít alternativní augmentační postup.

Příprava plicního systému

- Je nezbytné dodržovat pokyny výrobce týkající se indikací, použití a bezpečnostních opatření kontrastní látky.
- Balónek naplňujte pouze kapalnou, s vodou mísitelnou, iontovou nebo neiontovou kontrastní látkou (společnost Synflate prováděla zkoušky s maximální koncentrací jódu 320 mg/ml). Kontrastní látka může mít odlišnou viskozitu a úroveň srážení, což může ovlivnit doby plnění a vypouštění; proto se doporučuje poměr směsi kontrastní látky a fyziologického roztoku 1:2.
- Je-li nutné provést velkou změnu polohy rukojeti, lze stlačením bílých křídélek odblokovat píst. Rukojetí je nutné hýbat opatrně, aby nedošlo k překročení její požadované cílové polohy.
- Pokud se bílá křídélka nevrátí do zablokované polohy, netlačte na ně přílišnou silou, aby se nepoškodil píst. Otáčejte rukojetí jen velmi jemně a bílá křídélka se do zablokované polohy vrátí automaticky.

Příprava balónkového katétru a plnění balónku

- Rozpínání balónků, tlak a objem v plicním systému musí být pečlivě sledovány.
- Tlak balónku Synflate nesmí překročit maximální tlak plnění 30 barů. Ke sledování tlaku použijte tlakoměr.
- Objemy naplněných balónků Synflate nesmí překročit maximální objemy specifikované v části „Další informace specifické pro prostředek“.
- Jsou-li balonky naplněny více, než je stanovený maximální objem nebo tlak, mohou ucházet.
- Funkce balónkového katétru může být negativně ovlivněna, pokud přijde do kontaktu s kostními úlomky, kostním cementem nebo jinými chirurgickými nástroji.
- K plnění balónkových katétrů Synflate nepoužívejte vzduch ani jiné plyny.
- Nikdy nevystavujte balónkový katétr organickým rozpouštědly (například alkoholu).
- Charakteristiky naplňování balónku Synflate jsou ovlivněny naplňováním uvnitř kosti.
- U oboustranných zákroků je důležité zajistit, aby plnění balónku nevyvolalo vyosení (např. obnovu v nesymetrické výšce). Může však být žádoucí plnit balonky na různé objemy, aby se předešlo nebo napravilo vyosení.

Vypuštění a vytažení balónku

- Vyztužující drát zavádějte zpět pouze v případě, že je balónek mimo tělo pacienta.
- Před opětovným zavedením katétru zpět do bílého ochranného pouzdra opláchněte balónek fyziologickým roztokem, abyste odstranili veškeré zbytky. Nečistěte balónek přímým kontaktem (např. otíráním). Vzhledem k tomu, že první naplnění může natáhnout materiál balónku, jeho délka může být větší než původně. Proto katétr vždy zavádějte pod skiaskopickou kontrolou.

Injekce kostní výplně

- Přesuňte svorku do polohy počáteční značky. V této poloze je distální hrot injekční jehly v rovině s distálním koncem pracovního pouzdra.
- Nepoužívejte šedou soupravu pro biopsii k aplikaci cementu.
- Před aplikací kostní výplně zkontrolujte její kompatibilitu s injekční jehlou.
- Pečlivě sledujte vstříkávání kostní výplně pomocí skiaskopie, aby se snížilo riziko jejího úniku. Závažný únik může způsobit smrt nebo paralýzu. Pokud během zákroku pozorujete únik kostní výplně, přestaňte vstříkovat a zvažte následující: vyčkejte, než vstříknutá kostní výplň ztvrdne, přemístěte jehlu, upravte směr jehly nebo ukončete zákrok. V případě potřeby pomalu pokračujte ve vstříkování kostní výplně a pečlivě sledujte, zda nedochází k dalšímu úniku. Pokud dojde k dalšímu úniku tekutiny, přestaňte vstříkovat.
- Doba uvolnění kostní výplně závisí na výběru kostní výplně. Doba přípravy, vstříkování a nastavení se liší podle konkrétního produktu, před chirurgickým zákrokem si tedy prostudujte pokyny k použití daného systému a v souladu s nimi zákrok naplánujte. Pokud je injekční jehla s pracovním pouzdrům vyjmuta příliš brzy, existuje riziko zavlečení vláken cementu do svalové tkáně. Pokud je injekční jehla vyjmuta příliš pozdě, může se zaseknout nebo bude obtížné ji vyjmout.
- Při oboustranném přístupu ponechte obě injekční jehly při aplikaci kostní výplně zavedené, aby nedošlo ke zpětnému toku do pracovního pouzdra.

Další informace naleznete v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

Kombinování zdravotnických prostředků

Systém Synflate je určen k použití v kombinaci s kostní výplní řádně uvedenou na trh v souladu se zákonem a odpovídajícím způsobem indikovanou pro použití při vertebroplastice nebo augmentaci obratlového těla. Viz pokyny výrobce kostní výplně, kde jsou obsaženy konkrétní informace týkající se použití, indikací, kontraindikací, preventivních opatření, varování, potenciálních nežádoucích příhod, nežádoucích vedlejších účinků a zbytkových rizik. Systém Synflate je určen k použití s přístupovou soupravou (10 G a 4,7 mm), biooptickou soupravou a plnicím systémem. Podrobnosti o použití, bezpečnostních opatřeních, varováních, potenciálních nežádoucích příhodách, nežádoucích vedlejších účincích a zbytkových rizicích naleznete v příslušných informacích o produktu.

Alternativní nástroje se nesmí se systémem Synflate používat.

Společnost Synthes netestovala kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných výrobců a nenesou v takových případech žádnou odpovědnost.

Ošetření před použitím prostředku

Sterilní prostředek:

Tyto prostředky se dodávají sterilní. Výrobky vyjměte z obalu aseptickým postupem.

Sterilní prostředky skladujte v původním ochranném obalu.

Z obalu je vyjměte až těsně před použitím.

Před použitím zkontrolujte datum expirace a pohledem zkontrolujte, zda není sterilní obal porušený:

- Zkontrolujte úplnost a stejnoměrnost celé plochy sterilního bariérového obalu včetně těsnění.
- Zkontrolujte neporušenost sterilního obalu a ujistěte se, že se v něm nenachází otvory, kanálky ani dutiny.

Prostředek nepoužívejte, pokud je jeho obal poškozen nebo uplynula doba expirace.

Další informace specifické pro prostředek

Vertebrální balónek Synflate je k dispozici ve třech velikostech.

Číslo položky	Délka balónku	Původní délka	Max. \varnothing *	Max. délka*	Max. objem	Max. tlak
03.804.700S Malá	10 mm	14 mm	16,3 mm	18,1 mm	4 ml	30 atm 440 psi
03.804.701S Střední	15 mm	19 mm	16,1 mm	23,3 mm	5 ml	30 atm 440 psi
03.804.702S Velká	20 mm	24 mm	16,3 mm	28,9 mm	6 ml	30 atm 440 psi

* Při maximálním naplnění ve vodní lázni při 37 °C. Rozměry (průměr a délka) se mohou v závislosti na rozměrech kostní struktury uvnitř těla obrátit lišit.

Balónkový katétr Synflate je možné v jednom chirurgickém zákroku jedenkrát znovu zavést a znovu napustit.

Likvidace

Prostředky je nutné likvidovat jako zdravotnické prostředky v souladu s postupy zdravotnického zařízení.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedtech.com

Návod k použití:
www.e-ifu.com