
Kasutusjuhend

387.013S

Puur \varnothing 2,5 mm, piduriga, pikkus 270/70 mm, 3 soonega

Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend

387.0135 Puur Ø 2,5 mm, piduriga, pikkus 270/70 mm, 3 soonega

Ohutusabinõud

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes brošüüri „Oluline teave“ ja vastavat kirurgiliste meetodite juhendit. Veenduge, et tunneksite asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjal

Materjal: Standardne:
roostevaba teras (SSt) ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1

Puur 387.0135 on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Puuri tuleb kasutada koos pildi intensiivistajaga.

Puuri võib kasutada ainult koos tööriistaga, millel on aeglase käivituse ja sujuvalt reguleeritava kiiruse suurendamise võimalus. Synthes soovib elektrilist pliiatsajamit Electric Pen Drive kiirusega 60 000 p/min (05.001.010) või suruõhuga pliiatsajamit Air Pen Drive (05.001.080). Kasutada võib ka patareitoitel tööriista Colibri II Battery Power Tool (532.101) või kompaktsel suruõhujamit Compact Air Drive II (511.701).

Puuri tuleb kasutada koos suunava hülsiga Guiding Sleeve (387.014), mis juhib puuri lõikeosa. Tugevdatud völli ja suunav hüls annavad puurile paindumistabiilsuse, tagades sellega suurema täpsuse.

Kuna kruvikinnitusega C1/C2 instrumendid on mõeldud perkutaanseks kasutamiseks, peavad need olema pikad ja taluma seetõttu lühikestest instrumentidest suuremat mehhaanilist pinget.

Seepärast arvestage puuri kasutamisel järgmist

Kui puuri ei hoita sirgelt piki oma telge, võib tööriista kaal rakendada 270 mm puurile olulist koormust. See tekitab paindumise ja pinged puuri nõrgimas osas, st 2,5 mm läbimõelduga lõikeosas. Puur võib puruneda, kui

– puur paindub liigselt või korduvalt

ja/või

– puur paindub ja tööriist avaldab samal ajal sellele suurt väändejõudu.

Järelkult tuleb puuri hoida sirgelt piki oma telge ja tööriista väändejõud ning pöörlemiskiirus peavad olema minimaalsed.

Kontrollimatu korduva paindepingeohtu vältimiseks on puur mõeldud ainult ühekordseks kirurgiliseks kasutamiseks.

Enne puuri käivitamist veenduge, et puur liiguks kontsentriselt. Vastasel juhul tekib ülepinge, mis võib tekitada mörasid ja ebatäpset puurimist.

Kui puuri kasutatakse koos arvutiga juhivate instrumentidega, tutvuge nende ohutus- ja kasutusjuhustega.

Säilitamisel ärge asetage raskeid esemeid puuri peale.

Steriilne seade

STERILE R Steriliseeritud kiiritamisega

Hoidke meditsiiniseadmeid nende originaalpakendites ja eemaldage pakendist alles vahetult enne kasutamist.

Enne kasutamist kontrollige toote aegumiskuupäeva ja veenduge, et steriilne pakend oleks terve. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.

Ühekordselt kasutatav seade

 Mitte korduskasutada

Ühekordseks kasutamiseks ettenähtud tooteid ei tohi korduskasutada.

Korduskasutamine või taastöötlamine (nt puhastamine ja kordussteriliseerimine) võivad kahjustada seadme konstruktsiooni terviklikkust ja/või põhjustada seadme rikke, mis võib kaasa tuua patsiendi vigastuse, haiguse või surma.

Lisaks sellele võib ühekordselt kasutatavate seadmete korduskasutamine või taastöötlamine tekitada saastumisohu, nt nakkusohutliku materjali ülekandumise ühelt patsiendilt teisele. See võib põhjustada patsiendi või kasutaja vigastuse või surma.


0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com