
Használati utasítás

387.013S

fúrósár 2,5 mm \varnothing , ütközővel, hossz: 270/70 mm,
3 hornyos

A jelen használati utasítás az Amerikai Egyesült
Államokban nem forgalmazható.

Használati utasítás

387.013S fúrószerű 2,5 mm Ø, ütőközel, hossz: 270/70 mm, 3 hornyos

Biztonsági óvintézkedések

Használat előtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati utasítást, a Synthes „Fontos tudnivalók” c. tájékoztatóját, valamint az idevágó műtéttechnikákat bemutató dokumentumot. Gondoskodjon a megfelelő műtéttechnikában való jártasságáról.

Felhasznált anyagok

Anyag: Szabvány:
Rozsdamentes acél (SST) ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1

A 387.013S fúrószerű egyszer használatos.

A fúrószerűt képerősítővel kell használni.

A fúrószerű kizárólag olyan motoros eszközzel használható, amely lassan indítható, és folyamatosan gyorsítható. A Synthes az Electric Pen Drive 60.000 rpm (05.001.010) vagy az Air Pen Drive (05.001.080) eszközt ajánlja. Alternatív módon a Colibri II Battery Power Tool (532.101) vagy a Compact Air Drive II (511.701) eszköz is használható.

A fúrószerűt a vezetőhüvellyel (387.014) együtt kell használni, amely vezeti a fúrószerű vágórészét. A megerősített szár és a vezetőhüvely hajlítási stabilitást ad a fúrószerűnek, így pontosabbá teszi a használatát.

Mivel a C1/C2 rögzítőcsavarokhoz való eszközök perkután használatra javallottak, hosszúnak kell lenniük, és ezért nagyobb mechanikus erőhatásoknak vannak kitéve, mint a rövid eszközök.

Ezért a fúrószerű használatakor vegye figyelembe a következőket:

Ha a fúrószerűt nem tartják a tengelyével függőlegesen, a motoros eszköz súlya jelentős terhelést fejt ki a 270 mm-es fúrósűrre. Ez a fúrósűr leggyengébb részének, azaz a 2,5 mm átmérőjű vágórészének elhajlásához és az ehhez kapcsolódó terheléshez vezet. A fúrósűr eltörhet, ha

– túlságosan vagy ismételt elhajlik,

és/vagy

– a fúrósűr elhajlik, és ezzel egyidejűleg a motoros eszközzel jelentős torziós erőt fejtenek ki rá.

Ezért a fúrószerűt a tengelyével függőlegesen kell tartani, és a motoros eszközt minimális torziós erővel és alacsony fordulatszámmal kell működtetni.

A nem ellenőrzött ismételt hajlítási terhelés kockázatának elkerülése érdekében a fúrósűr csak egyetlen műtét során használható.

A fúrás előtt ellenőrizze, hogy a fúrósűr koncentrikusan forog-e. Ha ez nem így van, túlterhelés következik be, ami törést és pontatlan fúrást eredményezhet.

Ha a fúrósűr számítógépes navigációhoz való eszközökkel együtt használja, kövesse azok biztonsági és használati utasításait.

Tárolás során ne helyezzen nehéz tárgyakat a fúrósűrre.

Steril eszköz

STERILE R Besugárzással sterilizálva

Az orvostechikai eszközöket az eredeti védőcsomagolásukban kell tárolni, és csak közvetlenül a használat előtt vehetők ki a csomagolásból.

Használat előtt ellenőrizze a termék szavatossági idejét és a steril csomagolás sérülésmertességét. Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

Egyszer használatos eszköz

 Újrafelhasználása tilos

A rendeltetésük szerint egyszer használatos termékeket tilos újrafelhasználni.

Az újbóli használat vagy felújítás (pl. tisztítás és újraszterilizálás) veszélyeztetheti az eszköz strukturális épségét, és/vagy az eszköz meghibásodását eredményezheti, ami a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

Továbbá az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása vagy felújítása fertőzésveszélyt okozhat, pl. fertőző anyagok egyik betegről a másikra történő átvitele esetén. Ez a beteg vagy a felhasználó sérülését vagy halálát eredményezheti.

CE
0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com