
Návod k použití

03.835.043

Momentová rukojeť, rovná s klíčem s ráčnou, 3 Nm

Tento návod k použití není určen k distribuci
ve Spojených státech.

Návod k použití

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgické techniky. Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

Materiál(y)

Materiál(y): Norma (normy):
Nerezová ocel ASTM F899/A276/A564
Silikon

Zamýšlený účel

Momentová rukojeť je určena jako podpůrný nástroj pro implantaci implantátů společnosti Synthes.

Indikace a kontraindikace

Pokud je momentová rukojeť použita v kombinaci s implantáty nebo nástroji, najdete indikace a kontraindikace a další chirurgické postupy v chirurgických technikách odpovídajících prostředků.

Kombinace zdravotnických prostředků

Společnost Synthes netestovala kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

Ošetření před použitím prostředku

Produkty společnosti Synthes dodávané v nesterilním stavu musí být před chirurgickým použitím očištěny a sterilizovány parou. Před čištěním odstraňte všechny původní obaly. Před sterilizací parou umístěte produkt do schváleného obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce „Důležité informace“ společnosti Synthes.

Opakovaná příprava prostředku

Podrobné pokyny pro opakovanou přípravu implantátů, nástrojů a obalů jsou popsány částí „Důležité informace“. Pokyny pro sestavení a rozebrání nástrojů, „Rozebrání vícedílných nástrojů“, je možné stáhnout na adrese: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Dodatečné informace specifické pro prostředek

Důležitá poznámka o servisní údržbě

Doporučujeme provádět servisní údržbu momentových nástrojů:

– Jednou za 6 měsíců nebo po každých 50 cyklech v autoklávu podle toho, co nastane dříve.

– Pokud máte podezření, že je nástroj mimo kalibraci.

Servisní údržba se zajišťuje prostřednictvím normálních obchodních kanálů pobočky v dané zemi.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com