
Käyttöohjeet

03.835.043

Momenttirajoitinkahva, suora ja varustettu räikkävääntimellä, 3 Nm

Tätä käyttöohjetta ei ole tarkoitettu jakeluun
Yhdysvalloissa.

Käyttöohjeet

Lue ennen käyttöä huolellisesti nämä käyttöohjeet, Synthes-esitys ”Tärkeitä tietoja” ja asiaankuuluvat leikkaustekniikat. Varmista, että olet perehtynyt tarkoituksenmukaiseen leikkausmenetelmään.

Materiaali(t)

Materiaali(t): Standardi(t):
Ruostumaton teräs ASTM F899/A276/A564
Silikoni

Käyttötarkoitus

Momenttirajoitinkahva on tarkoitettu Synthes-implanttien implantoinnin tueksi.

Käyttöaiheet ja vasta-aiheet

Jos momenttirajoitinkahvaa käytetään yhdessä implanttien tai instrumenttien kanssa, käyttöaiheet ja vasta-aiheet sekä ylimääräiset leikkausvaiheet tulee tarkistaa asiaankuuluvista leikkausmenetelmistä.

Lääkinnällisten laitteiden yhdistelmä

Synthes ei ole testannut yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa eikä ota vastuuta yhteensopivuudesta.

Käsittely ennen laitteen käyttöä

Steriloimattomina toimitetut Synthes-tuotteet on puhdistettava ja höyrysteriloitava ennen kirurgista käyttöä. Poista kaikki alkuperäispakkaukset ennen puhdistamista. Aseta tuote hyväksytyyn kääreeseen tai säiliöön ennen höyrysterilointia. Noudata Synthes-esityksessä ”Tärkeitä tietoja” esitettyjä puhdistus- ja sterilointiohjeita.

Laitteen uudelleenkäsittely

Yksityiskohtaiset ohjeet implanttien, instrumenttien ja laatikoiden uudelleen käsittelyyn esitetään esitteessä Tärkeitä tietoja. Instrumenttien kokoonpano- ja purkuohje ”Moniosaisen instrumenttien purkaminen” on ladattavissa osoitteessa: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Laittekohtaiset lisätiedot

Tärkeä huomautus huoltamisesta

Suosittelomme momenttirajoitininstrumenttien huoltamista seuraavasti:

– Kerran 6 kuukauden välein tai aina 50 autoklaavijakson jälkeen, ensimmäisenä tapahtuvan mukaan

– Jos epäilet, että instrumentti vaatii kalibrointia

Huollot käsitellään kussakin maassa sijaitsevan tytäryhtiön normaalien myyntikanavien kautta.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com