
Istruzioni per l'uso

03.835.043

Impugnatura con regolazione del momento torcente,
retta con cricchetto, 3 Nm

Queste istruzioni per l'uso non sono
destinate alla distribuzione negli USA.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'utilizzo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, l'opuscolo Synthes «Informazioni importanti» e le tecniche chirurgiche corrispondenti. È necessario essere a conoscenza della tecnica chirurgica opportuna.

Materiale/i

Materiale/i: Standard:
Acciaio ASTM F899/A276/A564
Silicone

Uso previsto

L'impugnatura con regolazione del momento torcente è progettata per supportare l'impianto di impianti Synthes.

Indicazioni e controindicazioni

Nel caso in cui l'impugnatura con regolazione del momento torcente venga utilizzata unitamente a impianti o strumenti, consultare le rispettive tecniche chirurgiche per indicazioni e controindicazioni e per le fasi chirurgiche supplementari.

Combinazione di dispositivi medici

Synthes non ha testato la compatibilità con dispositivi forniti da altri produttori e non assume alcuna responsabilità in questi casi.

Trattamento prima dell'uso del dispositivo

I prodotti Synthes forniti non-sterili devono essere puliti e sterilizzati a vapore prima del loro impiego chirurgico. Prima della pulizia, rimuovere completamente la confezione originale. Prima della sterilizzazione a vapore, inserire il prodotto in un involucro o contenitore approvato. Seguire le istruzioni di pulizia e sterilizzazione indicate nell'opuscolo «Informazioni importanti» di Synthes.

Ricondizionamento del dispositivo

Istruzioni dettagliate per il ricondizionamento degli impianti, degli strumenti e degli involucri sono riportate nelle Informazioni importanti. Le istruzioni di montaggio e smontaggio degli strumenti «Smontaggio degli strumenti composti da più parti» possono essere scaricate alla pagina:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Ulteriori informazioni specifiche per il dispositivo

Nota importante sulla manutenzione

Raccomandiamo di sottoporre a manutenzione gli strumenti di regolazione del momento torcente:

- Ogni 6 mesi o dopo 50 cicli di autoclavaggio, in base a ciò che si verifica prima
- Se si sospetta che lo strumento debba essere ricalibrato

Far eseguire l'intervento attraverso i normali canali di vendita delle affiliate dei rispettivi paesi.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com