

---

Naudojimo instrukcija

03.835.043

Sukimo momentą ribojanti rankena, tiesi,  
su reketo mechanizmą turinčiu raktu, 3 Nm

Ši naudojimo instrukcija neskirta platinti JAV.

# Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą. Įsitinkite, kad esate susipažinę su reikiamu chirurginiu metodu.

## Medžiaga (-os)

Medžiaga (-os): Standartas (-ai):  
Nerūdijantysis plienas ASTM F899/A276/A564  
Silikonas

## Numatytoji paskirtis

Sukimo momentą ribojanti rankena skirta padėti įsodinti „Synthes“ implantus.

## Indikacijos ir kontraindikacijos

Jei sukimo momentą ribojanti rankena naudojama kartu su implantais ar instrumentais, indikacijos, kontraindikacijos ir papildomus chirurginius veiksmus žr. atitinkamuose chirurginiuose metoduose.

## Medicinių įtaisų suderinimas

„Synthes“ neišbandė suderinamumo su kitų gamintojų įtaisais ir tokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės.

## Įtaiso paruošimas prieš naudojant

„Synthes“ gaminius, kurie tiekiami nesterilūs, būtina išvalyti ir sterilizuoti garu prieš naudojant chirurgijai. Prieš valydami, pašalinkite visas originalias pakuotes. Prieš sterilizuodami garu, įvyniokite gaminį į patvirtintą vyniojamąją medžiagą arba įdėkite į talpyklą. Laikykitės valymo ir sterilizavimo instrukcijos, pateiktos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

## Įtaiso pakartotinis apdorojimas

Išsamūs implantų, instrumentų ir dėklų pakartotinio apdorojimo nurodymai yra pateikti dalyje „Svarbi informacija“. Instrumentų sumontavimo ir išmontavimo instrukciją „Daugiakomponenčių instrumentų išmontavimas“ galima atsisiųsti šioje svetainėje:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Konkrečiam įtaisui skirta papildoma informacija

Svarbi pastaba apie techninę priežiūrą

Sukimo momentą ribojančių instrumentų techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti:

- kas 6 mėnesius arba kas 50 sterilizavimo autoklavu ciklų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau;
- jei įtariate, kad instrumento kalibravimas netinkamas.

Techninės priežiūros darbai atliekami naudojantis įprastais atitinkamos šalies filialo pardavimo kanalais.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)