
Instrukcja stosowania

03.835.043

Klucz dynamometryczny prosty z ogranicznikiem momentu, z grzechotką, 3 Nm

Niniejsza instrukcja stosowania nie jest przeznaczona do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja stosowania

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania, dokument „Ważne informacje” firmy Synthes oraz odpowiednie techniki operacyjne. Należy upewnić się co do znajomości odpowiedniej techniki operacyjnej.

Materiał(y)

Materiał(y): Norma(y):
Stal nierdzewna ASTM F899/A276/A564
Silikon

Przeznaczenie

Klucz dynamometryczny z ogranicznikiem momentu przeznaczony jest do implantowania wszczepów Synthes.

Wskazania i przeciwwskazania

W przypadku stosowania klucza dynamometrycznego w połączeniu z implantami albo oprzyrządowaniem należy zapoznać się z odpowiednimi technikami operacyjnymi dotyczącymi wskazań i przeciwwskazań, a także dodatkowymi czynnościami chirurgicznymi.

Łączenie wyrobów medycznych

Firma Synthes nie zbadała zgodności z urządzeniami oferowanymi przez innych producentów i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego problemy.

Przygotowanie wyrobu przed użyciem

Produkty firmy Synthes dostarczane w stanie niesterylnym należy oczyścić i poddać sterylizacji parą wodną przed zastosowaniem podczas zabiegu operacyjnego. Przed czyszczeniem należy zdjąć wszystkie oryginalne opakowania. Przed sterylizacją parą wodną należy umieścić produkt w zatwierdzonym opakowaniu lub pojemniku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia i sterylizacji, które zostały podane w dokumencie „Ważne informacje” firmy Synthes.

Powtórne przetwarzanie urządzenia

Szczegółowe instrukcje dotyczące powtórnego przetwarzania implantów, narzędzi i kaset opisano w dokumencie Ważne informacje. Instrukcje dotyczące montażu i demontażu narzędzi opisano w dokumencie „Demontaż narzędzi wieloczęściowych”, który można pobrać ze strony:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Dodatkowe informacje dotyczące urządzenia

Ważna uwaga dotycząca obsługi technicznej

Zalecamy, aby instrumenty dynamometryczne z ogranicznikiem momentu serwisowane były:

- co 6 miesięcy albo po każdym 50 cyklach sterylizacji w autoklawie, cokolwiek nastąpi wcześniej
- jeśli istnieje podejrzenie, że instrument utracił kalibrację

Obsługa techniczna realizowana jest poprzez normalne kanały dystrybucji w danym kraju.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com