
Návod na použitie

03.835.043

Rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu,
rovná, s račňovým kľúčom, 3 Nm

Tento návod na použitie nie je určený na
distribúciu v USA.

Návod na použitie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru Dôležité informácie spoločnosti Synthes a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

Materiál(-y)

Materiál(-y): Norma(-y):
Nehrdzavajúca oceľ ASTM F899/A276/A564
Silikón

Určené použitie

Rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu je určená na pomoc pri implantácii implantátov spoločnosti Synthes.

Indikácie a kontraindikácie

V prípade, že sa rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu používa v kombinácii s implantátmi alebo nástrojmi, indikácie a kontraindikácie, ako aj ďalšie chirurgické kroky nájdete v návodoch k príslušným chirurgickým technikám.

Kombinácia zdravotníckych pomôcok

Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôckami iných výrobcov a v takýchto prípadoch nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Ošetrovanie pomôcky pred použitím

Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvodné obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými spoločnosťou Synthes v brožúre Dôležité informácie.

Príprava na opakované použitie pomôcky

Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy na opakované použitie implantátov, nástrojov a puzdier sú uvedené v brožúre Dôležité informácie. Pokyny týkajúce sa montáže a demontáže nástrojov s názvom Demontáž nástrojov pozostávajúcích z viacerých častí si môžete prevziať z webovej stránky:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Ďalšie informácie špecifické pre túto pomôcku

Dôležitá poznámka o servise

Odporúčame vykonávať servis nástrojov s obmedzením krútiaceho momentu:

- každých 6 mesiacov alebo po každých 50 cykloch sterilizácie v autokláve, podľa toho, čo nastane skôr,
- ak máte podozrenie, že nástroj nie je správne nakalibrovaný.

Servis sa vykonáva prostredníctvom bežných predajných miest dcérskej spoločnosti v príslušnom štáte.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com