
Brugsanvisning

03.835.043

Momentbegrænserhåndtag, lige med skraldenøgle, 3 Nm

Brugsanvisningen er ikke beregnet til
distribuering i USA.

Brugsanvisning

Vigtig meddelelse til læger og operationspersonale: Denne brugsanvisning indeholder ikke alle de oplysninger, som er nødvendige for at udvælge og bruge en anordning. Læs denne brugsanvisning og Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger" grundigt igennem før brug. Sørg for at være bekendt med den relevante kirurgiske procedure.

Materiale(r)

Materiale(r): Standard(er):
Rustfrit stål ASTM F899/A276/A564
Silikone

Tilsluttet anvendelse

Momentbegrænserhåndtaget er beregnet til implantationsunderstøttelse af Synthes-implantater.

Indikationer og kontraindikationer

I tilfælde af anvendelse af momentbegrænserhåndtaget i kombination med andre implantater eller instrumenter henvises der til de respektive brugsanvisninger for indikationer og kontraindikationer samt yderligere kirurgisk praksis.

Kombination af medicinske anordninger

Synthes har ikke testet kompatibiliteten med anordninger fra andre producenter og påtager sig intet ansvar i disse tilfælde.

Behandling inden ibrugtagning af anordningen

Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring implantatet i et godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren "Vigtige oplysninger".

Rengøring og sterilisering af anordningen

Der gives detaljerede oplysninger om rengøring og sterilisering af implantater, instrumenter og etuier i den vedlagte brochure "Vigtige oplysninger". Brochuren med anvisninger i montering og demontering af instrumenter, "Demontering af instrumenter med flere dele", kan downloades fra:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Yderligere anordningsspecifikke oplysninger

Vigtig bemærkning vedr. vedligeholdelse
Vi anbefaler, at momentbegrænsere vedligeholdes:
– En gang hver 6. måned eller efter hver 50. autoklaveringssekvens
– Hvis du har en mistanke om, at instrumentet er kommet ud af kalibrering
Vedligeholdelse håndteres via datterselskabets normale salgskanaler i hvert land.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com