
Gebrauchsanweisung

03.835.043

Griff mit Drehmomentbegrenzung, gerade mit Ratsche, 3 Nm

Diese Gebrauchsanweisung ist nicht zur
Verteilung in den USA bestimmt.

Gebrauchsanweisung

Wichtiger Hinweis für medizinisches Fachpersonal und OP-Personal: Diese Gebrauchsanweisung enthält nicht alle Informationen, die für die Auswahl und Verwendung eines Produkts erforderlich sind. Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung und die Synthes Broschüre „Wichtige Informationen“ genau durch. Der operierende Chirurg muss mit dem entsprechenden Operationsverfahren umfassend vertraut sein.

Material(ien)

Material(ien): Norm(en):
Stahl ASTM F899/A276/A564
Silikon

Verwendungszweck

Der Griff mit Drehmomentbegrenzung soll unterstützend bei der Implantierung von Synthes-Implantaten eingesetzt werden.

Indikationen und Kontraindikationen

Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen sowie zusätzlichen Operationsschritten bei der Verwendung des Griffs mit Drehmomentbegrenzung in Kombination mit Implantaten oder Instrumenten sind den entsprechenden Gebrauchsanweisungen zu entnehmen.

Kombination von Medizinprodukten

Synthes hat die Produkte nicht im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit Medizinprodukten anderer Hersteller geprüft und übernimmt in solchen Fällen keine Haftung.

Behandlung vor Gebrauch des Medizinproduktes

Synthes-Produkte, die unsteril geliefert werden, sind vor dem Gebrauch im OP zu reinigen und mit Dampf zu sterilisieren. Vor dem Reinigen die Originalverpackung vollständig entfernen. Vor der Dampfsterilisation das Sterilisationsgut in eine zugelassene Sterilisationsfolie einschweißen oder in einen geeigneten Sterilisationsbehälter legen. Die Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation in der Synthes-Broschüre „Wichtige Informationen“ befolgen.

Klinische Aufbereitung von Medizinprodukten

Einzelheiten zur Aufbereitung von Implantaten, Instrumenten und Cases entnehmen Sie bitte der Broschüre „Wichtige Informationen“. Informationen zur Montage und Demontage mehrteiliger Instrumente finden Sie in der Broschüre „Demontage mehrteiliger Instrumente“ unter:
<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Zusätzliche implantatspezifische Informationen

Wichtiger Hinweis zur Wartung

Wir empfehlen, dass Instrumente mit Drehmomentbegrenzung wie folgt gewartet werden:

- Alle 6 Monate oder nach jeweils 50 Zyklen im Autoklaven, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.
- Wenn der Verdacht besteht, dass das Instrument nicht mehr kalibriert ist.

Die Wartung wird über die üblichen Vertriebskanäle der Niederlassung in dem entsprechenden Land abgewickelt.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com