
Használati útmutató

03.835.043

Egyenes nyomatékkorlátozó markolat racsni kulccsal, 3 Nm

A jelen használati utasítás az Egyesült
Államokban nem forgalmazható.

Használati utasítás

Fontos megjegyzés egészségügyi szakemberek és a műtőszemélyzet számára: a jelen használati utasítás nem tartalmazza az eszközök kiválasztásához és használatához szükséges összes tudnivalót. Használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást és a „Fontos tudnivalók” c. Synthes tájékoztatót. Gondoskodjon a megfelelő műtéttechnikában való jártasságáról.

Anyag(ok)

Anyag(ok): Szabvány(ok):
Rozsdamentes acél ASTM F899/A276/A564
Szilikon

Rendeltetészerű felhasználás

A nyomatékkorlátozó markolat célja a Synthes gyártmányú implantátumok beültetésének segítése.

Javallatok és ellenjavallatok

Abban az esetben, ha a nyomatékkorlátozó markolat implantátumokkal vagy eszközökkel együttesen kerül felhasználásra, olvassa el a javallatokat és ellenjavallatokat, valamint a kiegészítő sebészeti lépéseket a megfelelő használati utasításban.

Orvostechnikai eszközök kombinálása

A Synthes nem vizsgálta az összeférhetőséget más gyártók által biztosított eszközökkel, és ilyen esetekre semmiféle helytállási kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal.

Az eszköz használata előtti kezelés

A nem steril állapotban szállított Synthes termékeket a műtéti felhasználás előtt meg kell tisztítani, és gőzsterilizálni kell. Tisztítás előtt el kell távolítani a teljes eredeti csomagolást. Gőzsterilizálás előtt jóváhagyott csomagolóanyagba vagy tartóedénybe kell helyezni a terméket. Kövesse a Synthes „Fontos tudnivalók” című tájékoztatójában található tisztítási és sterilizálási utasításokat.

Az eszköz felújítása

Az implantátumok, eszközök és tokok felújítására vonatkozó részletes utasításokat a Fontos tudnivalók c. tájékoztató ismerteti. Az eszközök össze- és szétszerelésével kapcsolatos utasításokat tartalmazó „A többrészes eszközök szétszerelése” c. dokumentum a következő weboldalról tölthető le:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Az eszközre vonatkozó további tudnivalók

Fontos megjegyzés a szervizelésről

A nyomatékkorlátozó eszközök szervizelését az alábbiak szerint ajánlott elvégezni:
– félévente egyszer vagy minden 50. autokláv ciklus után, e kettő közül pedig a hamarabb bekövetkező esetén;
– ha az eszköz kalibrálása gyaníthatóan nem megfelelő.

A szervizelés az adott országban működő leányvállalatunk normál értékesítési csatornáin keresztül intézhető.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com