

---

# Instrukcja stosowania

## 03.835.043

### Klucz dynamometryczny prosty z ogranicznikiem momentu, z grzechotką, 3 Nm

Niniejsza instrukcja stosowania nie jest przeznaczona do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych.

# Instrukcja stosowania

Ważna informacja dla członków personelu medycznego i pracowników sali operacyjnej: niniejsza instrukcja stosowania nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do doboru i użycia wyrobu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania, dokument „Ważne informacje” firmy Synthes. Należy zapoznać się z odpowiednią procedurą chirurgiczną.

## Materiał(y)

Materiał(y): Norma(y):  
Stal nierdzewna ASTM F899/A276/A564  
Silikon

## Przeznaczenie

Klucz dynamometryczny z ogranicznikiem momentu przeznaczony jest do implantowania wszczepów Synthes.

## Wskazania i przeciwwskazania

W przypadku stosowania klucza dynamometrycznego w połączeniu z implantami albo oprzyrządowaniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą wskazań i przeciwwskazań, a także dodatkowymi czynnościami chirurgicznymi.

## Łączenie wyrobów medycznych

Firma Synthes nie zbadała zgodności z urządzeniami oferowanymi przez innych producentów i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego problemy.

## Przygotowanie wyrobu przed użyciem

Produkty firmy Synthes dostarczane w stanie niesterylnym należy oczyścić i poddać sterylizacji parą wodną przed zastosowaniem podczas zabiegu operacyjnego. Przed czyszczeniem należy zdjąć wszystkie oryginalne opakowania. Przed sterylizacją parą wodną należy umieścić produkt w zatwierdzonym opakowaniu lub pojemniku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia i sterylizacji, które zostały podane w dokumencie „Ważne informacje” firmy Synthes.

## Powtórne przetwarzanie urządzenia

Szczegółowe instrukcje dotyczące powtórnego przetwarzania implantów, narzędzi i kaset opisano w dokumencie Ważne informacje. Instrukcje dotyczące montażu i demontażu narzędzi opisano w dokumencie „Demontaż narzędzi wieloczęściowych”, który można pobrać ze strony:  
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

## Dodatkowe informacje dotyczące urządzenia

Ważna uwaga dotycząca obsługi technicznej

Zalecamy, aby instrumenty dynamometryczne z ogranicznikiem momentu serwisowane były:

- co 6 miesięcy albo po każdym 50 cyklach sterylizacji w autoklawie, cokolwiek nastąpi wcześniej
- jeśli istnieje podejrzenie, że instrument utracił kalibrację

Obsługa techniczna realizowana jest poprzez normalne kanały dystrybucji w danym kraju.



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
[www.jnjmedicaldevices.com](http://www.jnjmedicaldevices.com)