
Instrucciones de uso

03.835.043

Mango con limitador dinamométrico, recto con trinquete, 3 Nm

Estas instrucciones de uso no han sido concebidas para su distribución en los EE. UU.

Instrucciones de uso

Nota importante para profesionales médicos y personal de quirófano: estas instrucciones de uso no incluyen toda la información necesaria para seleccionar y usar un dispositivo. Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso y el folleto de «Información importante» de Synthes. Asegúrese de estar familiarizado con la intervención quirúrgica adecuada.

Material(es)

Material(es): Norma(s):
Acero ASTM F899/A276/A564
Silicona

Uso previsto

El mango con adaptador dinamométrico está diseñado para ayudar a colocar implantes Synthes.

Indicaciones y contraindicaciones

Si el mango con limitador dinamométrico se utiliza en combinación con implantes o instrumental, consulte en las respectivas Instrucciones de uso las indicaciones y contraindicaciones, así como los pasos quirúrgicos adicionales.

Combinación con otros productos sanitarios

Synthes no ha evaluado la compatibilidad con productos de otros fabricantes y declina toda responsabilidad en tales circunstancias.

Preparación antes del uso

Los productos de Synthes que no se suministran estériles deben limpiarse y esterilizarse en autoclave antes a su aplicación quirúrgica. Antes de proceder a su limpieza, retire todo el embalaje original. Antes de proceder a la esterilización en autoclave, coloque el producto en un envoltorio o recipiente autorizados. Siga las instrucciones de limpieza y esterilización contenidas en el folleto adjunto de Synthes «Información importante».

Reprocesamiento del producto

En el prospecto de «Información importante» se ofrecen instrucciones detalladas para el reprocesamiento de implantes, instrumentos y cajas. Las instrucciones de montaje y desmontaje de los instrumentos compuestos de varias piezas («Desmontaje de instrumentos de varias piezas») pueden descargarse desde internet: <http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Información específica complementaria

Nota importante sobre mantenimiento

Recomendamos que los instrumentos dinamométricos se envíen al servicio técnico:

- Cada 6 meses, o después de 50 ciclos de esterilización en autoclave, lo que antes suceda
- Si sospecha que el instrumento ha perdido la calibración

El envío al servicio técnico se realiza a través de los canales habituales de venta de la filial correspondiente.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com