
Указания за употреба

03.835.043

Дръжка за ограничаване на усукването, права,
с гаечен ключ с тресчотка, 3 Nm

Тези указания за употреба не са
предназначени за разпространение в САЩ.

Указания за употреба

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции за употреба, брошурата на Synthes "Важна информация" и съответните хирургични техники. Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материал(и)

Материал(и): Стандарт(и):
Неръждаема стомана ASTM F899/A276/A564
Силикон

Предназначение

Дръжката за ограничаване на усукването е предназначена за подпомагане на имплантирането на импланти на Synthes.

Показания и противопоказания

В случай, че дръжката за ограничаване на усукването се използва в комбинация с импланти или инструменти, моля, вижте съответните хирургични техники за показания и противопоказания и допълнителни хирургични стъпки.

Комбинация от медицински изделия

Synthes не са тествали съвместимостта с изделия, предоставяни от други производители, и не поемат отговорност при подобни случаи.

Третиране преди използване на изделието

Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилно състояние, трябва да се почистят и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване ги извадете от оригиналната опаковка. Преди стерилизация с пара поставете продукта в одобрена обвивка или контейнер. Следвайте указанията за почистване и стерилизация, дадени в брошурата на Synthes "Важна информация".

Повторна обработка на изделието

Подробни указания за повторна обработка на имплантите, инструментите и опаковките са описани в брошурата "Важна информация". Указания за сглобяване и разглобяване на инструментите "Разглобяване на инструменти, състоящи се от много части" може да се свалят от:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Допълнителна информация, специфична за изделието

Важна забележка относно сервизното обслужване

Препоръчваме инструментите за ограничаване на усукването да се подлагат на сервизно обслужване:

– Веднъж на всеки 6 месеца или след всеки 50 цикъла в автоклав, което настъпи първо

– Ако имате съмнение, че инструментът не е калибриран

Сервизното обслужване се извършва чрез нормалните търговски канали на филиала в съответната страна.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com